

RELATÓRIO DE
ANÁLISE TÉCNICA
REFERENTE AO
DESCRITIVO DOS
ITENS 1, 2, 3, 4 E 5

*** DOCUMENTO ELABORADO**
PELA COORDENADORA DA
ATENÇÃO BÁSICA, A
ENFERMEIRA VANESSA MARIA
GONÇALVES

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA

1-DOS FATOS:

A pedido da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, segue análise técnica do descritivo dos itens de 1 a 5, pleiteados no pregão eletrônico nº 016/2023. Os quais foram descritos no Termo de Referência e Edital de licitação da seguinte forma:

Item 1:

Atadura de Crepom 0,6 cm/1,8m. Tipo cysne confeccionadas com tecido 100% algodão cru com fios de alta torção e densidade de 18fios/cm, 1,80 metros em repouso e alcance de 4,50m esticada.

Item 2:

Atadura de Crepom 10cm/1,8m. Tipo cysne confeccionadas com tecido 100% algodão cru com fios de alta torção e densidade de 18fios/cm, 1,80 metros em repouso e alcance de 4,50m esticada.

Item 3:

Atadura de Crepom 12cm/1,8m. Tipo cysne confeccionadas com tecido 100% algodão cru com fios de alta torção e densidade de 18fios/cm, 1,80 metros em repouso e alcance de 4,50m esticada.

Item 4:

Atadura de Crepom 15cm/1,8m. Tipo cysne confeccionadas com tecido 100% algodão cru com fios de alta torção e densidade de 18fios/cm, 1,80 metros em repouso e alcance de 4,50m esticada.

Item 5:

Atadura de Crepom 15cm/1,8m. Tipo cysne confeccionadas com tecido 100% algodão cru com fios de alta torção e densidade de 18fios/cm, 1,80 metros em repouso e alcance de 4,50m esticada.

2-DA ANÁLISE:

Os itens em questão foram objetos de aquisição do pregão eletrônico nº016/2023, a fim de abastecer o estoque de ataduras utilizados nas Unidades de Saúde (UBS's) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Cujas finalidades são tratar-se de material/insumo de uso assistencial para curativos e imobilizações feitas dentro do ambiente ambulatorial/hospitalar.

Ao se realizar uma busca aprofundada no mercado dos itens, observou-se que a única marca que atende o descritivo apresentado é a marca CREMER®, por se tratar de uma atadura com 100% de algodão e densidade de 18fios/cm. A qual é uma atadura de alta qualidade, padrão ouro da marca, utilizada em ambiente domiciliar, permitindo até mesmo a lavagem para reutilização sem que se desfaça o produto. Sendo, portanto, a atadura de maior valor financeiro existente no mercado.


3-DA CONCLUSÃO:

Por assim ser, concluo que o descritivo inserido no pleito não vai de encontro com a real necessidade assistencial aqui apresentado. Haja vista que, os materiais e insumos utilizados em ambiente hospitalar idealmente são descartáveis devido o risco de contaminação.

Ademais, as compras públicas necessariamente deverão adquirir bens comuns e não artigos de luxo, sendo que existe um alto consumo dos mesmos, o que inviabiliza financeiramente a aquisição de um produto de tão alta qualidade. Visto que uma atadura com uma porcentagem menor de algodão na composição e menor densidade terá a mesma qualidade no objetivo final assistencial, por uma quantidade menor de recursos.

Portanto, sugiro uma nova padronização e definição do descritivo das ataduras pela equipe de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Catalão, para posteriormente pleitear uma nova aquisição.

Catalão, 20 de julho de 2023.



Vanessa Maria Gonçalves
Coordenadora da Atenção Básica