

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - FMS - CATALAO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / CNPJ	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	26.921.908/0001-21	001	3307-3	313073-8
Endereço			Telefone	
RUA A, GOIANIA, 74620385, SETOR MORAIS, GOIANIA-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250098	7727	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/06/2025	228789		17	2025022168
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	357.825,37	78.000,00	279.825,37	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	
Classificação funcional	Crédito
10.301.4030-2086-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	78.000,00
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, BEM COMO PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2025 VIGÊNCIA 06/06/2025 A 06/06/2026 EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
382	66398	TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR	"FITA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA EM AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR EM TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA COMPATÍVEL, COM FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO-SE VALORES INFERIORES E SUPERIORES A ESTES. FAIXA DE HEMATÓCRITO DE 20% A 65% ACEITANDO VALORES MENORES QUE 20% E SUPERIORES A 65%, QUÍMICA DESIDROGENASE. METODOLOGIA DE LEITURA POR FOTOMETRIA OU AMPEROMETRIA. TAMANHO DA AMOSTRA DE ATÉ 2 MICROLITROS. NÃO APRESENTAR INTERFERÊNCIA COM ANALGÉSICOS, ANTITÉRMICOS E VASOATIVOS. A VALIDADE DAS TIRAS IMPRESSA NO FRASCO DEVERÁ SER MANTIDA APÓS SUA ABERTURA, TIRAS QUE POSSUEM NECESSIDADES DE ANOTAÇÕES MANUAIS PARA CONTROLE DE VALIDADE PODEM GERAR CONFUSÃO E POSSÍVEIS ERROS AOS PACIENTES. DEVERÁ PERMITIR APLICAÇÃO DE GOTA DE SANGUE COMPLEMENTAR NA MESMA TIRA QUANDO A AMOSTRA FOR INSUFICIENTE PARA EVITAR DESPERDÍCIOS COM NO MÍNIMO 20 SEGUNDOS. CARACTERÍSTICAS DO MONITOR: ? MONITOR COM CODIFICAÇÃO AUTOMÁTICA SEM A NECESSIDADE DE CHIP, TIRA CÓDIGO OU OUTROS TIPOS DE PROCEDIMENTOS MANUAIS PARA FACILITAR O USO E EVITAR ERROS. CONSIDERA-SE CODIFICAÇÃO AUTOMÁTICA MONITORES QUE NÃO APRESENTAÇÃO NENHUM	200000,00	0,39000	78.000,00

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
			CÓDIGO PARA VERIFICAÇÃO; ? CONTROLE DE USO DE OPERAÇÃO NA FAIXA DE TEMPERATURA DE 10 °C A 40 °C ACEITANDO FAIXAS DE TEMPERATURAS MENORES A 10°C E SUPERIORES A 40 °C, CASO ESTEJA FORA DA FAIXA PARA OPERAÇÃO O MONITOR DEVERÁ ALERTAR O USUÁRIO; ? MONITOR DEVERÁ POSSUIR ALERTA OU MENSAGEM DE ERRO PARA TAMANHO DE AMOSTRAS DE SANGUE INSUFICIENTE; ? PROTEÇÃO CONTRA REUTILIZAÇÃO DE TIRA USADA; ? NÃO INTERFERÊNCIA COM EQUIPAMENTOS ELETROMAGNÉTICOS DE USO DOMICILIAR (CELULARES, CONTROLES, ETC.); ? MONITOR COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM ATÉ 90 SEGUNDOS PARA ECONOMIA DE BATERIA; ? MEMÓRIA MÍNIMA DE 300 TESTES; ? ACESSO A MÉDIA DOS ÚLTIMOS TESTES." - TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR			78.000,00

Líquido por extenso

***** (SETENTA E OITO MIL REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do Sistema