



# Quadro informativo



**Pregão Eletrônico N° 90007/2024 (SRP)** [\(Lei 14.133/2021\)](#)

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

Critério julgamento: **Menor Preço / Maior Desconto**    Modo disputa: **Aberto/Fechado**



Contratação em período de cadastramento de proposta

**Avisos (4)**

**Impugnações (0)**

**Esclarecimentos (4)**

12/06/2024 09:49



Prezados, boa tarde;



Boa tarde!



12/06/2024 09:47



AO



Processo Administrativo nº: 2024020572

PREGÃO ELETRÔNICO N° 90009/2024

Objeto: Aquisição de Equipamentos, Mobiliário e

Eletroeletrônicos, cuja tentativa de compra anteriormente foi

frustrada, conforme especificações constantes no Anexo III -

Termo de Referência e de acordo com as exigências

estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A/C: Setor de Licitação;

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

Prezados(as),

Boa tarde.

A empresa Síntese Biotecnologia, inscrita no CNPJ 13.545.241/0001-68, solicita esclarecimento técnico do pregão 90009/2024.

Tendo em vista que desejamos participar e cumprir todos os requisitos do edital, questionamos:

Item 07- "\_Aceitam o equipamento com as especificações abaixo:?"

Entretando iremos enviar voltagem 230V.\_

--

\_No descritivo, "até 15 ml" se refere a capacidade de 16 tubos de 15ml?

Em caso de tubos de 15ml, indicamos em adicional um rotor para 30 tubos de 15 mL. \_

\_Podemos prosseguir com indicação?"\_

Aguardo feedback.

Atenciosamente,



Segue abaixo esclarecimentos sobre os questionamentos:

Item 07

Considerando que a rede de energia da região apresenta uma tensão de 220V é possível recebermos um equipamento de 230V desde que seja citado em seu manual que o mesmo suporta uma voltagem de trabalho inferior a 220V. Já em relação ao rotor extra para tubos de 15mL o mesmo atende desde que não haja custos adicionais pelo equipamento.

Atenciosamente,  
Aurélio Goulart Rodovalho  
Centro Municipal de Diagnósticos Dr Sílvia Paschoal - Coordenador  
Biomédico  
Mestre em Gestão Organizacional  
Especialista em Gestão Hospitalar  
64 3441 1806  
64 9 9910 1314

03/06/2024 11:44



Bom dia!



Bom dia,



03/06/2024 10:57



A Nova Biomedical Diagnósticos Médicos e Biotecnologia Ltda, inscrita



Boa tarde!



Incluir esclarecimento

