

Processo Administrativo nº: 2024014295

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 90005/2024

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Mobiliário, conforme especificações constantes no Anexo III – Termo de Referência e de acordo com as exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 03.532.661/0001-56, torna público que realizará licitação, na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos, objetivando a contratação do objeto adiante descrito.

OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Mobiliário.

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: 29/04/2024 às 08:30 h./min. – Horário de Brasília.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/04/2024 às 08:30 h./min. – Horário de Brasília.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 29/04/2024 às 08:30 h./min. – Horário de Brasília.

SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO: Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item.

MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado.

INTERVALO DE LANCES: 3% (três por cento).

PREFERÊNCIA PARA ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim.

ORÇAMENTO ESTIMADO: Os preços referenciais desta contratação são sigilosos, de acordo com o regramento posto pelo art. 24 da Lei n.º 14.133/21 e art. 12, parágrafo 1º da Instrução Normativa Seges/Me n.º 73/2022.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: O certame será processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital e seus Anexos, da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto Municipal n.º 1.877, de 20 de março de 2023, Instrução Normativa SEGES/ME n.º 73, de 30 de setembro de 2022, Instrução Normativa TCM/GO n.º 0009/2023 e da legislação complementar aplicável.

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de Equipamentos e Mobiliário, conforme especificações constantes no Anexo III – Termo de Referência e de acordo com as exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A Licitação está dividida em itens, conforme tabela constante no Termo de Referência, facultando-se ao Licitante a participação em quantos itens forem do seu interesse.

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Catalão, por meio do Fundo Municipal de Saúde de Catalão – FMS, para o exercício de 2024, na classificação: 04.0401.10.122.4029.1132-449052 – Obras, Instal. Equip. para Saúde em Geral.

3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSO ADMINISTRATIVO

Pedido de Esclarecimento e Impugnação ao Edital

3.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidades na aplicação da Lei n.º 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

3.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

3.2.1. Caso a Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde de Catalão - Go não responda a impugnação ou o pedido de esclarecimento no prazo supracitado, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

3.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados exclusivamente por meio eletrônico, pelo Sistema de Compras do Governo Federal – Compras.gov.br, alternativamente, caso o Sistema retro citado estiver instável, encaminhar para o e-mail eletrônico cplsaude@catalao.go.gov.br, com cópia para o e-mail eletrônico cplsaudecatalao@gmail.com (solicitar a confirmação do recebimento por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Catalão - Go, para caracterizar a validade processual do ato).

3.4. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

3.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

Recurso Administrativo

3.6. A interposição de recurso referente ao juízo das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei n.º 14.133, de 2021.

3.6.1. Será concedido o prazo de 15 (quinze) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do Sistema, sob pena de preclusão.

3.6.2. O registro da intenção de recurso deverá ser efetivado exclusivamente por meio do Sistema, observando-se os procedimentos operacionais estabelecidos na Plataforma Compras.gov.br.

3.7. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a presença de pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação) para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

3.8. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

3.9. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

3.10. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contado da data da intimação ou de lavratura da ata, conforme previsão no artigo 165 da Lei n.º 14.133/2021.

3.11. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

3.12. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

3.13. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

3.14. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

3.15. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento é a condição para formulação de lances e praticar todos os atos neste Pregão, que se dará pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, obtida no site www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema da licitação ou da Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde de Catalão-GO por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.4.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

5. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

5.1. Poderão participar deste Pregão os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (o cadastro no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <https://www.gov.br/compra/pt-br/> por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.) e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

5.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia (SEGES), onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, bem como receber as instruções detalhadas de sua correta utilização, de acordo com as orientações que seguem no link: <https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/sicaf-digital>.

5.1.2. O uso da senha de acesso é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Secretaria Municipal de Saúde de Catalão- Go a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.2. São 21 (vinte e um) itens, os indicados pelos números 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 a participação é exclusiva para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, e os indicados pelos números 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 a participação é ampliada a qualquer tipo empresarial.

5.2.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o licitante declarar a observância desse limite referente a essa licitação, conforme previsto no art. 4º, parágrafo 3º da Lei n.º 14.133/2021.

5.3. Não poderão disputar esta licitação:

5.3.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

5.3.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

5.3.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

5.3.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

5.3.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

5.3.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

5.3.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

5.3.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

5.3.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

5.3.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. O impedimento de que trata o item **5.3.4** será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

5.5. A critério da Secretaria Municipal de Saúde de Catalão - Go e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens **5.3.2** e **5.3.3** poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

5.6. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

5.7. O disposto nos itens **5.3.2** e **5.3.3** não impedem a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

5.8. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

5.9. A vedação de que trata o item **5.3.8** estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

5.10. As sociedades cooperativas poderão participar deste certame desde que satisfaçam os requisitos estipulados pelo art. 16 da Lei n.º 14.133/2021.

5.11. Será permitida a participação de empresas sob o regime de consórcio, obedecidas às condições dispostas no art. 15 da Lei n.º 14.133/2021.

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL PRELIMINAR

6.1. Os Licitantes cadastrarão, exclusivamente por meio do sistema, a proposta com a descrição do objeto ofertado, preço, garantia, marca e fabricante, conforme o critério de

juízo adotado neste Edital, eis Menor Preço, até o dia 29/04/2024 e o horário 08:30 hr/min, quando, então, encerrar-se-à automaticamente a etapa de envio dessa informação.

6.2. O Licitante cadastrará sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.2.1. valor da proposta de preço por item licitado (o Licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico o preço unitário de cada item, observados o quantitativo e a unidade de fornecimento do objeto a ser contratado, conforme o Anexo III – Termo de Referência) Ainda, os valores deverão ser expressos em algarismo arábico, na moeda Real, considerando até os centavos, compreendendo todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto deste Edital, em especial o frete, tributos e encargos sociais.

6.2.2. Descrição Complementar do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência, indicando, fabricante, marca, garantia, número do registro na Anvisa/Inmetro, sem identificação da empresa licitante (a não identificação citada trata-se do lançamento – cadastramento no Sistema de Compras, na proposta encaminhada via anexo, na fase de julgamento, deverá constar todos os dados pleiteados no termo de referência, além dos dados de identificação da empresa licitante).

6.3. Para o adequado cadastramento da proposta, o licitante deverá consignar, nos campos próprios, as informações exigidas pelo sistema, observando, para tanto, as especificações do objeto constantes deste Edital.

6.4. Para cada item, o Licitante deverá cotar, 100% (cem por cento) do seu quantitativo total.

6.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive ICMS e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para a Secretaria Municipal de Saúde de Catalão – Go.

6.6. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos.

6.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação;

6.8.1. Poderá ser solicitado ao licitante a prorrogação do prazo de validade da Proposta por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão formuladas por escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido.

6.9. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, **sob pena de inabilitação**, que:

6.9.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

6.9.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

6.9.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

6.9.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

6.10. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo n.º 16 da Lei n.º 14.133, de 2021.

6.11. O Licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico,

que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos parágrafos 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

6.12. Falsidade da declaração de que trata os itens **6.10** ou **6.11** sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei n.º 14.133, de 2021, e neste Edital.

6.13. Quando do cadastramento da proposta, o licitante poderá parametrizar o seu valor final, obedecendo às seguintes regras:

6.13.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;

6.13.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

6.14. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no Sistema poderá ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:

6.14.1. valor superior a lance já registrado pelo licitante no Sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço;

6.14.2. O valor final mínimo parametrizado na forma do item **6.13** possuirá caráter sigiloso para os demais licitantes e para o órgão promotor da Licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

6.15. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

Da Abertura da Sessão Pública

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados, eis dia 29/04/2024 horário às 08:30 hs/min.

7.2. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes, vedada outra forma de comunicação.

7.3. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema.

7.4. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.5. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente decorridas 24 (vinte quatro) horas após comunicação expressa aos participantes no sítio <https://www.gov.br/compras/pt-br>

7.6. O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública do certame, justificando, no “chat”, os motivos da suspensão e informando a data e o horário previstos para a reabertura da sessão.

Do Início da Disputa e Formulação de Lances

7.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.8. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

7.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **3% (três por cento)**.

7.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, o intervalo mínimo de diferença de valores, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que

cobrir a melhor oferta.

7.12. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

7.13. O Pregoeiro poderá durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance (valor irrisório) que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo do processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema.

7.13.1. eventual exclusão de proposta do licitante, de que trata o item acima, implica a retirada do licitante do certame, sem prejuízo do direito de defesa.

7.14. Será adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.14.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.14.2. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.14.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.14.4. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.15. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.16. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.16.1. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

Empate Ficto – previsão nos Artigos 44 e 45 da Lei n.º 123/06

7.19. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006.

7.20. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada (trata-se do empate ficto).

7.21. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.

7.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.24. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

Empate - previsão no Artigo 60 da Lei n.º 14.133/21

7.25. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60, da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.25.1. disputa final, hipóteses em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

7.25.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

7.25.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.25.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

7.26. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sem prejuízo da aplicação do disposto no art. 44 da Lei Complementar n.º 123/2006, sucessivamente, aos bens produzidos por:

7.26.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, nos casos de licitação realizada por órgão ou entidade do Município, no território do Estado em que este se localize;

7.26.2. empresas brasileiras;

7.26.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.26.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei n.º 12.187 de 29 de dezembro de 2009.

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. O critério de julgamento adotado será o de menor preço por item.

8.2. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n.º 14.133/2021, legislação correlata e neste Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação e quanto à adequação ao objeto, conforme definido no Termo de Referência – Anexo III deste Edital.

8.2.1. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, conforme previsto neste Edital.

8.3. Caso a situação de empate persista após a aplicação do que está disposto no item **7.25.1**, os demais critérios de desempate serão utilizados somente depois do julgamento de conformidade das propostas dos licitantes empatados, nos seguintes termos:

I – A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada, assim consideradas, inclusive, as propostas empatadas na hipótese prevista no caput (item **7.27**);

8.4. Após a verificação da conformidade das propostas, persistindo o empate, será realizado sorteio em sessão pública entre os licitantes empatados.

8.4.1. A sessão pública de sorteio será efetuada de forma presencial, transmitida por meio da plataforma de compartilhamento de vídeos online chamada YouTube.

8.4.2. No prazo de 24 (vinte e quatro) horas antecedentes a data e horário agendados para o sorteio, o Pregoeiro informará (a data e horário agendados para o sorteio) todos os licitantes participantes do Pregão Eletrônico, por meio e-mails cadastrados no SICAF e/ou apresentados nas Propostas de Preços.

8.4.3. O link do canal na plataforma YouTube é: <https://www.youtube.com/@licitacaosaudecatalao>.

8.4.4. Na data e horário agendados para o sorteio, será iniciado o vídeo ao vivo e

realização dos seguintes procedimentos:

I – os nomes das licitantes que se encontram em situação de empate serão consignados em papelotes individuais, devidamente registrados em tipografia legível e de fácil visualização;

II – antes do sorteio, deverão ser demonstrados a todos os participantes da sessão o conteúdo impresso dos papelotes individuais, de maneira a assegurar a transparência e a equidade do procedimento;

III – os papelotes individuais serão dobrados de modo a evitar a prévia e indevida identificação dos licitantes;

IV – os papelotes serão introduzidos em um recipiente adequado para realização do sorteio, e em conformidade com as circunstâncias e as necessidades da sessão, poderá ser utilizada a mão humana ou outros recipientes que viabilizem a mistura dos papelotes individuais;

V – após a devida mistura dos papelotes individuais, um servidor de apoio técnico procederá ao sorteio, e, imediatamente após a seleção, o resultado do vencedor será divulgado a todos os participantes da sessão;

VI – os papelotes individuais restantes no recipiente destinado à realização do sorteio serão, em sequência, prontamente retirados, e durante esta etapa, os nomes dos licitantes não sorteados será apresentados a todos os participantes da sessão, a fim de assegurar a lisura do sorteio;

VII – A sessão será oficialmente encerrada após a conclusão desses procedimentos e o registro audiovisual da sessão permanecerá para visualização na plataforma de compartilhamento de vídeos online – You Tube.

Da Negociação

8.3. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, nos termos do art. 61 da Lei n.º 14.133/2021, o Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas com o licitante mais bem classificado, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.

8.4. A negociação será realizada por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes (quando o licitante recebe a notificação com o valor proposto pelo Pregoeiro e sua

devida justificativa – momento em que deverá aceitar ou recusar a proposta do Pregoeiro).

8.5. Quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado, a negociação poderá ser feita com os demais licitantes classificados, exclusivamente por meio do Sistema, respeitada a ordem de classificação.

Do Registro da Intenção de Recurso

8.6. Após o término do julgamento das propostas, o Sistema automaticamente concederá o prazo de 15 (quinze) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do Sistema, sob pena de preclusão.

8.6.1. O registro da intenção de recurso deverá ser efetivado exclusivamente por meio do Sistema, observando-se os procedimentos operacionais estabelecidos na Plataforma Compras.gov.br.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA AJUSTADA AO ÚLTIMO LANCE

9.1. O Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente vencedor o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital – Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo próprio do sistema.

9.1.1. Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio da proposta pelo sistema, será admitido o envio do respectivo arquivo para o e-mail cplsaude@catalao.go.gov.br (com cópia para o e-mail cplsaudecatalao@gmail.com), devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no “chat” a data e o horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.

9.1.2. O prazo para envio da proposta é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivadamente pelo Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte do licitante.

9.1.2.1. Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida pelo Pregoeiro, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

9.1.3. Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.

9.1.4. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do item ofertado, tais como marca, tipo, fabricante, procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, o certificado do registro na ANVISA e INMETRO, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

9.1.5. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos itens anteriores, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente AMOSTRA(S), sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 3 (três) dias úteis contados da solicitação.

9.1.5.1. A finalidade da amostra é permitir que a área técnica, no julgamento da proposta, possa se certificar que o item proposto pelo licitante atende a todas as condições e especificações técnicas indicadas na sua descrição, tal como constante no edital. Com isso, serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de desempenho técnico: atendimento aos requisitos legais, executando suas funções com eficácia e segurança, de acordo com a finalidade atribuída ao produto, oferecendo segurança durante a utilização, tanto para o paciente quanto para os profissionais durante o seu uso.

9.1.5.2. Quando solicitadas, as amostras deverão estar devidamente identificadas com o nome do licitante, o número desta licitação e o número do item a que se referem, e serem encaminhadas no endereço indicado pelo Pregoeiro.

9.1.5.3. As amostras deverão ser entregues seguindo os critérios estabelecidos no Termo de Referência, devidamente embaladas de forma a manter sua integridade, acompanhada de documentos como: Registro do Ministério da Saúde ou do Trabalho, laudos, entre outros, conforme legislação vigente, quando aplicável.

9.1.5.4. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

9.1.5.5. Serão avaliados os aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade, conforme Termo de Referência.

9.1.5.6. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

9.1.5.7. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no termo de referência.

9.1.5.8. Os exemplares colocados à disposição da Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde de Catalão – Go serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

9.1.5.9. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 30 (trinta) dias corridos, após o qual poderão ser descartadas pela Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde de Catalão – Go, sem direito a ressarcimento.

9.1.5.10. A Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde de Catalão – Go não se responsabilizará pela amostra não recolhida pelo licitante após os prazos estipulados. A depender do estado de conservação do material, este poderá ser descartado ou aproveitado.

9.1.5.11. Os licitantes deverão colocar à disposição da Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde de Catalão – Go todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

9.1.6. A proposta será desclassificada quando:

a) não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

b) apresentar preços inexequíveis ou permanecer acima do orçamento estimado para a contratação (No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas

valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Secretaria Municipal de Saúde de Catalão - Go. A inexequibilidade pontuada, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta e/ou inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta);

c) não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Secretaria Municipal de Saúde de Catalão - Go; e

d) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

9.7. O Pregoeiro poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada, conforme disposto na alínea “**b**” acima.

9.8. O Pregoeiro poderá promover diligência destinada a embasar sua decisão no que tange ao julgamento da melhor proposta, admitindo a complementação de informações e a juntada posterior de documentos complementares a proposta, sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes.

9.8.1. Havendo falhas na proposta, o Pregoeiro deverá empreender diligências para a sua correção e/ou saneamento, de modo que a desclassificação da proposta somente será cabível se os vícios porventura existentes forem insanáveis, observando-se, para tanto, o disposto no inciso III do art. 12 da Lei nº 14.133/2021.

9.8.2. São considerados vícios sanáveis, entre outros, os defeitos materiais atinentes à descrição do objeto da proposta e suas especificações técnicas, incluindo aspectos relacionados à execução do objeto, às formalidades, aos requisitos de representação, às planilhas de composição de preços, à inexequibilidade ou ao valor excessiva de preços unitários quando o julgamento não é realizado sob o regime de empreitada por preço unitário e, de modo geral, aos documentos de conteúdo declaratório sobre situações pré-existentes, desde que não alterem a substância da proposta.

9.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DA DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA

10.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF, podendo abranger o nível I ao VI, do cadastro de pessoa física e a documentação especificada neste Edital.

10.2.1. Diante da expiração de validade dos documentos registrados no SICAF referentes aos Níveis III, IV e VI, em relação àqueles solicitados pelo Pregoeiro, as licitantes deverão apresentar documentação complementar a fim de suprir tais exigências, observado em relação às empresas enquadradas como ME/EPP o disposto no art. 43, parágrafo 1º, da Lei Complementar n.º 123/2006.

10.3. Para fins de habilitação jurídica, o Pregoeiro verificará a compatibilidade entre o objeto do certame e as atividades previstas como “objeto social” no ato constitutivo dos licitantes, conforme natureza da pessoa jurídica.

10.4. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública. Caso não estejam digitalmente disponíveis no SICAF, o licitante, na condição de vencedor, assim que solicitado pelo Pregoeiro, deverá apresentar a documentação comprobatória atualizada dos seguintes requisitos de habilitação:

Habilitação Jurídica:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada a verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br.

c) No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.

d) No caso de sucursal, filial ou agência: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde por, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

f) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n.º 5.764/1971.

g) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização.

h) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações relevantes ao objeto desta Licitação e à composição societária atual da empresa ou da última consolidação.

Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso.

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;

g) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

h) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.

Qualificação Técnica:

a) Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

b) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) emitido pela ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Autorização de Funcionamento Comum (AFE) expedida pela ANVISA abrange matriz e filiais. Tal exigência é aplicável apenas às empresas licitantes que por força de disposição legal, devem possuir a “Autorização de Funcionamento expedida pela ANVISA/Ministério da Saúde”. As empresas licitantes legalmente dispensadas da referida “Autorização de Funcionamento” deverão comprovar tal condição mediante apresentação de documento probatório específico e idôneo a tal comprovação ou mediante declaração formal equivalente, firmada pela própria empresa licitante, e prestada sob compromisso e sob as penas da lei, em especial do disposto no art. 299 do Código Penal Brasileiro.

c) Licença ou Alvará de Funcionamento (LF) dentro do prazo de validade, emitida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal. Tal exigência é aplicável apenas às empresas licitantes que por força de disposição legal, devem possuir a referida “Licença ou Alvará Sanitário emitida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal”. As empresas licitantes legalmente dispensadas da referida “Licença ou Alvará de Funcionamento” deverão comprovar tal condição mediante apresentação de documento probatório específico e idôneo a tal comprovação ou mediante declaração formal equivalente, firmada pela própria empresa licitante, e prestada sob compromisso e sob as penas da lei, em especial do disposto no art. 299 do Código Penal Brasileiro.

10.5. Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação complementar:

10.5.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitando o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, parágrafo 2º ao 6º da Lei n.º 5.764/1971.

10.5.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual - DRSCI, para cada um dos cooperados indicados.

10.5.3. O registro previsto no art. 107 da Lei n.º 5.764/1971.

10.5.4. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato.

10.5.5. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembléia que o aprovou; c) regimento dos fundos nstituídos pelos cooperados, com a ata da assembléia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; e

10.5.6. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 fda Lei n.º 5.764/1971 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

10.6. As exigências contidas nos itens acima atendem às formuladas pela legislação vigente e suas atualizações, não excluindo o cumprimento de determinações estabelecidas em outros regulamentos específicos relacionados ao objeto, que não foram mencionados neste edital.

10.7. Os documentos exigidos neste item que não estejam contemplados no SICAF ao tempo da consulta pela Secretaria Municipal de Saúde de Catalão - Go, deverão ser enviados por meio do sistema, quando solicitado pelo Pregoeiro, até a conclusão da fase de habilitação.

10.7.1. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, desde que atestem condição pré-existente à época da abertura do certame ou atualizem documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivadamente pelo Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte do licitante.

10.7.2. Para a contagem do prazo de que trata o item anterior, não será considerado o tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.

10.7.3. Em caso de não envio dos documentos complementares no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida pelo Pregoeiro, o licitante será inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.

10.8. O licitante se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos por ele encaminhados.

10.8.1. Havendo dúvida razoável quanto a autenticidade ou em razão de outro motivo devidamente justificado, o Pregoeiro, a qualquer momento, poderá solicitar ao licitante o envio, em original ou por cópia autenticada, dos documentos remetidos nos termos do item anterior.

10.8.1.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados para Rodovia BR-050, Km 278 S/N.º (Prédio do antigo DNIT) – Bairro São Francisco, Cep.: 75.707-270, Catalão - Goiás, no prazo estipulado pelo Pregoeiro.

10.9. Os documentos de habilitação deverão se referir a empresa licitante, salvo quando, comprovadamente, após a data de emissão dos respectivos documentos, haja superveniente alteração contratual ou transferência de acervo técnico.

10.9.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

10.9.2. Os documentos relativos a habilitação técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial.

10.9. Para fins de verificação das condições de habilitação, o Pregoeiro poderá, diretamente, realizar consulta em sítios oficiais de órgãos e entidades cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública, constituindo os documentos obtidos como meio legal de prova.

10.10. As microempresas ou empresas de pequeno porte, assim declaradas para efeito dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

10.10.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Secretaria Municipal de Saúde de Catalão - Go, para a regularização da documentação, na forma do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006;

10.10.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima implicará a decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 90 da Lei nº 14.133/2021, sendo facultado a Secretaria Municipal de Saúde de Catalão - Go convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços, do Contrato ou Instrumento equivalente, ou revogar a licitação.

10.11. O documento que não tiver prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor não será habilitante quando o intervalo entre a sua data de expedição ou revalidação e a data de abertura da presente licitação for superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos.

10.11.1. Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha prazo de vigência indeterminado.

10.12. Na fase de habilitação, caso conste do SICAF a existência de “Ocorrências Impeditivas Indiretas” em relação a primeira classificada no certame, com fundamento no art. 160 da Lei nº 14.133/2021, o Pregoeiro deverá promover diligências para o levantamento de conjunto de indícios no sentido de analisar a configuração da tentativa de fraude ou burla aos princípios estabelecidos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021 ou da configuração das hipóteses previstas no art. 5º, IV, “e”, e no art. 14 da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

10.12.1. Constituem indícios para a configuração da tentativa de fraude ou burla a confusão societária e/ou o compartilhamento de estrutura humana e física entre as pessoas jurídicas envolvidas, em especial as seguintes características: a) identidade dos sócios; b) atuação no mesmo ramo de atividades; c) data de constituição da nova empresa posterior a data de aplicação da sanção de suspensão/impedimento ou declaração de inidoneidade; d) compartilhamento ou transferência da mesma estrutura física, técnica e/ou de recursos humanos; e) identidade ou proximidade de endereço dos estabelecimentos; f) identidade de telefones, e-mails e demais informações de contato.

10.12.2. Diante da presença de um conjunto convergente de indícios referidos no subitem anterior, o Pregoeiro registrará, no “chat”, as ocorrências levantadas, suspenderá o certame e oportunizará o licitante o exercício do contraditório e da

ampla defesa, em campo próprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo o licitante apresentar todos os esclarecimentos e documentação tendentes a ilidir a suspeita da prática de comportamento ilícito.

10.12.3. Constatada a tentativa de fraudar ou burlar os efeitos da sanção aplicada a outra empresa, com esteio no §1º do art. 14 c/c art. 160 da Lei nº 14.133/2021, o Pregoeiro, ao estender o licitante os efeitos das sanções que acarretem a impossibilidade de licitar e contratar com a Administração: a) inabilitará o licitante por inaptidão jurídica para assumir obrigações com a Administração; b) relatará o fato a autoridade superior para a instauração de procedimento administrativo específico objetivando a apuração exauriente acerca dos fatos e a eventual responsabilização do licitante pela prática de comportamento inidôneo.

11. DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA E RECEBIMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL DEFINITIVA

11.1. Constatado que o licitante detentor da melhor proposta atende às exigências habilitatórias fixadas neste edital, será declarada vencedora.

11.2. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas a contar da solicitação do Pregoeiro no Sistema eletrônico e deverá:

I - ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;

II - conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento;

11.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

11.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante, procedência, garantia, vinculam a contratada.

11.5. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

11.6. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.7. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital.

11.8. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

11.9. Será disponibilizado um link para consulta de pasta zipada com os documentos habilitatórios consultados no Sicaf, no Quadro de Avisos.

Registro da Intenção de Recurso

11.10. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista do licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte (se houver), o Sistema automaticamente concederá o prazo de 15 (quinze) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do Sistema, sob pena de preclusão.

11.10.1. O registro da intenção de recurso deverá ser efetivado exclusivamente por meio do Sistema, observando-se os procedimentos operacionais estabelecidos na Plataforma Compras.gov.br.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a

sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório;

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos procedimentais praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório, observado o disposto no art. 71 da Lei n.º 14.133/21.

14. TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1. Após a adjudicação e homologação, será firmado Termo de Contrato e/ou emitida Nota de Empenho em substituição ao Termo de Contrato para entrega imediata e integral, não restando obrigações futuras. A normatização da entrega e recebimento do objeto está prevista no Termo de Referência – Anexo III deste Edital.

14.2. O Termo de Contrato e/ou a Nota de Empenho será encaminhada para o endereço de e-mail informado pelo Contratado, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após a sua emissão, sendo necessário a assinatura e/ou aceite expresso em igual prazo, sob pena de decair à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

14.3. O aceite da Nota de Empenho emitida à Contratada, implica no reconhecimento de que:

14.3.1. A referida Nota está substituindo o termo de contrato, aplicando-se à relação de negócio ali estabelecida as disposições da Lei n.º 14.133/2021.

14.3.2. A Contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital de Licitação, no Termo de Referência e demais anexos.

14.3.3. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido neste Edital de Licitação e seus anexos.

14.3.4. Na hipótese de a descrição do objeto indicado na Nota de Empenho não

contemplar de forma plena o detalhamento do objeto, prevalecerá aquela expressa no Termo de Referência.

14.3.5. A Contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos arts. 137 e 138 da Lei n.º 14.133/21 e reconhece os direitos da Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde de Catalão- Go previstos nos arts. 137 a 139 da mesma Lei.

14.4. Na assinatura do Termo de Contrato e/ou a Nota de Empenho, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas durante a vigência da contratação/obrigação.

14.5. Na hipótese do adjudicatário não comprovar as condições de habilitação consignadas no Edital ou se recusar a assinar o contrato e/ou aceitar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde de Catalão – Go caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas.

14.6. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogável conforme previsão no Termo de Referência – Anexo III e no Termo Contratual.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n.º 14.133, de 2021, a contratada que:

- a)** falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas na contratação;
- b)** ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c)** fraudar na execução do contrato;
- c)** comportar-se de modo inidôneo; ou
- e)** cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à contratada as seguintes sanções:

I) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde de Catalão - Go;

II) Multa de:

a) 0,5% (cinco décimo por cento) por dia sobre o valor da parcela inadimplida em caso de atraso no fornecimento e/ou fornecimento parcial do pedido, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde de Catalão - Go, no caso de fornecimento com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, em caso de atraso no fornecimento e/ou fornecimento parcial do pedido, por período superior ao previsto no subitem acima;

c) 15% (um décimo por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, em caso de atraso no fornecimento do produto objeto da contratação;

d) 0,1% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme a infração e o respectivo grau detalhado nas tabelas 1 e 2, abaixo; e

e) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

III) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

IV) Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

V) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos

causados;

15.3. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “IV” também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência.

15.4. As sanções previstas nos subitens “I”, “III”, “IV” e “V” poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.5. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,1% ao dia sobre o valor do contrato de fornecimento ou outro instrumento de contratação
2	0,2% ao dia sobre o valor do contrato de fornecimento ou outro instrumento de contratação
3	0,4% ao dia sobre o valor do contrato de fornecimento ou outro instrumento de contratação
4	0,8% ao dia de atraso sobre o valor do contrato de fornecimento ou outro instrumento de contratação
5	1,6% ao dia sobre o valor da parcela inadimplida do contrato de fornecimento ou outro instrumento de contratação
6	2,8% sobre o valor do(s) item(ns) do contrato de fornecimento ou outro instrumento de contratação
7	3,2% sobre o valor remanescente do contrato de fornecimento ou outro instrumento de contratação

Tabela 2

INFRAÇÃO		
ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU
1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;	06
2	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o fornecimento de produto objeto da avença, por pedido de fornecimento;	05
4	Não manter as condições de habilitação exigidas no Edital de Licitação que norteou a contratação	2
5	Rescisão do contrato de fornecimento ou outro instrumento de contratação, motivado por falha cometida pela empresa apurada em processo administrativo de apuração de responsabilidade	7
6	Rescisão unilateral do contrato de fornecimento ou outro instrumento de contratação, por parte da empresa contratada	7
7	Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar do gestor e/ou equipe de fiscalização do contrato por ocorrência	3
8	Deixar de cumprir quaisquer obrigações do Edital e seus Anexos, não	1

	previstas nesta Tabela de multas, após a reincidência formalmente notificada pelo gestor e/ou equipe de fiscalização do contrato, por pedido de fornecimento e/ou por ocorrência	
--	--	--

15.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, as empresas ou profissionais que:

15.6.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.6.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

15.6.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

15.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021.

15.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, e quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

15.8.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

15.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

15.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

15.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de

Responsabilização - PAR.

15.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

15.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

15.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

16.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

16.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília-DF.

16.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

16.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Secretaria Municipal de Saúde de Catalão - Go não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

16.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias e horários de expediente na Secretaria Municipal de Saúde de Catalão - Go.

16.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

16.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

16.9. O Edital e seus anexos estão disponibilizados, na íntegra, nos endereços eletrônicos:

www.gov.br/compras/pt-

<https://www.catalao.go.gov.br/transparencia/documentos/licitacao>.

16.9.1. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no endereço da Secretaria Municipal de Saúde de Catalão-GO, eis: Rodovia BR-050, Km 278, s/nº (prédio do antigo DNIT) – Bairro São Francisco, CEP nº 75.707-270, Catalão-Goiás, nos dias úteis, no horário das 8 horas às 16 horas.

16.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- a) Anexo I – Modelo de Proposta de Preços
- b) Anexo II – Minuta do Contrato de Fornecimento de Equipamentos e Mobiliário
- c) Anexo III – Termo de Referência

Catalão-GO, 12 de abril de 2024.

Edital elaborado por: **MARA CAROLINA GODOI RODRIGUES**
Agente de Contratação – Decreto Municipal n.º 2.487/2024
Secretaria de Saúde
Município de Catalão

Edital aprovado por: **GIZELDA VASCONCELOS VIEIRA DE ALCANTARA**
Secretária de Saúde – Portaria Municipal n.º 997/2024
Gestora do Fundo Municipal de Saúde
Município de Catalão

ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

(Impresso em papel timbrado da empresa)

Apresentamos a nossa Proposta de Preços para o fornecimento de Equipamentos e Mobiliário para a Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde de Catalão - Go, conforme estipulado no Edital, especificadamente no Termo de Referência (Anexo III).

Local e Data:			
Razão Social:			
CNPJ n.º:			
Referências Bancárias para pagamento: Conta n.º		Agência:	Banco:
Endereço Completo:			
Telefone:			
Dados do Representante Legal		Nome:	
		Endereço:	
		Profissão:	RG nº
		E-mail:	CPF nº
			Tel.:

ITEM	QUANT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO E N.º DE REGISTRO NA ANVISA/INMETRO	MARCA	FABRICANTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
VALOR TOTAL GERAL							
PRAZO DE ENTREGA							
PRAZO DE GARANTIA/VALIDADE							
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA							

Declaramos,

- a) O preenchimento das seguintes informações: descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência - Anexo III do Edital de Licitação n.º 90005/2024, especificação e número de registro na Anvisa/Inmetro, marca, fabricante, prazo de validade, garantia, valor unitário e total do item.
- b) O prazo de validade **MÍNIMO** da proposta é de **60 (SESSENTA) DIAS**, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.
- c) Nos preços apresentados consideram-se incluídas todas as despesas, inclusive as de escritório, expediente, fretes, descargas, seguros, fornecimento de mão-de-obra, prestação

de garantia de fábrica, materiais, máquinas e equipamentos necessários, tributos, encargos de leis sociais, e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste Edital, relativas ao objeto desta licitação;

d) Somos cientes de que não será aceito o pedido para a alteração dos valores apresentados por meio desta proposta, sob a alegação de erro, omissão ou quaisquer outros pretextos, visto que a indicação e apresentação dos mesmos são de responsabilidade nossa;

e) Temos capacidade técnico-operacional para prestar o fornecimento dos itens para os quais apresentamos nossa proposta.

f) Cumpriremos o prazo de entrega, eis 30 (trinta) dias corridos contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

Catalão, ____ de _____ de _____.

**Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
(Com carimbo da empresa)**

ANEXO II

MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO Nº __/2024

Termo de Contrato de Fornecimento que entre si fazem o _____ e a Empresa _____.

CONTRATANTE: O _____, pessoa jurídica de direito _____, inscrito no CNPJ sob o nº _____, com sede à _____, neste ato representado pelo(a) seu(ua) Gestor(a), Sr.(a) _____, brasileiro(a), servidor(a) público(a) municipal, portador(a) do RG nº _____ e CPF nº _____, residente e domiciliado(a) nesta cidade de Catalão-GO.

CONTRATADA: O(A) _____ inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº _____, sediado(a) na _____, em _____ neste ato representada pelo(a) Sr.(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, expedida pela(o) _____, e CPF nº _____ residente e domiciliado em _____.

Tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº 2024014295 - Pregão Eletrônico n.º 90005/2024** e em observância às disposições da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto Municipal nº 1.877, de 20 de março de 2023, Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022, Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios Goianos - TCM/GO n.º 0009/2023, da legislação complementar aplicável, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

1.1. O objeto do presente instrumento é a Aquisição de Equipamentos e Mobiliário, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório (**Pregão n.º 90005/2024**) e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA:

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de e encerramento em ..., e somente poderá ser prorrogado nos termos do artigo 107 da Lei n.º 14.133/2021.

2.2. A realização do objeto será iniciada após a assinatura deste contrato e emissão da ordem de serviço, estipulando-se como prazo aquele descrito no Termo de Referência.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO:

3.1. O valor total da contratação é de R\$ _____ (_____).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Catalão, por meio do Fundo Municipal de Saúde de Catalão (FMS), para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO:

5.1. O prazo para pagamento à Contratada e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Edital e/ou Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE:

5.1. As regras acerca do reajuste de preços do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO:

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - REGIME DE FORNECIMENTO

8.1. O regime de fornecimento é aquele previsto no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:

9.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO:

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

11.1. As sanções relacionadas á execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO:

12.1. A disciplina inerente ao controle e fiscalização da execução contratual é aquela prevista no Termo de Referência, anexo do Edital.

12.2. De acordo com a Portaria nº ___/20___, incumbe ao servidor _____ a fiscalização e controle da execução deste contrato, parte integrante do certame.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

13. As alterações neste instrumento contratual que forem necessárias para a plena execução de suas finalidades, deverão obedecer aos ditames legais contidos no art. 124 da Lei 14.133/2021 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, sempre devidamente fundamentadas e autorizadas pelas partes integrantes do presente pacto.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS VEDAÇÕES:

14.1. É vedado à Contratada:

14.2. **Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;**

14.3. Interromper a entrega sob alegação de inadimplemento por parte do Contratante, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - RESCISÃO:

15.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 137 da Lei nº 14.133/2021, com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à Contratada o direito à prévia e ampla defesa.

15.3. A Contratada reconhece os direitos do Contratante em caso de rescisão administrativa prevista no Capítulo VIII - Das Hipóteses de Extinção dos Contratos

15.4. **O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:**

15.5. Balanço atualizado dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao previsto no Termo de Referência;

15.6. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

15.7. **Indenizações e multas.**

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS:

16.1. Os casos omissos serão decididos pela Contratante, segundo as disposições contidas na Lei n.º 14.133/2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo

as disposições contidas na Lei n.º 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO:

17.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, seguindo o regramento imposto pela Lei n.º 14.133/2021 e TCM/GO.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO:

18.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de Catalão, Estado de Goiás.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Catalão-GO, ____ de _____ de 2024.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____ . CPF: _____
2. _____ . CPF: _____

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO PROPOSTA

1.1. O presente Termo tem por objetivo estabelecer as condições para a aquisição de Equipamentos e Mobiliários.

1.2. Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema Compras.gov.br e as disposições deste Termo de Referência, prevalecem as disposições deste Termo de Referência.

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, observando o disposto no artigo 20 da Lei n.º 14.133 de 2021 e do Decreto Municipal n.º 895 de 18 de outubro de 2021.

Subcontratação

1.4. A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

2. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

2.1. Os itens apresentados neste instrumento caracterizam-se como de natureza comum, tendo em vista que são geralmente ofertados pelas empresas e são facilmente comparáveis entre si, já que possuem padrões de desempenho e de características gerais similares, de modo a permitir objetivamente uma decisão de compra, com base no menor preço, por meio de especificações usuais e amplamente praticadas no mercado.

2.2. O procedimento para a aquisição será conduzido por meio de **PREGÃO ELETRÔNICO**, critério de julgamento **MENOR PREÇO UNITÁRIO**.

2.3. A completa descrição da solução, foi extraída dos estudos técnicos preliminares, com eventuais atualizações decorrentes do seu amadurecimento.

2.4. A descrição detalhada dos itens consta na Tabela a seguir.

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE
1	608476	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - MATERIAL: AÇO INOX 304; ACABAMENTO SUPERFICIAL: ESCOVADO; QUANTIDADE PORTAS: 2 UN; QUANTIDADE PRATELEIRAS: 4 UN; ALTURA APROXIMADA: 1,98M; LARGURA: 90 M; PROFUNDIDADE: 0,40 M; COR: CINZA; APLICAÇÃO: ARMARIO MULTIUSO.	18	UND.
2	378734	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - TIPO: COMPACTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1 TORNEIRA ÁGUA GELADA, 1 TORNEIRA ÁGUA NATURAL, VOLTAGEM: 220 V, MATERIAL GABINETE: TERMOPLÁSTICO, CAPACIDADE ÁGUA: 2 L, VAZÃO: 4,4 L/H, COR: BRANCA; LIGADO DIRETAMENTE NA REDE HIDRAULICA	3	UND.
3	459719	CAMA CONJUGADA COM COLCHÃO TIPO BELICHE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - MATERIAL: AÇO; QUANTIDADE LEITOS: 2 UM; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA; COMPRIMENTO: 197 CM; LARGURA: 86 CM; ALTURA: 180 CM; COR: BRANCO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESCADA, PROTEÇÃO LATERAL; COLCHÃO REVESTIDO EM CAPA IMPERMEÁVEL AZUL EM NAPA, POSSUIR ZÍPER; PLACA DE ESPUMA DE POLIURETANO D28, ANTI ALÉRGICO; ANTI-ÁCARO E ANTI-FUNGO	2	UND.
4	462003	MÁQUINA LAVAR ROUPA – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS -LAVADORA E SECADORA; CAPACIDADE: 15 KG; ABERTURA: FRONTAL; MATERIAL CESTO: AÇO INOXIDÁVEL; COR: BRANCA; CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA A; VOLTAGEM: 220 V.	2	UND.
5	338551	MESA ESCRITÓRIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - MATERIAL TAMPO: AGLOMERADO; REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO; LARGURA: 0,75 M; COMPRIMENTO: 1.20 M; ESPESSURA: 25 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 GAVETAS E SAPATAS REGULADORA DE NÍVEL; ALTURA: 0,74 M, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO; FORMATO: RETANGULAR; TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTURA EM EPÓXI-PÓ NA COR CINZA - ENTREGAR MONTADAS	54	UND.

6	302916	BALCÃO SELF SERVICE REFRIGERADO – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BALCÃO TÉRMICO FABRICADO EM AÇO INOX LIGA 304 18/8, COM CAPACIDADE PARA 04 CUBAS GASTRONÔMICA (PADRÃO GASTRONORM) INCLUSAS; 1/1 PROFUNDIDADE 100 MILÍMETROS. DIMENSÕES 760 MILÍMETROS LARGURA, 910 MILÍMETROS DE ALTURA, 1550 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. REFRIGERAÇÃO COM TEMPERATURA ENTRA +2 E +7, COM CONTROLADOR DIGITAL E ISOLAMENTO TÉRMICO PU EXPANDIDO. TANQUE COM REFRIGERAÇÃO COM SERPENTINA. PROTETOR SALIVAR COM VIDRO CURVO DOS DOIS LADOS DIMENSÕES: 1550 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO, 600 MILÍMETROS ALTURA, 467 DE LARGURA. VOLTAGEM 220V. EQUIPADO COM RODÍZIOS DE 3” COM TRAVA. CORREDIÇA PARA APOIO DE BANDEJAS EM AÇO INOX AISI 304 18/8 EM AMBOS OS LADOS QUE DO BALCÃO, 1550 MILÍMETROS COMPRIMENTO, 310 MILÍMETROS LARGURA, 105 MILÍMETROS ALTURA. MÓDULO REVESTIDO POR CHAPAS DE AÇO INOX 304 ATÉ A ALTURA DOS RODÍZIOS	2	UND.
7	307130	ESTANTE CAIXA BOX ORGANIZADORA COM GAVETAS BIN Nº 5 COM 60 GAVETAS INCLUSAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, A PINTURA DAS CHAPAS SÃO FEITAS COM TINTA ELETROSTÁTICA EM PÓ EPÓXI ANTIBACTERIANA, NA COR CINZA DIMENSÕES (AXLXP): 150 X 60 X 18 CM, CAIXAS ORGANIZADORAS EM POLIPROPILENO, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL	6	UND.
8	418925	CENTRIFUGA PARA TUBOS, AJUSTE DIGITAL, COM PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMAVEL, ATE 15ML. CAPACIDADE MÍNIMA DE 24 TUBOS, ATE 5.000 RPM, TEMPORIZADOR ATE 99 MIN, SEGURANÇA TAMPA ABERTA, ALARME DESBALANCEAMENTO. 220 V	4	UND.
9	429502	ANALISADOR DE GASES E ELETROLITOS NO SANGUE, ELETROLITOS, HT, HB, SO2, AJUSTE DIGITAL COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE. MINIMO DE 30 TESTES/HORA, ACESSORIOS COM IMPRESSORA. ACARACTERISTICA ADICIONAL 10 PARAMETROS. 220V	1	UND.
10	601089	MICROSCOPIO BINOCULAR, TUBO OCULAR DE 30 OU 45°, ROTATIVO DE 360°, AUMENTO DE 40 A 1000 X, OBJETIVAS ACROMATICAS DE 4X-10X-40X-100X, CONTROLE DE LUMINOSIDADE, FOCALIZAÇÃO MACROMÉTRICA E MICROMÉTRICA, 220V	4	UND.
11	446550	EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA EXAMES BIOQUÍMICOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 TESTES/HORA, BANDEJA DE REAGENTES REFRIGERADA, LAVAGEM DE CUBETAS, CAPACIDADE PARA CARREGAMENTO MÍNIMO DE 40 POSIÇÕES PARA AMOSTRAS E 40 POSIÇÕES PARA REAGENTES, LEITOR DE CODIGO DE BARRAS. 220 V. SISTEMA ABERTO PARA REAGENTES. COM ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS INCLUSOS (COMPUTADOR, IMPRESSORA, NOBREAK)	3	UND.
12	439005	EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA HEMOGRAMA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 TESTES/HORA E AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS: WBC, RBC, HGB, HCT, VCM, HCM, CHCM, RDW, PLT, %NEUT, %LINF, % MON, %EOS, %BASO, NEUT, LINF, MON, EOS, BASO, MPV, PCT, LEUCOMETRIA COM DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. IDENTIFICAÇÃO DE LINHAGEM IMATURA DE LEUCÓCITOS, LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, SAMPLER PARA MÍNIMO DE 20 TUBOS FECHADOS E ABERTOS. 220 V. COM ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS INCLUSOS.	3	UND.
13	453212	APARELHO SEMI-AUTOMÁTICO PARA TESTES COAGULOMÉTRICOS QUE PERMITA DETERMINAR TEMPO DE PROTROMBINA, TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA, DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FIBRINOGENIO NO PLASMA, TEMPO DE PROTROMBINA. INCUBADOR INCORPORADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 AMOSTRAS. 220 V	2	UND.
14	412292	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUINEAS, AJUSTE MECÂNICO, VISOR ANALÓGICO, MEMÓRIA ATÉ 100 CONTAGENS, CAPACIDADE ATÉ 10 TIPOS. 220V	4	UND.
15	439244	HOMOGENEIZADOR DE SANGUE CAPACIDADE MININMA 18 TUBOS 220V.	2	UND.
16	414629	ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL: GABINETE AÇO INOX, AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE 150 L, TEMPERATURA ATÉ 200°C, COMPONENTES COM 2 BANEJAS, COM VEDAÇÃO. 220V	2	UND.

17	434772	<p>AUTOCLAVE HOSPITALAR 100 LTS - O EQUIPAMENTO DESCRITO CONSISTE EM UMA AUTOCLAVE HORIZONTAL A SER UTILIZADA EM HOSPITAIS PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS, A QUAL ESTEJA DENTRO DE TAIS CARACTERÍSTICAS: POSSUIR FORMATO DA CÂMARA RETANGULAR DE ESTERILIZAÇÃO; O EQUIPAMENTO SER DOTADO DE UMA PORTA COM FORMATO RETANGULAR; POSSUIR CARRO EXTERNO PARA TRANSPORTE DO CESTO; POSSUIR CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DO CESTO; POSSUIR CESTO ARAMADO EM AÇO INOX AISI 304; POSSUIR VOLANTE CENTRAL COM ACIONAMENTO MANUAL; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER OPERADO COM VAPOR ORIUNDO DE GERAÇÃO PRÓPRIA ATRAVÉS DO GERADOR DE VAPOR INCORPORADO AO EQUIPAMENTO (VAPOR SATURADO COMO AGENTE ESTERILIZANTE); O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER OPERADO COM O SEGUINTE TIPO DE COMANDO: CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP) COM INTERFACE HOMEM MAQUINA (IHM) GRÁFICA ALFA NUMÉRICA TIPO TEXTO. ESSE CONTROLADOR DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 15 PROGRAMAS ENTRE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO E TESTES (TESTE DE ESTANQUEIDADE E TESTE DE BOWIEDICK); POSSUIR 01 MANÔMETRO DO GERADOR DE VAPOR DA CÂMARA EXTERNA; POSSUIR 01 BOTÃO DE LIGA/DESLIGA, COM ILUMINAÇÃO INDICANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ ENERGIZADO; POSSUIR 01 IMPRESSORA MATRIXIAL PARA REGISTRO DOS DADOS DOS CICLOS REALIZADOS, TAIS COMO TEMPERATURA, PRESSÃO, TEMPOS E LOTES; POSSUIR 01 MANOVACUÔMETRO DA CÂMARA INTERNA; POSSUIR 01 BOTÃO DE EMERGÊNCIA; POSSUIR 01 INDICADOR SONORO DE FINALIZAÇÃO DE CICLO; POSSUIR SISTEMA DE INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTO ENERGIZADO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER AOS DIVERSOS TIPOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO POROSO, EMPACOTADO, MATERIAL POROSO DESEMPACOTADO OU OCO E MATERIAIS SÓLIDOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, VIDROS, LÍQUIDOS EM GARRAFAS OU BOLSAS FECHADAS OU NÃO, E OUTROS MATERIAIS CONTAMINADOS DESDE QUE SUPORTE CONDIÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, MATERIAIS INVASIVOS E NÃO INVASIVOS, DENTRE OUTROS; COM SISTEMA DE SECAGEM DE DIFERENTES MATERIAIS E INSTRUMENTOS; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 (3~) OU 380 (3~); FREQUENCIA 60HZ; POTENCIA MÍNIMA 7000W; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE COMANDO 220V; ALIMENTAÇÃO DE AGUA UNIÃO ROSCADA DE ½"; FAIXA DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO 90 A 135°; PRESSÃO DE OPERAÇÃO 1,2 A 2,30 BAR; FAIXA DE TEMPERATURA DE ESTERILIZAÇÃO 121 A 135°; PROFUNDIDADE DO VÁCUO - 0,70BAR; TEMPERATURA DE SAÍDA DE EXPURGO DE 50 A 80°; VAZAMENTO ADMISSÍVEL ≤ 1,30 MBAR/MIN; DIMENSÕES DA CÂMARA RETANGULAR DE ESTERILIZAÇÃO DE 100 LITROS DEVERA POSSUIR NO MÍNIMO AS SEGUINTE MEDIDAS: 41X41X60CM; O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR SISTEMA DE DUPLA CÂMARA (INTERNA E EXTERNA) PARA ACOMODAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DOS MATERIAIS; A CÂMARA INTERNA PODERÁ SER FABRICADA EM ALGUNS TIPOS DE CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL TAIS COMO: AISI 316TI, AISI 316L, AISI 316 OU AISI 304. COM ESPESSURA VARIANDO DE 3,00MM A 10,00MM; A CÂMARA INTERNA DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO INTERNO POLIDO COM PADRÃO SANITÁRIO OU ELETROPOLIMENTO; A CÂMARA EXTERNA PODERÁ SER FABRICADA EM CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL: AISI 316TI, AISI 316L, AISI 316 OU AISI 304. COM ESPESSURA VARIANDO DE 3,00MM A 10,00MM; AS CAMARAS DEVERÃO SER SOLDADAS ENTRE SI PELO PROCESSO DE SOLDA MIG E TIG, AS QUAIS DEVEM TER PASSADO PELO TESTE DE PRESSÃO HIDROSTÁTICA, NO PERÍODO DE FABRICAÇÃO, CONFORME NORMAS DA ASME E NORMAS DA ABNT, NBR 11 816 E NORMA REGULAMENTADORA Nº13 (NR13); BATENTES DE AÇO INOXIDÁVEIS SOLDADOS NO CONJUNTO DAS CÂMARAS INTERNA E EXTERNA; A ISOLAÇÃO TÉRMICA DAS CÂMARAS POR MEIOS DE MANTAS DE FIBRAS MINERAIS ISENTAS DE CLORETOS E FIXADAS COM LAMINAS DE AÇO OU ALUMÍNIO E REVESTIDAS COM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO; A FLANGE DA PORTA VOLANTE CENTRAL PODEM SER FABRICADAS EM CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI316TI, AISI316L AISI316 OU AISI304 COM ACABAMENTO POLIDO; A PORTA DEVERÁ TER TRAVA DE SEGURANÇA MECÂNICA, NO EIXO CENTRAL, FECHAMENTO HERMÉTICO E ABERTURA POR MEIO DE VOLANTE CENTRAL COM ASTES DE AÇO INOXIDÁVEL NO FLANGE; O GABINETE DEVE SER MONTADO EM ARMAÇÕES DE CANTONEIRAS EM AÇO COM PROTEÇÃO ANTI CORROSIVA E ANTI OXIDANTE E PINTURA DE EPÓXI; PÉS REGULÁVEIS QUE PERMITE NIVELAMENTO COMPLETO DO EQUIPAMENTO; O REVESTIMENTO EXTERNO DO EQUIPAMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 316TI, AISI 316L, AISI 316 OU AISI 304 OU AISI 430 COM ACABAMENTO ESCOVADO; NO SISTEMA DE GERADOR DE VAPOR O NÍVEL DE AGUA É CONTROLADO POR SISTEMA DE ELETRODOS OU BOIA DE NÍVEL; POTENCIA MÍNIMA DO MOTOR DE BOMBA DE VÁCUO DE ANEL LIQUIDO 3/4CV; O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR BOMBA DE AGUA COM ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO DO GERADOR DE VAPOR ANTES E/OU DURANTE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO COM POTÊNCIA CAPAZ DE ABASTECER O GERADOR MESMO QUANDO PRESSURIZADO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DOTADO DE CESTO ARAMADO FABRICADO EM AÇO INOX AISI 304 PARA ACOMODAR MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA ESTERILIZAÇÃO; O EQUIPAMENTO FABRICADO (A AUTOCLAVE) TERÁ QUE ESTAR DE ACORDO COM AS SEGUINTE FORMAS ABNT NBR ISO11 816, ABNT NBR ISO 17665, ABNT NBR ISO 14971, ABNT NBR ISO 5410, EN285, IEC 61010-1, IEC 61010-2-040, ABNT NBR IEC 62366, ABNT NBR IEC 62304, E A NORMA REGULADORA N13(NR13); POSSUIR CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA; A EMPRESA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CERTIFICADA COM BASE NAS NORMAS ABNT NBR ISO 9001, ABNT NBR ISO 13485, ERDC16. GARANTIA DE 2 ANOS; INSTALAÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA; TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO POR CONTA DA EMPRESA</p>	2	UND.
----	--------	---	---	------

		VENCEDORA; CONSULTORIA DA PRÉ INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA		
18	389394	AUTOCLAVE HOSPITALAR 200 LTS - O EQUIPAMENTO DESCRITO CONSISTE EM UMA AUTOCLAVE HORIZONTAL A SER UTILIZADA EM HOSPITAIS PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS, A QUAL ESTEJA DENTRO DE TAIS CARACTERÍSTICAS: POSSUIR FORMATO DA CÂMARA RETANGULAR DE ESTERILIZAÇÃO; O EQUIPAMENTO SER DOTADO DE UMA PORTA COM FORMATO RETANGULAR; POSSUIR VOLANTE CENTRAL COM ACIONAMENTO MANUAL; POSSUIR CARRO EXTERNO PARA ACOMODAÇÃO TRANSPORTE DE CESTO; POSSUIR CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DO CESTO; POSSUIR CESTO ARAMADO EM AÇO INOX AISI304; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER OPERADO COM VAPOR ORIUNDO DE GERAÇÃO PRÓPRIA ATRAVÉS DO GERADOR DE VAPOR INCORPORADO AO EQUIPAMENTO (VAPOR SATURADO COMO AGENTE ESTERILIZANTE); O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER OPERADO COM O SEGUINTE TIPO DE COMANDO: CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP) COM INTERFACE HOMEM MAQUINA (IHM) GRÁFICA ALFA NUMÉRICA TIPO TEXTO. ESSE CONTROLADOR DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 15 PROGRAMAS ENTRE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO E TESTES (TESTE DE ESTANQUEIDADE E TESTE DE BOWIEDICK); POSSUIR 01 MANÔMETRO DO GERADOR DE VAPOR DA CÂMARA EXTERNA; POSSUIR 01 BOTÃO DE LIGA/DESLIGA, COM ILUMINAÇÃO INDICANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ ENERGIZADO; POSSUIR 01 IMPRESSORA MATRIXIAL PARA REGISTRO DOS DADOS DOS CICLOS REALIZADOS, TAIS COMO TEMPERATURA, PRESSÃO, TEMPOS E LOTES; POSSUIR 01 MANOVACUÔMETRO DA CÂMARA INTERNA; POSSUIR 01 BOTÃO DE EMERGÊNCIA; POSSUIR 01 INDICADOR SONORO DE FINALIZAÇÃO DE CICLO; POSSUIR SISTEMA DE INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTO ENERGIZADO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER AOS DIVERSOS TIPOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO POROSO, EMPACOTADO, MATERIAL POROSO DESEMPACOTADO OU OCO E MATERIAIS SÓLIDOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, VIDROS, LÍQUIDOS EM GARRAFAS OU BOLSAS FECHADAS OU NÃO, E OUTROS MATERIAIS CONTAMINADOS DESDE QUE SUPORTE CONDIÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, MATERIAIS INVASIVOS E NÃO INVASIVOS, DENTRE OUTROS; COM SISTEMA DE SECAGEM DE DIFERENTES MATERIAIS E INSTRUMENTOS; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 (3~) OU 380 (3~); FREQUENCIA 60HZ; POTENCIA MÍNIMA 7000W; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE COMANDO 220V; ALIMENTAÇÃO DE AGUA UNIÃO ROSCADA DE ½"; FAIXA DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO 90 A 135°; PRESSÃO DE OPERAÇÃO 1,2 A 2,30 BAR; FAIXA DE TEMPERATURA DE ESTERILIZAÇÃO 121 A 135°; PROFUNDIDADE DO VÁCUO - 0,70BAR; TEMPERATURA DE SAÍDA DE EXPURGO DE 50 A 80°; VAZAMENTO ADMISSÍVEL ≤ 1,30 MBAR/MIN; DIMENSÕES DA CÂMARA RETANGULAR DE ESTERILIZAÇÃO DE 200 LITROS DEVERA POSSUIR NO MÍNIMO AS SEGUINTE MEDIDAS: 41X41X120CM; O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR SISTEMA DE DUPLA CÂMARA (INTERNA E EXTERNA) PARA ACOMODAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DOS MATERIAIS; A CÂMARA INTERNA PODERÁ SER FABRICADA EM ALGUNS TIPOS DE CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL TAIS COMO: AISI 316TI, AISI 316L, AISI 316 OU AISI 304. COM ESPESURA VARIANDO DE 3,00MM A 10,00MM; A CÂMARA INTERNA DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO INTERNO POLIDO COM PADRÃO SANITÁRIO OU ELETROPOLIMENTO; A CÂMARA EXTERNA PODERÁ SER FABRICADA EM CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL: AISI 316TI, AISI 316L, AISI 316 OU AISI 304. COM ESPESURA VARIANDO DE 3,00MM A 10,00MM; AS CAMARAS DEVERÃO SER SOLDADAS ENTRE SI PELO PROCESSO DE SOLDA MIG E TIG, AS QUAIS DEVEM TER PASSADO PELO TESTE DE PRESSÃO HIDROSTÁTICA, NO PERÍODO DE FABRICAÇÃO, CONFORME NORMAS DA ASME E NORMAS DA ABNT, NBR 11 816 E NORMA REGULAMENTADORA N°13 (NR13); BATES DE AÇO INOXIDÁVEIS SOLDADOS NO CONJUNTO DAS CÂMARAS INTERNA E EXTERNA; A ISOLAÇÃO TÉRMICA DAS CÂMARAS POR MEIOS DE MANTAS DE FIBRAS MINERAIS ISENTAS DE CLORETOS E FIXADAS COM LAMINAS DE AÇO OU ALUMÍNIO E REVESTIDAS COM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO; A FLANGE DA PORTA VOLANTE CENTRAL PODEM SER FABRICADAS EM CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI316TI, AISI316L AISI316 OU AISI304 COM ACABAMENTO POLIDO; A PORTA DEVERÁ TER TRAVA DE SEGURANÇA MECÂNICA, NO EIXO CENTRAL, FECHAMENTO HERMÉTICO E ABERTURA POR MEIO DE VOLANTE CENTRAL COM ASTES DE AÇO INOXIDÁVEL NO FLANGE; O GABINETE DEVE SER MONTADO EM ARMAÇÕES DE CANTONEIRAS EM AÇO COM PROTEÇÃO ANTI CORROSIVA E ANTI OXIDANTE E PINTURA DE EPÓXI; PÉS REGULÁVEIS QUE PERMITE NIVELAMENTO COMPLETO DO EQUIPAMENTO; O REVESTIMENTO EXTERNO DO EQUIPAMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 316TI, AISI 316L, AISI 316 OU AISI 304 OU AISI 430 COM ACABAMENTO ESCOVADO; NO SISTEMA DE GERADOR DE VAPOR O NÍVEL DE AGUA É CONTROLADO POR SISTEMA DE ELETRODOS OU BOIA DE NÍVEL; POTENCIA MÍNIMA DO MOTOR DE BOMBA DE VÁCUO DE ANEL LIQUIDO 1,50CV; O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR BOMBA DE AGUA COM ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO DO GERADOR DE VAPOR ANTES E/OU DURANTE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO COM POTÊNCIA CAPAZ DE ABASTECER O GERADOR MESMO QUANDO PRESSURIZADO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DOTADO DE CESTO ARAMADO FABRICADO EM AÇO INOX AISI 304 PARA ACOMODAR MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA ESTERILIZAÇÃO; O EQUIPAMENTO FABRICADO (A AUTOCLAVE) TERÁ QUE ESTAR DE ACORDO COM AS SEGUINTE FORMAS ABNT NBR ISO11 816, ABNT NBR ISO 17665, ABNT NBR ISO 14971, ABNT NBR ISO 5410, EN285, IEC 61010-1, IEC 61010-2-040, ABNT NBR IEC 62366, ABNT NBR IEC 62304, E A NORMA REGULADORA N13(NR13);	2	UND.

		POSSUIR CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA; A EMPRESA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CERTIFICADA COM BASE NAS NORMAS ABNT NBR ISO 9001, ABNT NBR ISO 13485, ERDC16. GARANTIA DE 2 ANOS; INSTALAÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA; TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA; CONSULTORIA DA PRÉ INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA		
19	413267	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS. POSSUIR OS SEGUINTE MODOS DE VENTILAÇÃO OU MODOS VENTILATÓRIOS COMPATÍVEIS: VENTILAÇÃO COM VOLUME CONTROLADO; VENTILAÇÃO COM PRESSÃO CONTROLADA; VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA; VENTILAÇÃO COM SUPORTE DE PRESSÃO; VENTILAÇÃO COM SUPORTE À VOLUME; VENTILAÇÃO COM FLUXO CONTÍNUO, CICLADO A TEMPO E COM PRESSÃO LIMITADA, INCLUSIVE EM SIMV OU MODO VOLUME GARANTIDO PARA PACIENTES NEONATAIS; TERAPIA DE OXIGÊNIO DE ALTO FLUXO; VENTILAÇÃO EM DOIS NÍVEIS, VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA, INCLUSIVE EM NEONATAL; PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS - CPAP; VENTILAÇÃO DE BACK UP NO MÍNIMO NOS MODOS ESPONTÂNEOS; COM POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE MODO DE VENTILAÇÃO PROPORCIONAL COM SINCRONISMO/ ADAPTAÇÃO DO PACIENTE-VENTILADOR PARA UMA MELHOR MECÂNICA RESPIRATÓRIA (NAVA, , SMARTCARE, PAV, ASV, AVA OU SIMILAR) AO MENOS PARA PACIENTES ADULTOS/PEDIÁTRICOS. SISTEMA DE CONTROLES: POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS COM AS FAIXAS: PRESSÃO CONTROLADA E PRESSÃO DE SUPORTE DE NO MÍNIMO ATÉ 60CMH20; VOLUME CORRENTE DE NO MÍNIMO ENTRE 5 A 2000 ML; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE NO MÍNIMO ATÉ 100 RPM; TEMPO INSPIRATÓRIO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,3 A 5,0 SEGUNDOS; PEEP DE NO MÍNIMO ATÉ 40 CMH20; SENSIBILIDADE INSPIRATÓRIA POR FLUXO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,5 A 2,0 LPM; AJUSTE DO FLUXO PARA TERAPIA DE OXIGÊNIO DE ALTO FLUXO DE 2 A NO MÍNIMO 50 L/MIN; FIO2 DE NO MÍNIMO 21 A 100%. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO: TELA COLORIDA DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS TOUCH-SCREEN, BOTÃO ROTACIONAL PARA AJUSTE DE PROGRAMAZÃO DOS PARÂMETROS: MONITORAÇÃO DE VOLUME POR SENSOR PROXIMAL OU DISTAL PARA PACIENTES NEONATAIS E DISTAL PARA PACIENTES ADULTOS; PRINCIPAIS PARÂMETROS MONITORADOS: VOLUME CORRENTE EXALADO, VOLUME CORRENTE INSPIRADO, PRESSÃO DE PICO, PRESSÃO DE PLATÔ, PEEP, PEEP TOTAL, PRESSÃO MÉDIA DE VIAS AÉREAS, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA TOTAL E ESPONTÂNEA, TEMPO INSPIRATÓRIO, TEMPO EXPIRATÓRIO, FIO2 COM MONITORAÇÃO POR SENSOR PARAMAGNÉTICO OU ULTRASSÔNICO OU GALVÂNICO, RELAÇÃO I:E,PICO DE FLUXO INSPIRATÓRIO, VOLUME MINUTO EXPIRADO, CONSTANTE DE TEMPO EXPIRATÓRIO, ÍNDICE DE STRESS E VOLUME EXPIRATÓRIO. CÁLCULOS AUTOMÁTICOS DE MECÂNICA: RESISTÊNCIA, COMPLACÊNCIA, PRESSÃO DE OCLUSÃO E AUTO PEEP. APRESENTAÇÃO DE CURVAS PRESSÃO X TEMPO, FLUXO X TEMPO, VOLUME X TEMPO, LOOPS PRESSÃO X VOLUME, FLUXO X VOLUME E FLUXO/PRESSÃO; APRESENTAÇÃO DE GRÁFICOS COM AS TENDÊNCIAS. SISTEMA DE ALARMES COM PELO MENOS: ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO INSPIRATÓRIA, ALTO E BAIXO VOLUME MINUTO, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, ALTA/BAIXA FIO2, APNEIA, PRESSÃO DE O2 BAIXA, PRESSÃO DE AR BAIXA, FALHA NO FORNECIMENTO DE GÁS, FALTA DE ENERGIA, BAIXA CARGA DA BATERIA E PARA VENTILADOR SEM CONDIÇÃO PARA FUNCIONAR, OU SIMILAR. RECURSO DE NEBULIZAÇÃO INCORPORADO AO EQUIPAMENTO SEM ALTERAÇÃO DA FIO2 AJUSTADA; TECLA PARA PAUSA MANUAL INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA. ARMAZENAR NA MEMÓRIA OS ÚLTIMOS PARÂMETROS AJUSTADOS; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS. O VENTILADOR DEVERÁ CONTINUAR VENTILANDO O PACIENTE MESMO COM A FALTA DE UM DOS GASES EM CASO DE EMERGÊNCIA E ALARMAR INDICANDO O GÁS FALTANTE. ACOMPANHAR NO MÍNIMO OS ACESSÓRIOS: BRAÇO ARTICULADO, PEDESTAL COM RODÍZIOS, CIRCUITO PACIENTE PEDIÁTRICO/ADULTO, CIRCUITO PACIENTE NEONATAL/PEDIÁTRICO, VÁLVULA DE EXALAÇÃO, MANGUEIRAS PARA CONEXÃO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO. COMPATÍVEL COM PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO HL7. SOFTWARE EM LÍNGUA PORTUGUESA. ATENDIMENTO ÀS NORMAS: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; GRAU DE PROTEÇÃO IP21. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 v.	8	UND.
20	422533	CAMA HOSPITALAR FAWLER ADULTO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS PARA PACIENTES DE 150KG. MOVIMENTOS: ELEVÇÃO DORSAL, FOWLER, SEMI FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS, CARDÍACO E SENTADO; SISTEMA DE ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS POR MEIO DE MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS CROMADAS. ESTRUTURA: EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. GRADES: GRADES LATERAIS, CONSTRUÍDAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO. CABECEIRA E PESEIRA: REMOVÍVEIS, CONSTRUÍDAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. RODAS: GIRATÓRIAS COM APROXIMADAMENTE 60MM DE DIÂMETRO, REVESTIDAS EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA, SENDO NO MÍNIMO DUAS COM FREIOS. DIMENSÕES EXTERNAS MÁXIMAS: COMPRIMENTO 1,90M X LARGURA 0,80M. ACOMPANHA: SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX COM ALTURA REGULÁVEL (INCORPORADO À ESTRUTURA DA CAMA) E COLCHÃO. COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR REVESTIDO EM CURVIM COR AZUL, ESTRUTURA INTERNA EM ESPUMA 100% POLIURETANO, DENSIDADE MÍNIMA 33, REVESTIMENTO EM MATERIAL LAVÁVEL, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A USO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA DESINFECÇÃO, NA COR AZUL ROYAL, COM SELAGEM VULCANIZADA, FECHAMENTO EM ZIPER, PRESENÇA DE DISPOSITIVO DE VENTILACAO NA LATERAL QUE IMPECA A CONTAMINACAO INTERNA. DIMENSAO TOTAL: COMPRIMENTO	3	UND.

		1,90CM, LARGURA 80CM, ALTURA BASE 14CM, TRATAMENTO ANTI-ACARO E ANTIFUNGICO. APRESENTAR REGISTRO DO EQUIPAMENTO JUNTO À ANVISA/MS. APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO ORIGINAL COM TODAS AS INFORMAÇÕES DETALHADAS DA MARCA/MODELO DO EQUIPAMENTO COTADO. SERVIÇOS: ENTREGA, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO OPERACIONAL, MANUAL TÉCNICO E DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO		
21	375168	SELADORA - SELADORA 30 CM, BIVOLT, SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIREÇÕES; ACIONAMENTO POR MEIO DE ALAVANCA COM TRAVA; SISTEMA MICROCONTROLADO; SISTEMA DE AVISOS COM LED'S INDICATIVOS E BIPS SONOROS, NO TECLADO DE MEMBRANA; RESISTÊNCIA PTC BLINDADA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 30 MINUTOS; FAZER A ENTREGA E INSTALAÇÃO GARANTIA DE 2 ANOS	2	UND.

2.5. Os equipamentos/mobiliários objeto deste Termo serão adquiridos em estrita obediência às especificações e quantidades descritas na Tabela acima, não podendo, sob hipótese alguma, serem fornecidos fora das especificações ou com especificações inferiores as aprovadas pela Administração ou que dificultem a sua instalação, funcionamento ou utilização.

2.6. Todos os itens (que cabem montagem) deverão ser montados com sistema que permita sua desmontagem e remontagem a critério da Administração, garantindo a integridade física do conjunto.

2.6. Os equipamentos/mobiliários ofertados deverão atender aos padrões técnicos exigíveis, devendo obedecer às normas da ANVISA, INMETRO, etc., e demais legislações aplicáveis a cada equipamento/mobiliário.

2.7. Deverão ser fornecidos e instalados apenas equipamentos/mobiliários NOVOS, sendo vedado, em quaisquer circunstâncias, equipamentos/mobiliários recondicionados ou reciclados.

2.8. Os equipamentos/mobiliários ofertados deverão atender eficazmente às finalidades que deles naturalmente se espera, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), devendo ser observado principalmente a prescrição contida no seu art. 39, VIII.

2.9. Os equipamentos/mobiliários devem vir acompanhados de Manual do Fabricante ou Montadora, ou Prospecto com as características técnicas. Se o equipamento/mobiliário for importado o Manual do Fabricante ou Montadora ou Prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial, além de declaração de que o equipamento/mobiliário possui todas as certificações e compatibilidades exigidas neste Termo de Referência.

2.10. Os equipamentos/mobiliários devem vir acompanhados, ainda, de certificado de garantia do fabricante, da montadora ou do fornecedor, no que couber, devendo prevalecer a que for maior, respeitado o prazo mínimo exigido, conforme indicado no descritivo dos itens.

2.11. Os equipamentos/mobiliários não poderão apresentar qualquer conexão, fios, jumpers ou outros elementos que indiquem erro ou imprecisão de projeto da parte do fabricante ou montador/entregador.

2.12. Desta forma, não serão aceitos, em hipótese alguma, protótipos de equipamentos e mobiliários, nem projetos inacabados, equipamentos/mobiliários com modulação, ou seja, que sofreram transformações ou adaptações em suas configurações originais apenas para atender a este Termo, equipamentos/mobiliários expostos a desgastes, utilizados em mostruário ou em situações similares que possam comprometer a sua qualidade e eficiência, ou que sejam falsificados, reutilizados, de mercado paralelo ou de origem duvidosa, reservando-se a Administração o direito de solicitar documentos que possam comprovar a sua autenticidade e origem.

3. A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO

3.1. O Município de Catalão, situado no Estado de Goiás, experimentou um significativo

aumento populacional entre os dois últimos censos, evidenciando a crescente demanda por serviços de saúde na região. Comparando os dados demográficos, verifica-se uma expressiva ampliação do número de residentes, o que ressalta a urgência em expandir a infraestrutura de saúde pública para atender adequadamente às necessidades dessa população em crescimento.

3.2. No mesmo sentido, não só no Brasil como em outros países também têm ocorrido, principalmente durante os últimos anos, um aumento progressivo na demanda de assistência nos serviços de urgência tanto gerais quanto pediátricos, demonstrando que o Pronto Atendimento tem se tornado importante porta de entrada ao sistema de saúde, visto que as Unidades de Pronto Atendimento são estruturas de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde e as Portas de Urgência Hospitalares.

3.3. Diante desse contexto, a inauguração de duas novas Unidades de Saúde de Pronto Atendimento torna-se uma medida imperativa e estratégica para suprir as demandas emergentes da comunidade catalana.

3.4. O Pronto Atendimento Infantil (PAI) e o Centro de Atendimento Médico (CAM) surgem como resposta às crescentes necessidades de atendimento médico de urgência intermediária, em que cuidados imediatos são realizados de maneira ágil e eficaz e consequente “desafogamento” das Unidades Básicas de Saúde-UBS’s e da UPA-Unidade de Pronto Atendimento.

3.5. O interesse público subjacente a essa iniciativa é ainda mais evidente quando se considera o perfil demográfico em mutação do município. Com o aumento da população, surgem desafios adicionais em garantir o acesso equitativo e de qualidade aos serviços de saúde. O PAI se destaca como uma resposta específica às demandas pediátricas, oferecendo um ambiente especializado para o atendimento de urgências/emergências infantis e contribuindo para a promoção da saúde e bem-estar das crianças, que representam uma parcela significativa da população em crescimento. Todavia, os casos que requererem cuidado continuado e progressivo serão referenciados na Rede Municipal de Saúde, seja nas Unidades Básicas de Saúde-UBS’s, como nos Hospitais Credenciados para cuidados de alta complexidade.

3.6. Por sua vez, o CAM desempenha um papel crucial na descentralização e ampliação dos serviços de saúde básica e especializada, aliviando a sobrecarga nos hospitais de referência e garantindo um atendimento mais próximo e acessível à população. Essa estratégia é fundamental para enfrentar os desafios decorrentes do crescimento populacional, assegurando que todos os cidadãos de Catalão tenham acesso a cuidados de saúde abrangentes e eficazes.

3.7. Considerando a complexidade e a abrangência das duas novas unidades de saúde, a aquisição de Equipamentos e Mobiliário se torna imprescindível para garantir o funcionamento adequado e eficiente das instalações. Esses recursos são essenciais para oferecer um ambiente seguro, confortável e tecnologicamente avançado tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde, promovendo uma assistência de qualidade e contribuindo para a melhoria dos indicadores de saúde da população.

3.8. Portanto, a contratação dos itens mencionados não apenas reflete a necessidade urgente de inauguração das novas Unidades de Saúde em Catalão, mas também representa um compromisso firme da administração pública em atender às demandas crescentes da população, garantindo o acesso universal e equitativo aos serviços de saúde e fortalecendo o sistema de saúde local em face dos desafios demográficos em evolução.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Sustentabilidade: os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do objeto e/ou obrigações da contratada.

4.2. Indicação de marcas ou modelos: na presente contratação será admitida a indicação das marcas disponíveis no mercado, cujas características estejam de acordo com as especificações detalhadas.

4.3. Garantia da Contratação: não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei n.º 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5. MODELO DE EXECUÇÃO

5.1. O prazo de entrega é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho em remessa única.

5.2. Os prazos serão contados a partir da emissão de Ordem de Fornecimento, que deverá constar a especificação dos itens, quantidade, marca e identificação/assinatura do servidor responsável pela sua emissão.

5.4. Os Equipamentos e Mobiliário deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, junto a Coordenação de Patrimônio e Manutenção, localizada na BR-050, Km 278 – Bairro São Francisco, CEP. 75.709-150, de segunda a sexta-feira, no horário normal de expediente, compreendido das 08h às 11h e das 13h às 16h.

5.5. Os Equipamentos e Mobiliário deverão ser entregues dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste Termo de Referência, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação pertinentes, inclusive quanto a embalagem, que deverão conter todas as informações exigíveis pertinentes, devendo a Contratada adotar todas as medidas preventivas no sentido de se minimizar acidentes ou danos que venham a comprometer a qualidade e eficiência dos mesmos e a quantidade fornecida.

5.8. Os produtos serão recebidos:

5.8.1. PROVISORIAMENTE, a partir da entrega, para fins de verificação da conformidade dos mesmos com as especificações solicitadas;

5.8.2. DEFINITIVAMENTE, após a verificação da conformidade com as especificações solicitadas, inclusive quanto as especificações deste Termo e da Proposta, e aferição da qualidade e quantidade.

5.9. Ocorrendo a rejeição dos produtos, no todo ou em parte, o fornecedor deverá substituí-los no prazo máximo de **72 (setenta e duas) horas**, se estes apresentarem defeito de fabricação ou divergência relativa ao padrão e norma brasileira vigente ou às especificações constantes deste Termo e do instrumento convocatório, independentemente da quantidade rejeitada, observando as condições estabelecidas para o fornecimento.

5.10. No caso de entrega em quantidade inferior à solicitada, a Contratada deverá também, no prazo de **72 (setenta e duas) horas**, responsabilizar-se pela sua complementação.

5.11. Após o 5º (quinto) dia de atraso, os produtos poderão, a critério do Contratante, não mais ser aceitos, configurando-se a inexecução total do Contrato, com as consequências previstas em lei e neste Termo de Referência.

5.12. A Contratada deverá verificar junto aos seus fornecedores/fabricantes dos produtos ofertados, a disponibilidade e prazos de entrega dos mesmos, não podendo alegar, a posteriori, problemas de fornecimento e/ou impossibilidade de aquisição como motivos que justifiquem atrasos no fornecimento.

5.13. Havendo alguma situação extraordinária, com exceção da situação constante do subtópico acima, devidamente justificada pela Contratada, de que não poderá fornecer os produtos solicitados no prazo fixado neste Termo, o prazo poderá ser dilatado e concedido

ao fornecedor, um lapso temporal maior, desde que o fornecimento do produto em específico não seja de extrema urgência ao Contratante.

5.14. Fica expressamente proibido o fornecimento dos produtos objeto deste Termo, no âmbito da sua execução, para órgãos não pertencentes ou vinculados ao Contratante e/ou sem a anuência expressa deste.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor ou comissão especialmente designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; Notificar a contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução do fornecimento, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.3. Pagar à contratada o valor resultante do fornecimento, no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

6.4. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber;

6.5. A contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução termo de contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6.6. Cientificar a Procuradoria Jurídica do Prefeitura Municipal de Catalão - Go para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela contratada;

6.7. Arquivar, entre outros documentos, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do objeto e notificações expedidas;

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A contratada deve cumprir com sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, prazo de garantia do item entregue;

7.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração, devendo ressarcir imediatamente, em sua integralidade, ficando a Administração/contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.3. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

7.4. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF e nem nos sites oficiais, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

- 7.5.** Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no fornecimento do objeto.
- 7.6.** Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Administração/contratante ou por seus prepostos.
- 7.7.** Paralisar, por determinação da Administração/contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 7.8.** Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos.
- 7.9.** Submeter previamente, por escrito, à Administração/contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças que fujam às especificações do termo de referência.
- 7.10.** Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 7.11.** Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 7.12.** Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.
- 7.13.** Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 7.14.** Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação.
- 7.15.** Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Administração/contratante;
- 7.16.** Manter o fiscal/gestor do contrato informado sobre todas as ocorrências durante a execução do contrato;
- 7.17.** Fornecer os equipamentos/mobiliários contratados, observando rigorosamente as especificações, prazos e condições estabelecidas neste Termo de Referência e na Proposta de Preços da Contratada e aprovados pela área técnica do Contratante e aceitos pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio;
- 7.18.** Entregar os equipamentos/mobiliários acondicionados em suas respectivas embalagens, nas quais deverão constar os dados referentes à identificação, à marca, e demais especificações técnicas, no que couber;
- 7.19.** Fornecer os equipamentos/mobiliários sem avarias, dentro dos padrões e normas técnicas brasileiras vigentes, em condições ideais de uso, observando-se rigorosamente as características aprovadas pelo Contratante;
- 7.20.** Caso necessário, a Contratada deverá fornecer no prazo de 10 (dez) dias, contados da assinatura do contrato, o detalhamento técnico quanto às necessidades de pré-instalação do equipamento/mobiliário, instruindo quanto às instalações de rede elétrica, água e esgoto, aterramento, temperatura, dimensões do local, blindagens, umidade, poeira, partículas ou

poluentes, proteção ambiental, riscos de acidentes e todas as demais condições físicas pertinentes à instalação e ao funcionamento adequado do equipamento e proteção ao meio ambiente;

7.21. Transportar os equipamentos/mobiliários em veículo apropriado, garantindo a conservação, integridade e qualidade dos mesmos, obedecido as normas vigentes;

7.22. Entregar os equipamentos/mobiliários contratados na Secretaria Municipal de Saúde, junto a Coordenação de Patrimônio e Manutenção, localizada na BR-050, Km 278 – Bairro São Francisco, CEP. 75.709-150, de segunda a sexta-feira, no horário normal de expediente, compreendido das 08h às 11h e das 13h às 16h;

7.23. Fornecer o manual do fabricante ou montadora, ou Prospecto dos equipamentos/mobiliários, bem como a garantia de fábrica, da montadora ou do fornecedor e relação de assistência técnica autorizada, no que couber, todos em língua portuguesa, observado a sua marca e modelo, que deverão atender aos padrões e normas brasileiras vigentes;

7.24. Fornecer garantia do fabricante, fornecedor ou montador do equipamento/mobiliário, pelo prazo definido nas especificações dos objetos, após montagem e instalação, testes e funcionamento do equipamento/mobiliário, bem como relação de assistência técnica autorizada em todo o país;

7.25. A garantia deve cobrir problemas eletrônicos, pontos de ferrugem, rodízios, entre outros defeitos que possam ocorrer não decorrentes de mau uso;

7.26. O prazo de atendimento da cobertura de garantia será de 24 (vinte e quatro) horas contados da abertura do chamado via telefone ou e-mail e o conserto deverá ser efetuado em 48 (quarenta e oito) horas, salvo comprovação de impossibilidade, reconhecida pelo Contratante;

7.27. A assistência técnica deverá ocorrer no local onde estiverem instalados os equipamentos/mobiliários;

7.28. Em caso de não possuir assistência técnica no município de Catalão-GO, a Contratada deverá arcar com os custos de visita ao local e/ou providenciar o envio do equipamento/mobiliário/eletrônico para a assistência técnica autorizada para conserto e a substituição do mesmo por outro equivalente ou de melhor qualidade durante o período de conserto e prazo de garantia, sem ônus para o Contratante e no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após o recebimento dos equipamentos/mobiliários;

7.29. Fornecer relação completa de todos os materiais de consumo necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos/mobiliários fornecidos, com a respectiva procedência (fabricante e nacionalidade);

7.30. Apresentar declaração em que conste o endereço de suporte técnico dos fabricantes, montadores ou fornecedores dos equipamentos fornecidos, no que couber, bem como o número telefônico para chamados técnicos, também para suporte aos equipamentos;

7.31. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do equipamento/mobiliário, de acordo com os arts. 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). O dever previsto neste subtópico implica na obrigação de, a critério do Contratante, substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, nos prazos definidos neste Instrumento, o equipamento/mobiliário com avaria ou defeito;

7.32. Submeter ao Contratante os equipamentos/mobiliários fornecidos, à qual caberá o direito de recusa, caso não estejam de acordo com o especificado neste Termo e na Proposta de Preços da Contratada, sendo que a inobservância destas condições implicará em recusa formal, estando sujeita às penalidades previstas neste Termo de Referência e na legislação pertinente em vigor, sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente;

7.33. Fornecer, às suas expensas, os equipamentos/mobiliários/eletrônicos que vierem a ser recusados, sendo que o ato de seu recebimento não importará a sua aceitação, que conforme sua natureza, somente se consumará com o aceite do Contratante. A Contratada terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas para o novo fornecimento dos equipamentos/mobiliários/eletrônicos que

vierem a ser recusados. Caso esse prazo revele-se insuficiente, por razões diversas, caberá à Contratada solicitar um prazo maior, justificando formalmente o motivo da dilação de prazo;

8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REGRAMENTO PARA O REAJUSTE

8.1. O pagamento será efetuado pela Administração/contratante no prazo de 10 dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal.

8.2. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais

8.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Administração/Contratante;

8.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.5. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

8.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Administração/Contratante.

8.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração/Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.8. Persistindo a irregularidade, a Administração/Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

8.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

8.10. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

8.11. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

8.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

8.13. É vedado o pagamento, a qualquer título, por fornecimento realizado, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

8.14. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em nome do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CNPJ nº 03.532.661/0001-56**, com sede administrativa às margens da BR-050, Km 278 (prédio do antigo DNIT) – Setor São Francisco, Catalão-GO, CEP. 75.707-270.

8.15. Os preços inicialmente contratados são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da

data limite para a apresentação das propostas.

8.16. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da contratada, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela Administração/contratante, do índice IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IBGE), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994) – definida como referência, eis:

$$R = V (I - I^{\circ}) / I^{\circ}, \text{ onde:}$$

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;

I = Índice relativo ao mês do reajustamento;

8.17. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.18. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o contratante pagará à Administração/contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

8.19. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

8.20. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

8.21. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.22. O reajuste será realizado por apostilamento.

9. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei n.º 14.133/2021 e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralização ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

9.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

9.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da contratada para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

9.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

9.6. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade do fornecimento do objeto, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da contratante.

9.7. Serão designados fiscais, em cada um dos setores, para acompanhamento da execução contratual.

9.8. O representante da Administração/contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.

9.9. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto no artigo 137, inciso I e demais normas contidas no Capítulo VIII – Das Hipóteses de Extinção dos Contratos, no que couber, da Lei nº 14.133/21.

9.10. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

9.11. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade referente ao fornecimento do objeto, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à contratada de acordo com as regras previstas neste Termo de Referência.

9.12. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Administração/contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais.

9.13. Os fiscais deverão informar ao gestor do contrato qualquer ocorrência de descumprimento das obrigações da contratada, especificadas neste documento e seus anexos, para fins de registro em processo centralizado.

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Critério de Julgamento das Propostas, Forma de Adjudicação e Custo Estimado

10.1. O critério de julgamento das propostas será o de **Menor Preço por Item** e a adjudicação será realizada **por Item**.

10.3. O orçamento estimado para a contratação não será tornado público antes de definido o resultado do julgamento das propostas, de acordo com o regramento posto pelo art. 24 da Lei nº 14.133/21 e art. 12, parágrafo 1º da Instrução Normativa Seges/Me nº 73/2022 e devidamente justificado no Estudo Técnico Preliminar.

10.4. O custo estimado foi apurado considerando a média aritmética de preços de cada item em consulta ao Banco de Preços, ferramenta informatizada, cuja pesquisa baseia-se em compras públicas similares homologadas realizados por outros entes públicos, sites de domínio amplo e em pesquisa prévia de preços de mercado junto a empresas especializadas do ramo, fundamentado em relatório e orçamentos acostados aos autos.

Exigências de Habilitação

Habilitação Jurídica:

- g)** No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
- h)** Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada a verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br.
- i)** No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.
- j)** No caso de sucursal, filial ou agência: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde por, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.
- k)** No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.
- l)** No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n.º 5.764/1971.
- g)** No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização.
- h)** Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações relevantes ao objeto desta Licitação e à composição societária atual da empresa ou da última consolidação.

Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- i)** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso.
- j)** Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
- k)** Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;
- l)** Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- m)** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- n)** Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;
- o)** Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
- p)** Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.

Qualificação Técnica:

- d)** Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

e) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) emitido pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Autorização de Funcionamento Comum (AFE) expedida pela ANVISA abrange matriz e filiais. Tal exigência é aplicável apenas às empresas licitantes que por força de disposição legal, devem possuir a “Autorização de Funcionamento expedida pela ANVISA/Ministério da Saúde”. As empresas licitantes legalmente dispensadas da referida “Autorização de Funcionamento” deverão comprovar tal condição mediante apresentação de documento probatório específico e idôneo a tal comprovação ou mediante declaração formal equivalente, firmada pela própria empresa licitante, e prestada sob compromisso e sob as penas da lei, em especial do disposto no art. 299 do Código Penal Brasileiro.

f) Licença ou Alvará de Funcionamento (LF) dentro do prazo de validade, emitida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal. Tal exigência é aplicável apenas às empresas licitantes que por força de disposição legal, devem possuir a referida “Licença ou Alvará Sanitário emitida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal”. As empresas licitantes legalmente dispensadas da referida “Licença ou Alvará de Funcionamento” deverão comprovar tal condição mediante apresentação de documento probatório específico e idôneo a tal comprovação ou mediante declaração formal equivalente, firmada pela própria empresa licitante, e prestada sob compromisso e sob as penas da lei, em especial do disposto no art. 299 do Código Penal Brasileiro.

10.5. Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação complementar:

10.5.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperative, respeitando o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, parágrafo 2º ao 6º da Lei n.º 5.764/1971.

10.5.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados.

10.6. O registro previsto no art. 107 da Lei n.º 5.764/1971. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato.

10.6.1. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:

a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembléia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembléia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperative a contratar o objeto da licitação; e

10.6.2. A última auditoria contábil-financeira da cooperative, conforme dispõe o art. 112 da Lei n.º 5.764/1971 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

Da Aplicação de Cotas – Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações

Cota - Exclusiva Participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparadas

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE
1	608476	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - MATERIAL: AÇO INOX 304; ACABAMENTO SUPERFICIAL: ESCOVADO; QUANTIDADE PORTAS: 2 UN; QUANTIDADE PRATELEIRAS: 4 UN; ALTURA APROXIMADA: 1,98M; LARGURA: 90 M; PROFUNDIDADE: 0,40 M; COR: CINZA; APLICAÇÃO: ARMARIO MULTIUSO.	18	UND.

2	378734	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - TIPO: COMPACTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1 TORNEIRA ÁGUA GELADA, 1 TORNEIRA ÁGUA NATURAL, VOLTAGEM: 220 V, MATERIAL GABINETE: TERMOPLÁSTICO, CAPACIDADE ÁGUA: 2 L, VAZÃO: 4,4 L/H, COR: BRANCA; LIGADO DIRETAMENTE NA REDE HIDRAULICA	3	UND.
3	459719	CAMA CONJUGADA COM COLCHÃO TIPO BELICHE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - MATERIAL: AÇO; QUANTIDADE LEITOS: 2 UM; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA; COMPRIMENTO: 197 CM; LARGURA: 86 CM; ALTURA: 180 CM; COR: BRANCO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESCADA, PROTEÇÃO LATERAL; COLCHÃO REVESTIDO EM CAPA IMPERMEÁVEL AZUL EM NAPA, POSSUIR ZÍPER; PLACA DE ESPUMA DE POLIURETANO D28, ANTI ALÉRGICO; ANTI-ÁCARO E ANTI-FUNGO	2	UND.
4	462003	MÁQUINA LAVAR ROUPA – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS -LAVADORA E SECADORA; CAPACIDADE: 15 KG; ABERTURA: FRONTAL; MATERIAL CESTO: AÇO INOXIDÁVEL; COR: BRANCA; CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA A; VOLTAGEM: 220 V.	2	UND.
5	338551	MESA ESCRITÓRIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - MATERIAL TAMPO: AGLOMERADO; REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO; LARGURA: 0,75 M; COMPRIMENTO: 1.20 M; ESPESSURA: 25 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 GAVETAS E SAPATAS REGULADORA DE NÍVEL; ALTURA: 0,74 M, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO; FORMATO: RETANGULAR; TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTURA EM EPÓXI-PÓ NA COR CINZA - ENTREGAR MONTADAS	54	UND.
6	302916	BALCÃO SELF SERVICE REFRIGERADO – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BALCÃO TÉRMICO FABRICADO EM AÇO INOX LIGA 304 18/8, COM CAPACIDADE PARA 04 CUBAS GASTRONÔMICA (PADRÃO GASTRONORM) INCLUSAS; 1/1 PROFUNDIDADE 100 MILÍMETROS. DIMENSÕES 760 MILÍMETROS LARGURA, 910 MILÍMETROS DE ALTURA, 1550 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. REFRIGERAÇÃO COM TEMPERATURA ENTRA +2 E +7, COM CONTROLADOR DIGITAL E ISOLAMENTO TÉRMICO PU EXPANDIDO. TANQUE COM REFRIGERAÇÃO COM SERPENTINA. PROTETOR SALIVAR COM VIDRO CURVO DOS DOIS LADOS DIMENSÕES: 1550 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO, 600 MILÍMETROS ALTURA, 467 DE LARGURA. VOLTAGEM 220V. EQUIPADO COM RODÍZIOS DE 3´ COM TRAVA. CORREDIÇA PARA APOIO DE BANDEJAS EM AÇO INOX AISI 304 18/8 EM AMBOS OS LADOS QUE DO BALCÃO, 1550 MILÍMETROS COMPRIMENTO, 310 MILÍMETROS LARGURA, 105 MILÍMETROS ALTURA. MÓDULO REVESTIDO POR CHAPAS DE AÇO INOX 304 ATÉ A ALTURA DOS RODÍZIOS	2	UND.
7	307130	ESTANTE CAIXA BOX ORGANIZADORA COM GAVETAS BIN Nº 5 COM 60 GAVETAS INCLUSAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, A PINTURA DAS CHAPAS SÃO FEITAS COM TINTA ELETROSTÁTICA EM PÓ EPÓXI ANTIBACTERIANA, NA COR CINZA DIMENSÕES (AXLXP): 150 X 60 X 18 CM, CAIXAS ORGANIZADORAS EM POLIPROPILENO, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL	6	UND.

10.7. DOS ITENS DA COTA EXCLUSIVA: Em atenção ao disposto nos arts. 47 e 48, I, ambos da Lei Complementar nº 123/06 c/c art. 7º da Instrução Normativa nº 008/2016 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, bem como considerando que: a) os itens desta cota possuem total estimado em **valor igual ou inferior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)** cada; b) a existência de ao menos 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e/ou equiparados, sediados no âmbito local ou regional; e que c) o tratamento diferenciado ou favorecido não representa prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto, fica assegurado no certame, para os itens desta cota, à **PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA** de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e/ou equiparadas, sem prejuízo de sua participação na Cota Principal.

Cota - Ampla Participação

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE
------	--------	-----------	-------	---------

8	418925	CENTRIFUGA PARA TUBOS, AJUSTE DIGITAL, COM PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMAVEL, ATE 15ML, CAPACIDADE MÍNIMA DE 24 TUBOS, ATE 5.000 RPM, TEMPORIZADOR ATE 99 MIN, SEGURANÇA TAMPA ABERTA, ALARME DESBALANCEAMENTO. 220 V	4	UND.
9	429502	ANALISADOR DE GASES E ELETROLITOS NO SANGUE, ELETRÓLITOS, HT, HB, SO2, AJUSTE DIGITAL COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE. MÍNIMO DE 30 TESTES/HORA, ACESSÓRIOS COM IMPRESSORA, ACARACTERISTICA ADICIONAL 10 PARAMETROS. 220V	1	UND.
10	601089	MICROSCOPIO BINOCULAR, TUBO OCULAR DE 30 OU 45°, ROTATIVO DE 360°, AUMENTO DE 40 A 1000 X, OBJETIVAS ACROMATICAS DE 4X-10X-40X-100X, CONTROLE DE LUMINOSIDADE, FOCALIZAÇÃO MACROMÉTRICA E MICROMÉTRICA, 220V	4	UND.
11	446550	EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA EXAMES BIOQUÍMICOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 TESTES/HORA, BANDEJA DE REAGENTES REFRIGERADA, LAVAGEM DE CUBETAS, CAPACIDADE PARA CARREGAMENTO MÍNIMO DE 40 POSIÇÕES PARA AMOSTRAS E 40 POSIÇÕES PARA REAGENTES, LEITOR DE CODIGO DE BARRAS. 220 V. SISTEMA ABERTO PARA REAGENTES. COM ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS INCLUSOS (COMPUTADOR, IMPRESSORA, NOBREAK)	3	UND.
12	439005	EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA HEMOGRAMA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 TESTES/HORA E AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS: WBC, RBC, HGB, HCT, VCM, HCM, CHCM, RDW, PLT, %NEUT, %LINF, % MON, %EOS, %BASO, NEUT, LINF, MON, EOS, BASO, MPV, PCT, LEUCOMETRIA COM DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. IDENTIFICAÇÃO DE LINHAGEM IMATURA DE LEUCÓCITOS, LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, SAMPLER PARA MÍNIMO DE 20 TUBOS FECHADOS E ABERTOS. 220 V. COM ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS INCLUSOS.	3	UND.
13	453212	APARELHO SEMI-AUTOMÁTICO PARA TESTES COAGULOMÉTRICOS QUE PERMITA DETERMINAR TEMPO DE PROTROMBINA, TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA, DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FIBRINOGENIO NO PLASMA, TEMPO DE PROTROMBINA. INCUBADOR INCORPORADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 AMOSTRAS. 220 V	2	UND.
14	412292	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUINEAS, AJUSTE MECÂNICO, VISOR ANALÓGICO, MEMÓRIA ATÉ 100 CONTAGENS, CAPACIDADE ATÉ 10 TIPOS. 220V	4	UND.
15	439244	HOMOGENEIZADOR DE SANGUE CAPACIDADE MININMA 18 TUBOS 220V.	2	UND.
16	414629	ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL: GABINETE AÇO INOX, AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE 150 L, TEMPERATURA ATÉ 200°C, COMPONENTES COM 2 BANEJAS, COM VEDAÇÃO. 220V	2	UND.
17	434772	AUTOCLAVE HOSPITALAR 100 LTS - O EQUIPAMENTO DESCRITO CONSISTE EM UMA AUTOCLAVE HORIZONTAL A SER UTILIZADA EM HOSPITAIS PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS, A QUAL ESTEJA DENTRO DE TAIS CARACTERÍSTICAS: POSSUIR FORMATO DA CÂMARA RETANGULAR DE ESTERILIZAÇÃO; O EQUIPAMENTO SER DOTADO DE UMA PORTA COM FORMATO RETANGULAR; POSSUIR CARRO EXTERNO PARA TRANSPORTE DO CESTO; POSSUIR CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DO CESTO; POSSUIR CESTO ARAMADO EM AÇO INOX AISI 304; POSSUIR VOLANTE CENTRAL COM ACIONAMENTO MANUAL; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER OPERADO COM VAPOR ORIUNDO DE GERAÇÃO PRÓPRIA ATRAVÉS DO GERADOR DE VAPOR INCORPORADO AO EQUIPAMENTO (VAPOR SATURADO COMO AGENTE ESTERILIZANTE); O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER OPERADO COM O SEGUINTE TIPO DE COMANDO: CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP) COM INTERFACE HOMEM MAQUINA (IHM) GRÁFICA ALFA NUMÉRICA TIPO TEXTO. ESSE CONTROLADOR DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 15 PROGRAMAS ENTRE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO E TESTES (TESTE DE ESTANQUEIDADE E TESTE DE BOWIEDICK); POSSUIR 01 MANÔMETRO DO GERADOR DE VAPOR DA CÂMARA EXTERNA; POSSUIR 01 BOTÃO DE LIGA/DESLIGA, COM ILUMINAÇÃO INDICANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ ENERGIZADO; POSSUIR 01 IMPRESSORA MATRIXIAL PARA REGISTRO DOS DADOS DOS CICLOS REALIZADOS, TAIS COMO TEMPERATURA, PRESSÃO, TEMPOS E LOTES; POSSUIR 01 MANOVACUÔMETRO DA CÂMARA INTERNA; POSSUIR 01 BOTÃO DE EMERGÊNCIA; POSSUIR 01 INDICADOR SONORO DE FINALIZAÇÃO DE CICLO; POSSUIR SISTEMA DE INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTO ENERGIZADO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER AOS DIVERSOS TIPOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO POROSO, EMPACOTADO, MATERIAL POROSO DESEMPACOTADO OU OCO E MATERIAIS SÓLIDOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, VIDROS, LÍQUIDOS EM GARRAFAS OU BOLSAS FECHADAS OU NÃO, E OUTROS MATERIAIS CONTAMINADOS DESDE QUE SUPORTE CONDIÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, MATERIAIS INVASIVOS E NÃO INVASIVOS, DENTRE OUTROS; COM SISTEMA DE SECAGEM DE DIFERENTES MATERIAIS E INSTRUMENTOS; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 (3~) OU 380 (3~); FREQUENCIA 60HZ; POTENCIA MÍNIMA 7000W; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE	2	UND.

		<p>COMANDO 220V; ALIMENTAÇÃO DE AGUA UNIÃO ROSCADA DE ½"; FAIXA DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO 90 A 135°; PRESSÃO DE OPERAÇÃO 1,2 A 2,30 BAR; FAIXA DE TEMPERATURA DE ESTERILIZAÇÃO 121 A 135°; PROFUNDIDADE DO VÁCUO - 0,70BAR; TEMPERATURA DE SAÍDA DE EXPURGO DE 50 A 80°; VAZAMENTO ADMISSÍVEL ≤ 1,30 MBAR/MIN; DIMENSÕES DA CÂMARA RETANGULAR DE ESTERILIZAÇÃO DE 100 LITROS DEVERA POSSUIR NO MÍNIMO AS SEGUINTE MEDIDAS: 41X41X60CM; O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR SISTEMA DE DUPLA CÂMARA (INTERNA E EXTERNA) PARA ACOMODAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DOS MATERIAIS; A CÂMARA INTERNA PODERÁ SER FABRICADA EM ALGUNS TIPOS DE CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL TAIS COMO: AISI 316TI, AISI 316L, AISI 316 OU AISI 304. COM ESPESSURA VARIANDO DE 3,00MM A 10,00MM; A CÂMARA INTERNA DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO INTERNO POLIDO COM PADRÃO SANITÁRIO OU ELETROPOLIMENTO; A CÂMARA EXTERNA PODERÁ SER FABRICADA EM CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL: AISI 316TI, AISI 316L, AISI 316 OU AISI 304. COM ESPESSURA VARIANDO DE 3,00MM A 10,00MM; AS CAMARAS DEVERÃO SER SOLDADAS ENTRE SI PELO PROCESSO DE SOLDA MIG E TIG, AS QUAIS DEVEM TER PASSADO PELO TESTE DE PRESSÃO HIDROSTÁTICA, NO PERÍODO DE FABRICAÇÃO, CONFORME NORMAS DA ASME E NORMAS DA ABNT, NBR 11 816 E NORMA REGULAMENTADORA Nº13 (NR13); BATENTES DE AÇO INOXIDÁVEIS SOLDADOS NO CONJUNTO DAS CÂMARAS INTERNA E EXTERNA; A ISOLAÇÃO TÉRMICA DAS CÂMARAS POR MEIOS DE MANTAS DE FIBRAS MINERAIS ISENTAS DE CLORETOS E FIXADAS COM LAMINAS DE AÇO OU ALUMÍNIO E REVESTIDAS COM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO; A FLANGE DA PORTA VOLANTE CENTRAL PODEM SER FABRICADAS EM CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI316TI, AISI316L AISI316 OU AISI304 COM ACABAMENTO POLIDO; A PORTA DEVERÁ TER TRAVA DE SEGURANÇA MECÂNICA, NO EIXO CENTRAL, FECHAMENTO HERMÉTICO E ABERTURA POR MEIO DE VOLANTE CENTRAL COM ASTES DE AÇO INOXIDÁVEL NO FLANGE; O GABINETE DEVE SER MONTADO EM ARMAÇÕES DE CANTONEIRAS EM AÇO COM PROTEÇÃO ANTI CORROSIVA E ANTI OXIDANTE E PINTURA DE EPÓXI; PÉS REGULÁVEIS QUE PERMITE NIVELAMENTO COMPLETO DO EQUIPAMENTO; O REVESTIMENTO EXTERNO DO EQUIPAMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 316TI, AISI 316L, AISI 316 OU AISI 304 OU AISI 430 COM ACABAMENTO ESCOVADO; NO SISTEMA DE GERADOR DE VAPOR O NÍVEL DE AGUA É CONTROLADO POR SISTEMA DE ELETRODOS OU BOIA DE NÍVEL; POTENCIA MÍNIMA DO MOTOR DE BOMBA DE VÁCUO DE ANEL LIQUIDO 3/4CV; O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR BOMBA DE AGUA COM ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO DO GERADOR DE VAPOR ANTES E/OU DURANTE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO COM POTÊNCIA CAPAZ DE ABASTECER O GERADOR MESMO QUANDO PRESSURIZADO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DOTADO DE CESTO ARAMADO FABRICADO EM AÇO INOX AISI 304 PARA ACOMODAR MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA ESTERILIZAÇÃO; O EQUIPAMENTO FABRICADO (A AUTOCLAVE) TERÁ QUE ESTAR DE ACORDO COM AS SEGUINTE FORMAS ABNT NBR ISO11 816, ABNT NBR ISO 17665, ABNT NBR ISO 14971, ABNT NBR ISO 5410, EN285, IEC 61010-1, IEC 61010-2-040, ABNT NBR IEC 62366, ABNT NBR IEC 62304, E A NORMA REGULADORA N13(NR13); POSSUIR CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA; A EMPRESA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CERTIFICADA COM BASE NAS NORMAS ABNT NBR ISO 9001, ABNT NBR ISO 13485, ERDC16. GARANTIA DE 2 ANOS; INSTALAÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA; TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA; CONSULTORIA DA PRÉ INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA</p>		
18	389394	<p>AUTOCLAVE HOSPITALAR 200 LTS - O EQUIPAMENTO DESCRITO CONSISTE EM UMA AUTOCLAVE HORIZONTAL A SER UTILIZADA EM HOSPITAIS PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS, A QUAL ESTEJA DENTRO DE TAIS CARACTERÍSTICAS: POSSUIR FORMATO DA CÂMARA RETANGULAR DE ESTERILIZAÇÃO; O EQUIPAMENTO SER DOTADO DE UMA PORTA COM FORMATO RETANGULAR; POSSUIR VOLANTE CENTRAL COM ACIONAMENTO MANUAL; POSSUIR CARRO EXTERNO PARA ACOMODAÇÃO TRANSPORTE DE CESTO; POSSUIR CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DO CESTO; POSSUIR CESTO ARAMADO EM AÇO INOX AISI304; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER OPERADO COM VAPOR ORIUNDO DE GERAÇÃO PRÓPRIA ATRAVÉS DO GERADOR DE VAPOR INCORPORADO AO EQUIPAMENTO (VAPOR SATURADO COMO AGENTE ESTERILIZANTE); O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER OPERADO COM O SEGUINTE TIPO DE COMANDO: CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP) COM INTERFACE HOMEM MAQUINA (IHM) GRÁFICA ALFA NUMÉRICA TIPO TEXTO. ESSE CONTROLADOR DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 15 PROGRAMAS ENTRE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO E TESTES (TESTE DE ESTANQUEIDADE E TESTE DE BOWIEDICK); POSSUIR 01 MANÔMETRO DO GERADOR DE VAPOR DA CÂMARA EXTERNA; POSSUIR 01 BOTÃO DE LIGA/DESLIGA, COM ILUMINAÇÃO INDICANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ ENERGIZADO; POSSUIR 01 IMPRESSORA MATRIXIAL PARA REGISTRO DOS DADOS DOS CICLOS REALIZADOS, TAIS COMO TEMPERATURA, PRESSÃO, TEMPOS E LOTES; POSSUIR 01 MANOVACUÔMETRO DA CÂMARA INTERNA; POSSUIR 01 BOTÃO DE EMERGÊNCIA; POSSUIR 01 INDICADOR SONORO DE FINALIZAÇÃO DE CICLO; POSSUIR SISTEMA DE INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTO ENERGIZADO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER AOS DIVERSOS TIPOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO POROSO, EMPACOTADO, MATERIAL POROSO DESEMPACOTADO OU OCO E MATERIAIS SÓLIDOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS</p>	2	UND.

	<p>FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, VIDROS, LÍQUIDOS EM GARRAFAS OU BOLSAS FECHADAS OU NÃO, E OUTROS MATERIAIS CONTAMINADOS DESDE QUE SUPORTE CONDIÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, MATERIAIS INVASIVOS E NÃO INVASIVOS, DENTRE OUTROS; COM SISTEMA DE SECAGEM DE DIFERENTES MATERIAIS E INSTRUMENTOS; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 (3~) OU 380 (3~); FREQUENCIA 60HZ; POTENCIA MÍNIMA 7000W; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE COMANDO 220V; ALIMENTAÇÃO DE AGUA UNIÃO ROSCADA DE ½~; FAIXA DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO 90 A 135°; PRESSÃO DE OPERAÇÃO 1,2 A 2,30 BAR; FAIXA DE TEMPERATURA DE ESTERILIZAÇÃO 121 A 135°; PROFUNDIDADE DO VÁCUO - 0,70BAR; TEMPERATURA DE SAÍDA DE EXPURGO DE 50 A 80°; VAZAMENTO ADMISSÍVEL ≤ 1,30 MBAR/MIN; DIMENSÕES DA CÂMARA RETANGULAR DE ESTERILIZAÇÃO DE 200 LITROS DEVERA POSSUIR NO MÍNIMO AS SEGUINTE MEDIDAS: 41X41X120CM; O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR SISTEMA DE DUPLA CÂMARA (INTERNA E EXTERNA) PARA ACOMODAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DOS MATERIAIS; A CÂMARA INTERNA PODERÁ SER FABRICADA EM ALGUNS TIPOS DE CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL TAIS COMO: AISI 316TI, AISI 316L, AISI 316 OU AISI 304. COM ESPESSURA VARIANDO DE 3,00MM A 10,00MM; A CÂMARA INTERNA DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO INTERNO POLIDO COM PADRÃO SANITÁRIO OU ELETROPOLIMENTO; A CÂMARA EXTERNA PODERÁ SER FABRICADA EM CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL: AISI 316TI, AISI 316L, AISI 316 OU AISI 304. COM ESPESSURA VARIANDO DE 3,00MM A 10,00MM; AS CAMARAS DEVERÃO SER SOLDADAS ENTRE SI PELO PROCESSO DE SOLDA MIG E TIG, AS QUAIS DEVEM TER PASSADO PELO TESTE DE PRESSÃO HIDROSTÁTICA, NO PERÍODO DE FABRICAÇÃO, CONFORME NORMAS DA ASME E NORMAS DA ABNT, NBR 11 816 E NORMA REGULAMENTADORA N°13 (NR13); BATENTES DE AÇO INOXIDÁVEIS SOLDADOS NO CONJUNTO DAS CÂMARAS INTERNA E EXTERNA; A ISOLAÇÃO TÉRMICA DAS CÂMARAS POR MEIOS DE MANTAS DE FIBRAS MINERAIS ISENTAS DE CLORETOS E FIXADAS COM LAMINAS DE AÇO OU ALUMÍNIO E REVESTIDAS COM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO; A FLANGE DA PORTA VOLANTE CENTRAL PODEM SER FABRICADAS EM CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI316TI, AISI316L AISI316 OU AISI304 COM ACABAMENTO POLIDO; A PORTA DEVERÁ TER TRAVA DE SEGURANÇA MECÂNICA, NO EIXO CENTRAL, FECHAMENTO HERMÉTICO E ABERTURA POR MEIO DE VOLANTE CENTRAL COM ASTES DE AÇO INOXIDÁVEL NO FLANGE; O GABINETE DEVE SER MONTADO EM ARMAÇÕES DE CANTONEIRAS EM AÇO COM PROTEÇÃO ANTI CORROSIVA E ANTI OXIDANTE E PINTURA DE EPÓXI; PÉS REGULÁVEIS QUE PERMITE NIVELAMENTO COMPLETO DO EQUIPAMENTO; O REVESTIMENTO EXTERNO DO EQUIPAMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 316TI, AISI 316L, AISI 316 OU AISI 304 OU AISI 430 COM ACABAMENTO ESCOVADO; NO SISTEMA DE GERADOR DE VAPOR O NÍVEL DE AGUA É CONTROLADO POR SISTEMA DE ELETRODOS OU BOIA DE NÍVEL; POTENCIA MÍNIMA DO MOTOR DE BOMBA DE VÁCUO DE ANEL LIQUIDO 1,50CV; O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR BOMBA DE AGUA COM ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO DO GERADOR DE VAPOR ANTES E/OU DURANTE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO COM POTÊNCIA CAPAZ DE ABASTECER O GERADOR MESMO QUANDO PRESSURIZADO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DOTADO DE CESTO ARAMADO FABRICADO EM AÇO INOX AISI 304 PARA ACOMODAR MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA ESTERILIZAÇÃO; O EQUIPAMENTO FABRICADO (A AUTOCLAVE) TERÁ QUE ESTAR DE ACORDO COM AS SEGUINTE FORMAS ABNT NBR ISO11 816, ABNT NBR ISO 17665, ABNT NBR ISO 14971, ABNT NBR ISO 5410, EN285, IEC 61010-1, IEC 61010-2-040, ABNT NBR IEC 62366, ABNT NBR IEC 62304, E A NORMA REGULADORA N13(NR13); POSSUIR CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA; A EMPRESA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CERTIFICADA COM BASE NAS NORMAS ABNT NBR ISO 9001, ABNT NBR ISO 13485, ERDC16. GARANTIA DE 2 ANOS; INSTALAÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA; TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA; CONSULTORIA DA PRÉ INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA</p>	
--	---	--

19	413267	<p>VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS. POSSUIR OS SEGUINTE MODOS DE VENTILAÇÃO OU MODOS VENTILATÓRIOS COMPATÍVEIS: VENTILAÇÃO COM VOLUME CONTROLADO; VENTILAÇÃO COM PRESSÃO CONTROLADA; VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA; VENTILAÇÃO COM SUPORTE DE PRESSÃO; VENTILAÇÃO COM SUPORTE À VOLUME; VENTILAÇÃO COM FLUXO CONTÍNUO, CICLADO A TEMPO E COM PRESSÃO LIMITADA, INCLUSIVE EM SIMV OU MODO VOLUME GARANTIDO PARA PACIENTES NEONATAIS; TERAPIA DE OXIGÊNIO DE ALTO FLUXO; VENTILAÇÃO EM DOIS NÍVEIS, VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA, INCLUSIVE EM NEONATAL; PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS - CPAP; VENTILAÇÃO DE BACK UP NO MÍNIMO NOS MODOS ESPONTÂNEOS; COM POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE MODO DE VENTILAÇÃO PROPORCIONAL COM SINCRONISMO/ ADAPTAÇÃO DO PACIENTE-VENTILADOR PARA UMA MELHOR MECÂNICA RESPIRATÓRIA (NAVA, , SMARTCARE, PAV, ASV, AVA OU SIMILAR) AO MENOS PARA PACIENTES ADULTOS/PEDIÁTRICOS. SISTEMA DE CONTROLES: POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS COM AS FAIXAS: PRESSÃO CONTROLADA E PRESSÃO DE SUPORTE DE NO MÍNIMO ATÉ 60CMH20; VOLUME CORRENTE DE NO MÍNIMO ENTRE 5 A 2000 ML; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE NO MÍNIMO ATÉ 100 RPM; TEMPO INSPIRATÓRIO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,3 A 5,0 SEGUNDOS; PEEP DE NO MÍNIMO ATÉ 40 CMH20; SENSIBILIDADE INSPIRATÓRIA POR FLUXO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,5 A 2,0 LPM; AJUSTE DO FLUXO PARA TERAPIA DE OXIGÊNIO DE ALTO FLUXO DE 2 A NO MÍNIMO 50 L/MIN; FIO2 DE NO MÍNIMO 21 A 100%. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO: TELA COLORIDA DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS TOUCH-SCREEN, BOTÃO ROTACIONAL PARA AJUSTE DE PTROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS: MONITORAÇÃO DE VOLUME POR SENSOR PROXIMAL OU DISTAL PARA PACIENTES NEONATAIS E DISTAL PARA PACIENTES ADULTOS; PRINCIPAIS PARÂMETROS MONITORADOS: VOLUME CORRENTE EXALADO, VOLUME CORRENTE INSPIRADO, PRESSÃO DE PICO, PRESSÃO DE PLATÔ, PEEP, PEEP TOTAL, PRESSÃO MÉDIA DE VIAS AÉREAS, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA TOTAL E ESPONTÂNEA, TEMPO INSPIRATÓRIO, TEMPO EXPIRATÓRIO, FIO2 COM MONITORAÇÃO POR SENSOR PARAMAGNÉTICO OU ULTRASSÔNICO OU GALVÂNICO, RELAÇÃO I.E.PICO DE FLUXO INSPIRATÓRIO, VOLUME MINUTO EXPIRADO, CONSTANTE DE TEMPO EXPIRATÓRIO, ÍNDICE DE STRESS E VOLUME EXPIRATÓRIO. CÁLCULOS AUTOMÁTICOS DE MECÂNICA: RESISTÊNCIA, COMPLACÊNCIA, PRESSÃO DE OCLUSÃO E AUTO PEEP. APRESENTAÇÃO DE CURVAS PRESSÃO X TEMPO, FLUXO X TEMPO, VOLUME X TEMPO, LOOPS PRESSÃO X VOLUME, FLUXO X VOLUME E FLUXO/PRESSÃO; APRESENTAÇÃO DE GRÁFICOS COM AS TENDÊNCIAS. SISTEMA DE ALARMES COM PELO MENOS: ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO INSPIRATÓRIA, ALTO E BAIXO VOLUME MINUTO, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, ALTA/BAIXA FIO2, APNEIA, PRESSÃO DE O2 BAIXA, PRESSÃO DE AR BAIXA, FALHA NO FORNECIMENTO DE GÁS, FALTA DE ENERGIA, BAIXA CARGA DA BATERIA E PARA VENTILADOR SEM CONDIÇÃO PARA FUNCIONAR, OU SIMILAR. RECURSO DE NEBULIZAÇÃO INCORPORADO AO EQUIPAMENTO SEM ALTERAÇÃO DA FIO2 AJUSTADA; TECLA PARA PAUSA MANUAL INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA. ARMAZENAR NA MEMÓRIA OS ÚLTIMOS PARÂMETROS AJUSTADOS; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS. O VENTILADOR DEVERÁ CONTINUAR VENTILANDO O PACIENTE MESMO COM A FALTA DE UM DOS GASES EM CASO DE EMERGÊNCIA E ALARMAR INDICANDO O GÁS FALTANTE. ACOMPANHAR NO MÍNIMO OS ACESSÓRIOS: BRAÇO ARTICULADO, PEDESTAL COM RODÍZIOS, CIRCUITO PACIENTE PEDIÁTRICO/ADULTO, CIRCUITO PACIENTE NEONATAL/PEDIÁTRICO, VÁLVULA DE EXALAÇÃO, MANGUEIRAS PARA CONEXÃO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO. COMPATÍVEL COM PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO HL7. SOFTWARE EM LÍNGUA PORTUGUESA. ATENDIMENTO ÀS NORMAS: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; GRAU DE PROTEÇÃO IP21. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 v.</p>	8	UND.
20	422533	<p>CAMA HOSPITALAR FAWLER ADULTO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS PARA PACIENTES DE 150KG. MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO DORSAL, FOWLER, SEMI FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS, CARDÍACO E SENTADO; SISTEMA DE ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS POR MEIO DE MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS CROMADAS. ESTRUTURA: EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. GRADES: GRADES LATERAIS, CONSTRUÍDAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO. CABECEIRA E PESEIRA: REMOVÍVEIS, CONSTRUÍDAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. RODAS: GIRATÓRIAS COM APROXIMADAMENTE 60MM DE DIÂMETRO, REVESTIDAS EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA, SENDO NO MÍNIMO DUAS COM FREIOS. DIMENSÕES EXTERNAS MÁXIMAS: COMPRIMENTO 1,90M X LARGURA 0,80M. ACOMPANHA: SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX COM ALTURA REGULÁVEL (INCORPORADO À ESTRUTURA DA CAMA) E COLCHÃO. COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR REVESTIDO EM CURVIM COR AZUL, ESTRUTURA INTERNA EM ESPUMA 100% POLIURETANO, DENSIDADE MÍNIMA 33, REVESTIMENTO EM MATERIAL LAVÁVEL, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A USO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA DESINFECÇÃO, NA COR AZUL ROYAL, COM SELAGEM VULCANIZADA, FECHAMENTO EM ZIPER, PRESENÇA DE DISPOSITIVO DE VENTILACAO NA LATERAL QUE IMPECA A CONTAMINACAO INTERNA. DIMENSAO TOTAL: COMPRIMENTO 1,90CM, LARGURA 80CM, ALTURA BASE 14CM, TRATAMENTO ANTI-ACARO E ANTIFUNGICO. APRESENTAR REGISTRO DO</p>	3	UND.

		EQUIPAMENTO JUNTO À ANVISA/MS. APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO ORIGINAL COM TODAS AS INFORMAÇÕES DETALHADAS DA MARCA/MODELO DO EQUIPAMENTO COTADO. SERVIÇOS: ENTREGA, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO OPERACIONAL, MANUAL TÉCNICO E DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO		
21	375168	SELADORA - SELADORA 30 CM, BIVOLT, SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIREÇÕES; ACIONAMENTO POR MEIO DE ALAVANCA COM TRAVA; SISTEMA MICROCONTROLADO; SISTEMA DE AVISOS COM LED'S INDICATIVOS E BIPS SONOROS, NO TECLADO DE MEMBRANA; RESISTÊNCIA PTC BLINDADA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 30 MINUTOS; FAZER A ENTREGA E INSTALAÇÃO GARANTIA DE 2 ANOS	2	UND.

10.9. DOS ITENS DA COTA PRINCIPAL: Em atenção ao disposto nos arts. 47 e 48, III, ambos da Lei Complementar nº 123/06 c/c art. 9º da Instrução Normativa nº (008/2016 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, considerando que: a) os itens desta cota possuem total estimado em **valor individual superior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)**; b) a inexistência de ao menos 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) e/ou Equiparadas sediada no âmbito local ou regional; e que c) o tratamento diferenciado ou favorecido representa prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto, fica assegurado no certame, para os itens desta cota, no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) do quantitativo estimado, a **AMPLA PARTICIPAÇÃO** de interessados.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município.

11.2. No presente exercício, a contratação será atendida pela seguinte dotação: 04.0401.10.122.4029.1132-449052 – Obras, Instal. Equip. para Saúde em Geral.

Catalão-GO, 11 de abril de 2024.

Bruna Ramos Pontes
Membro da Equipe de Planejamento de Compras e Contratações
Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde
Município de Catalão - Goiás

Márcia Elias Rosa – Coordenadora de Manutenção e Patrimônio
Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde
Município de Catalão - Goiás

***Este Termo de Referência foi elaborado por Bruna Ramos Pontes por solicitação, acompanhamento e aprovação de Márcia Elias Rosa.**

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO PROPOSTA

1.1. O presente Termo tem por objetivo estabelecer as condições para a aquisição de Equipamentos e Mobiliários.

1.2. Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema Compras.gov.br e as disposições deste Termo de Referência, prevalecem as disposições deste Termo de Referência.

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, observando o disposto no artigo 20 da Lei n.º 14.133 de 2021 e do Decreto Municipal n.º 895 de 18 de outubro de 2021.

Subcontratação

1.4. A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

2. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

2.1. Os itens apresentados neste instrumento caracterizam-se como de natureza comum, tendo em vista que são geralmente ofertados pelas empresas e são facilmente comparáveis entre si, já que possuem padrões de desempenho e de características gerais similares, de modo a permitir objetivamente uma decisão de compra, com base no menor preço, por meio de especificações usuais e amplamente praticadas no mercado.

2.2. O procedimento para a aquisição será conduzido por meio de **PREGÃO ELETRÔNICO**, critério de julgamento **MENOR PREÇO UNITÁRIO**.

2.3. A completa descrição da solução, foi extraída dos estudos técnicos preliminares, com eventuais atualizações decorrentes do seu amadurecimento.

2.4. A descrição detalhada dos itens consta na Tabela a seguir.

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE
1	608476	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - MATERIAL: AÇO INOX 304; ACABAMENTO SUPERFICIAL: ESCOVADO; QUANTIDADE PORTAS: 2 UN; QUANTIDADE PRATELEIRAS: 4 UN; ALTURA APROXIMADA : 1,98M; LARGURA: 90 M; PROFUNDIDADE: 0,40 M;COR: CINZA; APLICAÇÃO: ARMARIO MULTIUSO.	18	UND.
2	378734	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - TIPO: COMPACTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1 TORNEIRA ÁGUA GELADA, 1 TORNEIRA ÁGUA NATURAL, VOLTAGEM: 220 V, MATERIAL GABINETE: TERMOPLÁSTICO, CAPACIDADE ÁGUA: 2 L, VAZÃO: 4,4 L/H, COR: BRANCA; LIGADO DIRETAMENTE NA REDE HIDRAULICA	3	UND.
3	459719	CAMA CONJUGADA COM COLCHÃO TIPO BELICHE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - MATERIAL: AÇO; QUANTIDADE LEITOS: 2 UM; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA; COMPRIMENTO: 197 CM; LARGURA: 86 CM; ALTURA: 180 CM; COR: BRANCO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESCADA, PROTEÇÃO LATERAL; COLCHÃO REVESTIDO EM CAPA IMPERMEÁVEL AZUL EM NAPA, POSSUIR ZÍPER; PLACA DE ESPUMA DE POLIURETANO D28, ANTI ALÉRGICO; ANTI-ÁCARO E ANTI-FUNGO	2	UND.
4	462003	MÁQUINA LAVAR ROUPA – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS -LAVADORA E SECADORA; CAPACIDADE: 15 KG; ABERTURA: FRONTAL; MATERIAL CESTO: AÇO INOXIDÁVEL; COR: BRANCA; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A; VOLTAGEM: 220 V.	2	UND.
5	338551	MESA ESCRITÓRIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - MATERIAL TAMPO: AGLOMERADO; REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO; LARGURA: 0,75 M; COMPRIMENTO: 1.20 M; ESPESSURA: 25 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 GAVETAS E SAPATAS REGULADORA DE NÍVEL; ALTURA: 0,74 M, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO; FORMATO: RETANGULAR; TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTURA EM EPÓXI-PÓ NA COR CINZA - ENTREGAR MONTADAS	54	UND.

6	302916	BALCÃO SELF SERVICE REFRIGERADO – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BALCÃO TÉRMICO FABRICADO EM AÇO INOX LIGA 304 18/8, COM CAPACIDADE PARA 04 CUBAS GASTRONÔMICA (PADRÃO GASTRONORM) INCLUSAS; 1/1 PROFUNDIDADE 100 MILÍMETROS. DIMENSÕES 760 MILÍMETROS LARGURA, 910 MILÍMETROS DE ALTURA, 1550 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. REFRIGERAÇÃO COM TEMPERATURA ENTRA +2 E +7, COM CONTROLADOR DIGITAL E ISOLAMENTO TÉRMICO PU EXPANDIDO. TANQUE COM REFRIGERAÇÃO COM SERPENTINA. PROTETOR SALIVAR COM VIDRO CURVO DOS DOIS LADOS DIMENSÕES: 1550 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO, 600 MILÍMETROS ALTURA, 467 DE LARGURA. VOLTAGEM 220V. EQUIPADO COM RODÍZIOS DE 3” COM TRAVA. CORREDIÇA PARA APOIO DE BANDEJAS EM AÇO INOX AISI 304 18/8 EM AMBOS OS LADOS QUE DO BALCÃO, 1550 MILÍMETROS COMPRIMENTO, 310 MILÍMETROS LARGURA, 105 MILÍMETROS ALTURA. MÓDULO REVESTIDO POR CHAPAS DE AÇO INOX 304 ATÉ A ALTURA DOS RODÍZIOS	2	UND.
7	307130	ESTANTE CAIXA BOX ORGANIZADORA COM GAVETAS BIN Nº 5 COM 60 GAVETAS INCLUSAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, A PINTURA DAS CHAPAS SÃO FEITAS COM TINTA ELETRÓSTÁTICA EM PÓ EPÓXI ANTIBACTERIANA, NA COR CINZA DIMENSÕES (AXLXP): 150 X 60 X 18 CM, CAIXAS ORGANIZADORAS EM POLIPROPILENO, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL	6	UND.
8	418925	CENTRIFUGA PARA TUBOS, AJUSTE DIGITAL, COM PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMAVEL, ATE 15ML, CAPACIDADE MÍNIMA DE 24 TUBOS, ATE 5.000 RPM, TEMPORIZADOR ATE 99 MIN, SEGURANÇA TAMPA ABERTA, ALARME DESBALANCEAMENTO. 220 V	4	UND.
9	429502	ANALISADOR DE GASES E ELETROLITOS NO SANGUE, ELETROLITOS, HT, HB, SO2, AJUSTE DIGITAL COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE. MINIMO DE 30 TESTES/HORA, ACESSORIOS COM IMPRESSORA, ACARACTERISTICA ADICIONAL 10 PARAMETROS. 220V	1	UND.
10	601089	MICROSCOPIO BINOCULAR, TUBO OCULAR DE 30 OU 45°, ROTATIVO DE 360°, AUMENTO DE 40 A 1000 X, OBJETIVAS ACROMATICAS DE 4X-10X-40X-100X, CONTROLE DE LUMINOSIDADE, FOCALIZAÇÃO MACROMÉTRICA E MICROMÉTRICA, 220V	4	UND.
11	419840	EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA EXAMES BIOQUÍMICOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 TESTES/HORA, BANDEJA DE REAGENTES REFRIGERADA, LAVAGEM DE CUBETAS, CAPACIDADE PARA CARREGAMENTO MÍNIMO DE 40 POSIÇÕES PARA AMOSTRAS E 40 POSIÇÕES PARA REAGENTES, LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS. 220 V. SISTEMA ABERTO PARA REAGENTES. COM ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS INCLUSOS (COMPUTADOR, IMPRESSORA, NOBREAK)	3	UND.
12	439005	EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA HEMOGRAMA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 TESTES/HORA E AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS: WBC, RBC, HGB, HCT, VCM, HCM, CHCM, RDW, PLT, %NEUT, %LINF, % MON, %EOS, %BASO, NEUT, LINF, MON, EOS, BASO, MPV, PCT, LEUCOMETRIA COM DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. IDENTIFICAÇÃO DE LINHAGEM IMATURA DE LEUCÓCITOS, LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, SAMPLER PARA MINIMO DE 20 TUBOS FECHADOS E ABERTOS. 220 V. COM ACESSÓRIOS NECESSARIOS INCLUSOS.	3	UND.
13	453212	APARELHO SEMI-AUTOMÁTICO PARA TESTES COAGULOMÉTRICOS QUE PERMITA DETERMINAR TEMPO DE PROTROMBINA, TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA, DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FIBRINOGENIO NO PLASMA, TEMPO DE PROTROMBINA. INCUBADOR INCORPORADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 AMOSTRAS. 220 V	2	UND.
14	419222	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUINEAS, AJUSTE MECÂNICO, VISOR ANALÓGICO, MEMÓRIA ATÉ 100 CONTAGENS, CAPACIDADE ATÉ 10 TIPOS. 220V	4	UND.
15	439244	HOMOGENEIZADOR DE SANGUE CAPACIDADE MININMA 18 TUBOS 220V.	2	UND.
16	414629	ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL: GABINETE AÇO INOX, AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE 150 L, TEMPERATURA ATÉ 200°C, COMPONENTES COM 2 BANEJAS, COM VEDAÇÃO. 220V	2	UND.
17	434772	AUTOCLAVE HOSPITALAR 100 LTS - O EQUIPAMENTO DESCRITO CONSISTE EM UMA AUTOCLAVE HORIZONTAL A SER UTILIZADA EM HOSPITAIS PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS, A QUAL ESTEJA DENTRO DE TAIS CARACTERÍSTICAS: POSSUIR FORMATO DA CÂMARA RETANGULAR DE ESTERILIZAÇÃO; O EQUIPAMENTO SER DOTADO DE UMA PORTA COM FORMATO RETANGULAR; POSSUIR CARRO EXTERNO PARA TRANSPORTE DO CESTO; POSSUIR CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DO CESTO; POSSUIR CESTO ARAMADO EM AÇO INOX AISI 304; POSSUIR VOLANTE CENTRAL COM ACIONAMENTO MANUAL; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER OPERADO COM VAPOR ORIUNDO DE GERAÇÃO PRÓPRIA ATRAVÉS DO GERADOR DE VAPOR INCORPORADO AO EQUIPAMENTO (VAPOR SATURADO COMO AGENTE ESTERILIZANTE); O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER OPERADO COM O SEGUINTE TIPO DE COMANDO: CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP) COM INTERFACE HOMEM MAQUINA (IHM) GRÁFICA ALFA NUMÉRICA TIPO TEXTO. ESSE CONTROLADOR DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 15 PROGRAMAS ENTRE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO E TESTES (TESTE DE ESTANQUEIDADE E TESTE DE BOWIEDICK);	2	UND.

		<p>POSSUIR 01 MANÔMETRO DO GERADOR DE VAPOR DA CÂMARA EXTERNA; POSSUIR 01 BOTÃO DE LIGA/DESLIGA, COM ILUMINAÇÃO INDICANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ ENERGIZADO; POSSUIR 01 IMPRESSORA MATRIXIAL PARA REGISTRO DOS DADOS DOS CICLOS REALIZADOS, TAIS COMO TEMPERATURA, PRESSÃO, TEMPOS E LOTES; POSSUIR 01 MANOVACUÔMETRO DA CÂMARA INTERNA; POSSUIR 01 BOTÃO DE EMERGÊNCIA; POSSUIR 01 INDICADOR SONORO DE FINALIZAÇÃO DE CICLO; POSSUIR SISTEMA DE INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTO ENERGIZADO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER AOS DIVERSOS TIPOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO POROSO, EMPACOTADO, MATERIAL POROSO DESEMPACOTADO OU OCO E MATERIAIS SÓLIDOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, VIDROS, LÍQUIDOS EM GARRAFAS OU BOLSAS FECHADAS OU NÃO, E OUTROS MATERIAIS CONTAMINADOS DESDE QUE SUPORTE CONDIÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. MATERIAIS INVASIVOS E NÃO INVASIVOS, DENTRE OUTROS; COM SISTEMA DE SECAGEM DE DIFERENTES MATERIAIS E INSTRUMENTOS; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 (3~) OU 380 (3~); FREQUENCIA 60HZ; POTENCIA MÍNIMA 7000W; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE COMANDO 220V; ALIMENTAÇÃO DE AGUA UNIÃO ROSCADA DE ½"; FAIXA DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO 90 A 135°; PRESSÃO DE OPERAÇÃO 1,2 A 2,30 BAR; FAIXA DE TEMPERATURA DE ESTERILIZAÇÃO 121 A 135°; PROFUNDIDADE DO VÁCUO - 0,70BAR; TEMPERATURA DE SAÍDA DE EXPURGO DE 50 A 80°; VAZAMENTO ADMISSÍVEL ≤ 1,30 MBAR/MIN; DIMENSÕES DA CÂMARA RETANGULAR DE ESTERILIZAÇÃO DE 100 LITROS DEVERA POSSUIR NO MÍNIMO AS SEGUINTE MEDIDAS: 41X41X60CM; O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR SISTEMA DE DUPLA CÂMARA (INTERNA E EXTERNA) PARA ACOMODAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DOS MATERIAIS; A CÂMARA INTERNA PODERÁ SER FABRICADA EM ALGUNS TIPOS DE CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL TAIS COMO: AISI 316TI, AISI 316L, AISI 316 OU AISI 304. COM ESPESSURA VARIANDO DE 3,00MM A 10,00MM; A CÂMARA INTERNA DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO INTERNO POLIDO COM PADRÃO SANITÁRIO OU ELETROPOLIMENTO; A CÂMARA EXTERNA PODERÁ SER FABRICADA EM CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL: AISI 316TI, AISI 316L, AISI 316 OU AISI 304. COM ESPESSURA VARIANDO DE 3,00MM A 10,00MM; AS CAMARAS DEVERÃO SER SOLDADAS ENTRE SI PELO PROCESSO DE SOLDA MIG E TIG, AS QUAIS DEVEM TER PASSADO PELO TESTE DE PRESSÃO HIDROSTÁTICA, NO PERÍODO DE FABRICAÇÃO, CONFORME NORMAS DA ASME E NORMAS DA ABNT, NBR 11 816 E NORMA REGULAMENTADORA Nº13 (NR13); BATENTES DE AÇO INOXIDÁVEIS SOLDADOS NO CONJUNTO DAS CÂMARAS INTERNA E EXTERNA; A ISOLAÇÃO TÉRMICA DAS CÂMARAS POR MEIOS DE MANTAS DE FIBRAS MINERAIS ISENTAS DE CLORETOS E FIXADAS COM LAMINAS DE AÇO OU ALUMÍNIO E REVESTIDAS COM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO; A FLANGE DA PORTA VOLANTE CENTRAL PODEM SER FABRICADAS EM CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI316TI, AISI316L AISI316 OU AISI304 COM ACABAMENTO POLIDO; A PORTA DEVERÁ TER TRAVA DE SEGURANÇA MECÂNICA, NO EIXO CENTRAL, FECHAMENTO HERMÉTICO E ABERTURA POR MEIO DE VOLANTE CENTRAL COM ASTES DE AÇO INOXIDÁVEL NO FLANGE; O GABINETE DEVE SER MONTADO EM ARMAÇÕES DE CANTONEIRAS EM AÇO COM PROTEÇÃO ANTI CORROSIVA E ANTI OXIDANTE E PINTURA DE EPÓXI; PÉS REGULÁVEIS QUE PERMITE NIVELAMENTO COMPLETO DO EQUIPAMENTO; O REVESTIMENTO EXTERNO DO EQUIPAMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 316TI, AISI 316L, AISI 316 OU AISI 304 OU AISI 430 COM ACABAMENTO ESCOVADO; NO SISTEMA DE GERADOR DE VAPOR O NÍVEL DE AGUA É CONTROLADO POR SISTEMA DE ELETRODOS OU BOIA DE NÍVEL; POTENCIA MÍNIMA DO MOTOR DE BOMBA DE VÁCUO DE ANEL LIQUIDO 3/4CV; O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR BOMBA DE AGUA COM ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO DO GERADOR DE VAPOR ANTES E/OU DURANTE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO COM POTÊNCIA CAPAZ DE ABASTECER O GERADOR MESMO QUANDO PRESSURIZADO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DOTADO DE CESTO ARAMADO FABRICADO EM AÇO INOX AISI 304 PARA ACOMODAR MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA ESTERILIZAÇÃO; O EQUIPAMENTO FABRICADO (A AUTOCLAVE) TERÁ QUE ESTAR DE ACORDO COM AS SEGUINTE FORMAS ABNT NBR ISO11 816, ABNT NBR ISO 17665, ABNT NBR ISO 14971, ABNT NBR ISO 5410, EN285, IEC 61010-1, IEC 61010-2-040, ABNT NBR IEC 62366, ABNT NBR IEC 62304, E A NORMA REGULADORA N13(NR13); POSSUIR CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA; A EMPRESA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CERTIFICADA COM BASE NAS NORMAS ABNT NBR ISO 9001, ABNT NBR ISO 13485, ERDC16. GARANTIA DE 2 ANOS; INSTALAÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA; TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA; CONSULTORIA DA PRÉ INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA</p>		
18	389394	<p>AUTOCLAVE HOSPITALAR 200 LTS - O EQUIPAMENTO DESCRITO CONSISTE EM UMA AUTOCLAVE HORIZONTAL A SER UTILIZADA EM HOSPITAIS PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS, A QUAL ESTEJA DENTRO DE TAIS CARACTERÍSTICAS: POSSUIR FORMATO DA CÂMARA RETANGULAR DE ESTERILIZAÇÃO; O EQUIPAMENTO SER DOTADO DE UMA PORTA COM FORMATO RETANGULAR; POSSUIR VOLANTE CENTRAL COM ACIONAMENTO MANUAL; POSSUIR CARRO EXTERNO PARA ACOMODAÇÃO TRANSPORTE DE CESTO; POSSUIR CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DO CESTO; POSSUIR CESTO ARAMADO EM AÇO INOX AISI304; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER OPERADO COM VAPOR ORIUNDO DE GERAÇÃO PRÓPRIA ATRAVÉS DO GERADOR DE VAPOR INCORPORADO AO EQUIPAMENTO (VAPOR SATURADO COMO AGENTE ESTERILIZANTE); O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER OPERADO COM O SEGUINTE TIPO DE COMANDO: CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP) COM INTERFACE HOMEM MAQUINA (IHM) GRÁFICA ALFA NUMÉRICA TIPO TEXTO. ESSE CONTROLADOR DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 15 PROGRAMAS ENTRE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO E TESTES (TESTE DE ESTANQUEIDADE E TESTE DE BOWIEDICK); POSSUIR 01 MANÔMETRO DO GERADOR DE VAPOR DA CÂMARA EXTERNA; POSSUIR 01 BOTÃO DE LIGA/DESLIGA, COM ILUMINAÇÃO INDICANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ ENERGIZADO; POSSUIR 01 IMPRESSORA MATRIXIAL PARA REGISTRO DOS DADOS DOS CICLOS REALIZADOS, TAIS COMO TEMPERATURA, PRESSÃO, TEMPOS E LOTES; POSSUIR 01 MANOVACUÔMETRO DA CÂMARA INTERNA; POSSUIR 01 BOTÃO DE EMERGÊNCIA; POSSUIR 01 INDICADOR SONORO DE FINALIZAÇÃO DE CICLO; POSSUIR SISTEMA DE INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTO ENERGIZADO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER AOS DIVERSOS TIPOS DE</p>	2	UND.

		<p>ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO POROSO, EMPACOTADO, MATERIAL POROSO DESEMPACOTADO OU OCO E MATERIAIS SÓLIDOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, VIDROS, LÍQUIDOS EM GARRAFAS OU BOLSAS FECHADAS OU NÃO, E OUTROS MATERIAIS CONTAMINADOS DESDE QUE SUPORTE CONDIÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, MATERIAIS INVASIVOS E NÃO INVASIVOS, DENTRE OUTROS; COM SISTEMA DE SECAGEM DE DIFERENTES MATERIAIS E INSTRUMENTOS; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 (3~) OU 380 (3~); FREQUENCIA 60HZ; POTENCIA MÍNIMA 7000W; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE COMANDO 220V; ALIMENTAÇÃO DE AGUA UNIÃO ROSCADA DE ½"; FAIXA DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO 90 A 135°; PRESSÃO DE OPERAÇÃO 1,2 A 2,30 BAR; FAIXA DE TEMPERATURA DE ESTERILIZAÇÃO 121 A 135°; PROFUNDIDADE DO VÁCUO - 0,70BAR; TEMPERATURA DE SAÍDA DE EXPURGO DE 50 A 80°; VAZAMENTO ADMISSÍVEL ≤ 1,30 MBAR/MIN; DIMENSÕES DA CÂMARA RETANGULAR DE ESTERILIZAÇÃO DE 200 LITROS DEVERA POSSUIR NO MÍNIMO AS SEGUINTE MEDIDAS: 41X41X120CM; O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR SISTEMA DE DUPLA CÂMARA (INTERNA E EXTERNA) PARA ACOMODAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DOS MATERIAIS; A CÂMARA INTERNA PODERÁ SER FABRICADA EM ALGUNS TIPOS DE CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL TAIS COMO: AISI 316TI, AISI 316L, AISI 316 OU AISI 304. COM ESPESURA VARIANDO DE 3,00MM A 10,00MM; A CÂMARA INTERNA DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO INTERNO POLIDO COM PADRÃO SANITÁRIO OU ELETROPOLIMENTO; A CÂMARA EXTERNA PODERÁ SER FABRICADA EM CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL: AISI 316TI, AISI 316L, AISI 316 OU AISI 304. COM ESPESURA VARIANDO DE 3,00MM A 10,00MM; AS CAMARAS DEVERÃO SER SOLDADAS ENTRE SI PELO PROCESSO DE SOLDA MIG E TIG, AS QUAIS DEVEM TER PASSADO PELO TESTE DE PRESSÃO HIDROSTÁTICA, NO PERÍODO DE FABRICAÇÃO, CONFORME NORMAS DA ASME E NORMAS DA ABNT, NBR 11 816 E NORMA REGULAMENTADORA N°13 (NR13); BATENTES DE AÇO INOXIDÁVEIS SOLDADOS NO CONJUNTO DAS CÂMARAS INTERNA E EXTERNA; A ISOLAÇÃO TÉRMICA DAS CÂMARAS POR MEIOS DE MANTAS DE FIBRAS MINERAIS ISENTAS DE CLORETOS E FIXADAS COM LAMINAS DE AÇO OU ALUMÍNIO E REVESTIDAS COM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO; A FLANGE DA PORTA VOLANTE CENTRAL PODEM SER FABRICADAS EM CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI316TI, AISI316L AISI316 OU AISI304 COM ACABAMENTO POLIDO; A PORTA DEVERÁ TER TRAVA DE SEGURANÇA MECÂNICA, NO EIXO CENTRAL, FECHAMENTO HERMÉTICO E ABERTURA POR MEIO DE VOLANTE CENTRAL COM ASTES DE AÇO INOXIDÁVEL NO FLANGE; O GABINETE DEVE SER MONTADO EM ARMAÇÕES DE CANTONEIRAS EM AÇO COM PROTEÇÃO ANTI CORROSIVA E ANTI OXIDANTE E PINTURA DE EPÓXI; PÉS REGULÁVEIS QUE PERMITE NIVELAMENTO COMPLETO DO EQUIPAMENTO; O REVESTIMENTO EXTERNO DO EQUIPAMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 316TI, AISI 316L, AISI 316 OU AISI 304 OU AISI 430 COM ACABAMENTO ESCOVADO; NO SISTEMA DE GERADOR DE VAPOR O NÍVEL DE AGUA É CONTROLADO POR SISTEMA DE ELETRODOS OU BOIA DE NÍVEL; POTENCIA MÍNIMA DO MOTOR DE BOMBA DE VÁCUO DE ANEL LÍQUIDO 1,50CV; O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR BOMBA DE AGUA COM ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO DO GERADOR DE VAPOR ANTES E/OU DURANTE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO COM POTÊNCIA CAPAZ DE ABASTECER O GERADOR MESMO QUANDO PRESSURIZADO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DOTADO DE CESTO ARAMODAR FABRICADO EM AÇO INOX AISI 304 PARA ACOMODAR MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA ESTERILIZAÇÃO; O EQUIPAMENTO FABRICADO (A AUTOCLAVE) TERÁ QUE ESTAR DE ACORDO COM AS SEGUINTE FORMAS ABNT NBR ISO11 816, ABNT NBR ISO 17665, ABNT NBR ISO 14971, ABNT NBR ISO 5410, EN285, IEC 61010-1, IEC 61010-2-040, ABNT NBR IEC 62366, ABNT NBR IEC 62304, E A NORMA REGULADORA N13(NR13); POSSUIR CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA; A EMPRESA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CERTIFICADA COM BASE NAS NORMAS ABNT NBR ISO 9001, ABNT NBR ISO 13485, ERDC16. GARANTIA DE 2 ANOS; INSTALAÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA; TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA; CONSULTORIA DA PRÉ INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA</p>		
19	413267	<p>VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS. POSSUIR OS SEGUINTE MODOS DE VENTILAÇÃO OU MODOS VENTILATÓRIOS COMPATÍVEIS: VENTILAÇÃO COM VOLUME CONTROLADO; VENTILAÇÃO COM PRESSÃO CONTROLADA; VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA; VENTILAÇÃO COM SUPORTE DE PRESSÃO; VENTILAÇÃO COM SUPORTE À VOLUME; VENTILAÇÃO COM FLUXO CONTÍNUO, CICLADO A TEMPO E COM PRESSÃO LIMITADA, INCLUSIVE EM SIMV OU MODO VOLUME GARANTIDO PARA PACIENTES NEONATAIS; TERAPIA DE OXIGÊNIO DE ALTO FLUXO; VENTILAÇÃO EM DOIS NÍVEIS, VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA, INCLUSIVE EM NEONATAL; PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS - CPAP; VENTILAÇÃO DE BACK UP NO MÍNIMO NOS MODOS ESPONTÂNEOS; COM POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE MODO DE VENTILAÇÃO PROPORCIONAL COM SINCRONISMO/ ADAPTAÇÃO DO PACIENTE-VENTILADOR PARA UMA MELHOR MECÂNICA RESPIRATÓRIA (NAVA, , SMARTCARE, PAV, ASV, AVA OU SIMILAR) AO MENOS PARA PACIENTES ADULTOS/PEDIÁTRICOS. SISTEMA DE CONTROLES: POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS COM AS FAIXAS: PRESSÃO CONTROLADA E PRESSÃO DE SUPORTE DE NO MÍNIMO ATÉ 60CMH20; VOLUME CORRENTE DE NO MÍNIMO ENTRE 5 A 2000 ML; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE NO MÍNIMO ATÉ 100 RPM; TEMPO INSPIRATÓRIO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,3 A 5,0 SEGUNDOS; PEEP DE NO MÍNIMO ATÉ 40 CMH20; SENSIBILIDADE INSPIRATÓRIA POR FLUXO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,5 A 2,0 LPM; AJUSTE DO FLUXO PARA TERAPIA DE OXIGÊNIO DE ALTO FLUXO DE 2 A NO MÍNIMO 50 L/MIN; FIO2 DE NO MÍNIMO 21 A 100%. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO: TELA COLORIDA DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS TOUCH-SCREEN, BOTÃO ROTACIONAL PARA AJUSTE DE PTROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS: MONITORAÇÃO DE VOLUME POR SENSOR PROXIMAL OU DISTAL PARA PACIENTES NEONATAIS E DISTAL PARA PACIENTES ADULTOS; PRINCIPAIS PARÂMETROS MONITORADOS: VOLUME CORRENTE EXALADO, VOLUME CORRENTE INSPIRADO, PRESSÃO DE PICO, PRESSÃO DE PLATÔ, PEEP, PEEP TOTAL, PRESSÃO MÉDIA DE VIAS AÉREAS, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA TOTAL E ESPONTÂNEA, TEMPO INSPIRATÓRIO, TEMPO EXPIRATÓRIO, FIO2 COM MONITORAÇÃO POR SENSOR PARAMAGNÉTICO OU ULTRASSÔNICO OU GALVÂNICO, RELAÇÃO I.E.PICO DE FLUXO INSPIRATÓRIO, VOLUME</p>	8	UND.

		MINUTO EXPIRADO, CONSTANTE DE TEMPO EXPIRATÓRIO, ÍNDICE DE STRESS E VOLUME EXPIRATÓRIO. CÁLCULOS AUTOMÁTICOS DE MECÂNICA: RESISTÊNCIA, COMPLACÊNCIA, PRESSÃO DE OCLUSÃO E AUTO PEEP. APRESENTAÇÃO DE CURVAS PRESSÃO X TEMPO, FLUXO X TEMPO, VOLUME X TEMPO, LOOPS PRESSÃO X VOLUME, FLUXO X VOLUME E FLUXO/PRESSÃO; APRESENTAÇÃO DE GRÁFICOS COM AS TENDÊNCIAS. SISTEMA DE ALARMES COM PELO MENOS: ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO INSPIRATÓRIA, ALTO E BAIXO VOLUME MINUTO, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, ALTA/BAIXA FIO2, APNEIA, PRESSÃO DE O2 BAIXA, PRESSÃO DE AR BAIXA, FALHA NO FORNECIMENTO DE GÁS, FALTA DE ENERGIA, BAIXA CARGA DA BATERIA E PARA VENTILADOR SEM CONDIÇÃO PARA FUNCIONAR, OU SIMILAR. RECURSO DE NEBULIZAÇÃO INCORPORADO AO EQUIPAMENTO SEM ALTERAÇÃO DA FIO2 AJUSTADA; TECLA PARA PAUSA MANUAL INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA. ARMAZENAR NA MEMÓRIA OS ÚLTIMOS PARÂMETROS AJUSTADOS; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS. O VENTILADOR DEVERÁ CONTINUAR VENTILANDO O PACIENTE MESMO COM A FALTA DE UM DOS GASES EM CASO DE EMERGÊNCIA E ALARMAR INDICANDO O GÁS FALTANTE. ACOMPANHAR NO MÍNIMO OS ACESSÓRIOS: BRAÇO ARTICULADO, PEDESTAL COM RODÍZIOS, CIRCUITO PACIENTE PEDIÁTRICO/ADULTO, CIRCUITO PACIENTE NEONATAL/PEDIÁTRICO, VÁLVULA DE EXALAÇÃO, MANGUEIRAS PARA CONEXÃO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO. COMPATÍVEL COM PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO HL7. SOFTWARE EM LÍNGUA PORTUGUESA.. ATENDIMENTO ÀS NORMAS: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; GRAU DE PROTEÇÃO IP21. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 v.		
20	422533	CAMA HOSPITALAR FAWLER ADULTO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS PARA PACIENTES DE 150KG. MOVIMENTOS: ELEVÇÃO DORSAL, FOWLER, SEMI FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS, CARDÍACO E SENTADO; SISTEMA DE ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS POR MEIO DE MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS CROMADAS. ESTRUTURA: EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. GRADES: GRADES LATERAIS, CONSTRUÍDAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO. CABECEIRA E PESEIRA: REMOVÍVEIS, CONSTRUÍDAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. RODAS: GIRATÓRIAS COM APROXIMADAMENTE 60MM DE DIÂMETRO, REVESTIDAS EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA, SENDO NO MÍNIMO DUAS COM FREIOS. DIMENSÕES EXTERNAS MÁXIMAS: COMPRIMENTO 1,90M X LARGURA 0,80M. ACOMPANHA: SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX COM ALTURA REGULÁVEL (INCORPORADO À ESTRUTURA DA CAMA) E COLCHÃO. COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR REVESTIDO EM CURVIM COR AZUL, ESTRUTURA INTERNA EM ESPUMA 100% POLIURETANO, DENSIDADE MÍNIMA 33, REVESTIMENTO EM MATERIAL LAVÁVEL, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A USO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA DESINFECÇÃO, NA COR AZUL ROYAL, COM SELAGEM VULCANIZADA, FECHAMENTO EM ZIPER, PRESENÇA DE DISPOSITIVO DE VENTILACAO NA LATERAL QUE IMPEÇA A CONTAMINACAO INTERNA. DIMENSAO TOTAL: COMPRIMENTO 1,90CM, LARGURA 80CM, ALTURA BASE 14CM, TRATAMENTO ANTI-ACARO E ANTIFUNGICO. APRESENTAR REGISTRO DO EQUIPAMENTO JUNTO À ANVISA/MS. APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO ORIGINAL COM TODAS AS INFORMAÇÕES DETALHADAS DA MARCA/MODELO DO EQUIPAMENTO COTADO. SERVIÇOS: ENTREGA, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO OPERACIONAL, MANUAL TÉCNICO E DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO	3	UND.
21	375168	SELADORA - SELADORA 30 CM, BIVOLT, SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIREÇÕES; ACIONAMENTO POR MEIO DE ALAVANCA COM TRAVA; SISTEMA MICROCONTROLADO; SISTEMA DE AVISOS COM LED'S INDICATIVOS E BIPS SONOROS, NO TECLADO DE MEMBRANA; RESISTÊNCIA PTC BLINDADA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 30 MINUTOS; FAZER A ENTREGA E INSTALAÇÃO GARANTIA DE 2 ANOS	2	UND.

2.5. Os equipamentos/mobiliários objeto deste Termo serão adquiridos em estrita obediência às especificações e quantidades descritas na Tabela acima, não podendo, sob hipótese alguma, serem fornecidos fora das especificações ou com especificações inferiores as aprovadas pela Administração ou que dificultem a sua instalação, funcionamento ou utilização.

2.6. Todos os itens (que cabem montagem) deverão ser montados com sistema que permita sua desmontagem e remontagem a critério da Administração, garantindo a integridade física do conjunto.

2.6. Os equipamentos/mobiliários ofertados deverão atender aos padrões técnicos exigíveis, devendo obedecer às normas da ANVISA, INMETRO, etc., e demais legislações aplicáveis a cada equipamento/mobiliário.

2.7. Deverão ser fornecidos e instalados apenas equipamentos/mobiliários NOVOS, sendo vedado, em quaisquer circunstâncias, equipamentos/mobiliários reconicionados ou reciclados.

2.8. Os equipamentos/mobiliários ofertados deverão atender eficazmente às finalidades que deles naturalmente se espera, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), devendo ser observado principalmente a prescrição contida no seu art. 39, VIII.

2.9. Os equipamentos/mobiliários devem vir acompanhados de Manual do Fabricante ou

Montadora, ou Prospecto com as características técnicas. Se o equipamento/mobiliário for importado o Manual do Fabricante ou Montadora ou Prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial, além de declaração de que o equipamento/mobiliário possui todas as certificações e compatibilidades exigidas neste Termo de Referência.

2.10. Os equipamentos/mobiliários devem vir acompanhados, ainda, de certificado de garantia do fabricante, da montadora ou do fornecedor, no que couber, devendo prevalecer a que for maior, respeitado o prazo mínimo exigido, conforme indicado no descritivo dos itens.

2.11. Os equipamentos/mobiliários não poderão apresentar qualquer conexão, fios, jumpers ou outros elementos que indiquem erro ou imprecisão de projeto da parte do fabricante ou montador/entregador.

2.12. Desta forma, não serão aceitos, em hipótese alguma, protótipos de equipamentos e mobiliários, nem projetos inacabados, equipamentos/mobiliários com modulação, ou seja, que sofreram transformações ou adaptações em suas configurações originais apenas para atender a este Termo, equipamentos/mobiliários expostos a desgastes, utilizados em mostruário ou em situações similares que possam comprometer a sua qualidade e eficiência, ou que sejam falsificados, reutilizados, de mercado paralelo ou de origem duvidosa, reservando-se a Administração o direito de solicitar documentos que possam comprovar a sua autenticidade e origem.

3. A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO

3.1. O Município de Catalão, situado no Estado de Goiás, experimentou um significativo aumento populacional entre os dois últimos censos, evidenciando a crescente demanda por serviços de saúde na região. Comparando os dados demográficos, verifica-se uma expressiva ampliação do número de residentes, o que ressalta a urgência em expandir a infraestrutura de saúde pública para atender adequadamente às necessidades dessa população em crescimento.

3.2. No mesmo sentido, não só no Brasil como em outros países também têm ocorrido, principalmente durante os últimos anos, um aumento progressivo na demanda de assistência nos serviços de urgência tanto gerais quanto pediátricos, demonstrando que o Pronto Atendimento tem se tornado importante porta de entrada ao sistema de saúde, visto que as Unidades de Pronto Atendimento são estruturas de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde e as Portas de Urgência Hospitalares.

3.3. Diante desse contexto, a inauguração de duas novas Unidades de Saúde de Pronto Atendimento torna-se uma medida imperativa e estratégica para suprir as demandas emergentes da comunidade catalana.

3.4. O Pronto Atendimento Infantil (PAI) e o Centro de Atendimento Médico (CAM) surgem como resposta às crescentes necessidades de atendimento médico de urgência intermediária, em que cuidados imediatos são realizados de maneira ágil e eficaz e consequente “desafogamento” das Unidades Básicas de Saúde-UBS’s e da UPA-Unidade de Pronto Atendimento.

3.5. O interesse público subjacente a essa iniciativa é ainda mais evidente quando se considera o perfil demográfico em mutação do município. Com o aumento da população, surgem desafios adicionais em garantir o acesso equitativo e de qualidade aos serviços de saúde. O PAI se destaca como uma resposta específica às demandas pediátricas, oferecendo um ambiente especializado para o atendimento de urgências/emergências infantis e contribuindo para a promoção da saúde e bem-estar das crianças, que representam uma parcela significativa da população em crescimento. Todavia, os casos que requererem cuidado continuado e progressivo serão referenciados na Rede Municipal de Saúde, seja nas Unidades Básicas de Saúde-UBS’s, como nos Hospitais Credenciados para cuidados de alta complexidade.

3.6. Por sua vez, o CAM desempenha um papel crucial na descentralização e ampliação dos serviços de saúde básica e especializada, aliviando a sobrecarga nos hospitais de referência e

garantindo um atendimento mais próximo e acessível à população. Essa estratégia é fundamental para enfrentar os desafios decorrentes do crescimento populacional, assegurando que todos os cidadãos de Catalão tenham acesso a cuidados de saúde abrangentes e eficazes.

3.7. Considerando a complexidade e a abrangência das duas novas unidades de saúde, a aquisição de Equipamentos e Mobiliário se torna imprescindível para garantir o funcionamento adequado e eficiente das instalações. Esses recursos são essenciais para oferecer um ambiente seguro, confortável e tecnologicamente avançado tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde, promovendo uma assistência de qualidade e contribuindo para a melhoria dos indicadores de saúde da população.

3.8. Portanto, a contratação dos itens mencionados não apenas reflete a necessidade urgente de inauguração das novas Unidades de Saúde em Catalão, mas também representa um compromisso firme da administração pública em atender às demandas crescentes da população, garantindo o acesso universal e equitativo aos serviços de saúde e fortalecendo o sistema de saúde local em face dos desafios demográficos em evolução.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Sustentabilidade: os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do objeto e/ou obrigações da contratada.

4.2. Indicação de marcas ou modelos: na presente contratação será admitida a indicação das marcas disponíveis no mercado, cujas características estejam de acordo com as especificações detalhadas.

4.3. Garantia da Contratação: não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei n.º 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5. MODELO DE EXECUÇÃO

5.1. O prazo de entrega é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho em remessa única.

5.2. Os prazos serão contados a partir da emissão de Ordem de Fornecimento, que deverá constar a especificação dos itens, quantidade, marca e identificação/assinatura do servidor responsável pela sua emissão.

5.4. Os Equipamentos e Mobiliário deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, junto a Coordenação de Patrimônio e Manutenção, localizada na BR-050, Km 278 – Bairro São Francisco, CEP. 75.709-150, de segunda a sexta-feira, no horário normal de expediente, compreendido das 08h às 11h e das 13h às 16h.

5.5. Os Equipamentos e Mobiliário deverão ser entregues dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste Termo de Referência, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação pertinentes, inclusive quanto a embalagem, que deverão conter todas as informações exigíveis pertinentes, devendo a Contratada adotar todas as medidas preventivas no sentido de se minimizar acidentes ou danos que venham a comprometer a qualidade e eficiência dos mesmos e a quantidade fornecida.

5.8. Os produtos serão recebidos:

5.8.1. PROVISORIAMENTE, a partir da entrega, para fins de verificação da conformidade dos mesmos com as especificações solicitadas;

5.8.2. DEFINITIVAMENTE, após a verificação da conformidade com as especificações solicitadas, inclusive quanto as especificações deste Termo e da Proposta, e aferição da qualidade e quantidade.

5.9. Ocorrendo a rejeição dos produtos, no todo ou em parte, o fornecedor deverá substituí-los no prazo máximo de **72 (setenta e duas) horas**, se estes apresentarem defeito de fabricação

ou divergência relativa ao padrão e norma brasileira vigente ou às especificações constantes deste Termo e do instrumento convocatório, independentemente da quantidade rejeitada, observando as condições estabelecidas para o fornecimento.

5.10. No caso de entrega em quantidade inferior à solicitada, a Contratada deverá também, no prazo de **72 (setenta e duas) horas**, responsabilizar-se pela sua complementação.

5.11. Após o 5º (quinto) dia de atraso, os produtos poderão, a critério do Contratante, não mais ser aceitos, configurando-se a inexecução total do Contrato, com as consequências previstas em lei e neste Termo de Referência.

5.12. A Contratada deverá verificar junto aos seus fornecedores/fabricantes dos produtos ofertados, a disponibilidade e prazos de entrega dos mesmos, não podendo alegar, a posteriori, problemas de fornecimento e/ou impossibilidade de aquisição como motivos que justifiquem atrasos no fornecimento.

5.13. Havendo alguma situação extraordinária, com exceção da situação constante do subtópico acima, devidamente justificada pela Contratada, de que não poderá fornecer os produtos solicitados no prazo fixado neste Termo, o prazo poderá ser dilatado e concedido ao fornecedor, um lapso temporal maior, desde que o fornecimento do produto em específico não seja de extrema urgência ao Contratante.

5.14. Fica expressamente proibido o fornecimento dos produtos objeto deste Termo, no âmbito da sua execução, para órgãos não pertencentes ou vinculados ao Contratante e/ou sem a anuência expressa deste.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor ou comissão especialmente designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; Notificar a contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução do fornecimento, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.3. Pagar à contratada o valor resultante do fornecimento, no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

6.4. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber;

6.5. A contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução termo de contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6.6. Cientificar a Procuradoria Jurídica do Prefeitura Municipal de Catalão - Go para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela contratada;

6.7. Arquivar, entre outros documentos, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do objeto e notificações expedidas;

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A contratada deve cumprir com sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, prazo de garantia do

item entregue;

7.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração, devendo ressarcir imediatamente, em sua integralidade, ficando a Administração/contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.3. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

7.4. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF e nem nos sites oficiais, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

7.5. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no fornecimento do objeto.

7.6. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Administração/contratante ou por seus prepostos.

7.7. Paralisar, por determinação da Administração/contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

7.8. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos.

7.9. Submeter previamente, por escrito, à Administração/contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças que fujam às especificações do termo de referência.

7.10. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.

7.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

7.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação.

7.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Administração/contratante;

7.16. Manter o fiscal/gestor do contrato informado sobre todas as ocorrências durante a execução do contrato;

7.17. Fornecer os equipamentos/mobiliários contratados, observando rigorosamente as especificações, prazos e condições estabelecidas neste Termo de Referência e na Proposta de Preços da Contratada e aprovados pela área técnica do Contratante e aceitos pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio;

7.18. Entregar os equipamentos/mobiliários acondicionados em suas respectivas embalagens, nas quais deverão constar os dados referentes à identificação, à marca, e demais especificações técnicas, no que couber;

- 7.19.** Fornecer os equipamentos/mobiliários sem avarias, dentro dos padrões e normas técnicas brasileiras vigentes, em condições ideais de uso, observando-se rigorosamente as características aprovadas pelo Contratante;
- 7.20.** Caso necessário, a Contratada deverá fornecer no prazo de 10 (dez) dias, contados da assinatura do contrato, o detalhamento técnico quanto às necessidades de pré-instalação do equipamento/mobiliário, instruindo quanto às instalações de rede elétrica, água e esgoto, aterramento, temperatura, dimensões do local, blindagens, umidade, poeira, partículas ou poluentes, proteção ambiental, riscos de acidentes e todas as demais condições físicas pertinentes à instalação e ao funcionamento adequado do equipamento e proteção ao meio ambiente;
- 7.21.** Transportar os equipamentos/mobiliários em veículo apropriado, garantindo a conservação, integridade e qualidade dos mesmos, obedecido as normas vigentes;
- 7.22.** Entregar os equipamentos/mobiliários contratados na Secretaria Municipal de Saúde, junto a Coordenação de Patrimônio e Manutenção, localizada na BR-050, Km 278 – Bairro São Francisco, CEP. 75.709-150, de segunda a sexta-feira, no horário normal de expediente, compreendido das 08h às 11h e das 13h às 16h;
- 7.23.** Fornecer o manual do fabricante ou montadora, ou Prospecto dos equipamentos/mobiliários, bem como a garantia de fábrica, da montadora ou do fornecedor e relação de assistência técnica autorizada, no que couber, todos em língua portuguesa, observado a sua marca e modelo, que deverão atender aos padrões e normas brasileiras vigentes;
- 7.24.** Fornecer garantia do fabricante, fornecedor ou montador do equipamento/mobiliário, pelo prazo definido nas especificações dos objetos, após montagem e instalação, testes e funcionamento do equipamento/mobiliário, bem como relação de assistência técnica autorizada em todo o país;
- 7.25.** A garantia deve cobrir problemas eletrônicos, pontos de ferrugem, rodízios, entre outros defeitos que possam ocorrer não decorrentes de mau uso;
- 7.26.** O prazo de atendimento da cobertura de garantia será de 24 (vinte e quatro) horas contados da abertura do chamado via telefone ou e-mail e o conserto deverá ser efetuado em 48 (quarenta e oito) horas, salvo comprovação de impossibilidade, reconhecida pelo Contratante;
- 7.27.** A assistência técnica deverá ocorrer no local onde estiverem instalados os equipamentos/mobiliários;
- 7.28.** Em caso de não possuir assistência técnica no município de Catalão-GO, a Contratada deverá arcar com os custos de visita ao local e/ou providenciar o envio do equipamento/mobiliário/eletrônico para a assistência técnica autorizada para conserto e a substituição do mesmo por outro equivalente ou de melhor qualidade durante o período de conserto e prazo de garantia, sem ônus para o Contratante e no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após o recebimento dos equipamentos/mobiliários;
- 7.29.** Fornecer relação completa de todos os materiais de consumo necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos/mobiliários fornecidos, com a respectiva procedência (fabricante e nacionalidade);
- 7.30.** Apresentar declaração em que conste o endereço de suporte técnico dos fabricantes, montadores ou fornecedores dos equipamentos fornecidos, no que couber, bem como o número telefônico para chamados técnicos, também para suporte aos equipamentos;
- 7.31.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do equipamento/mobiliário, de acordo com os arts. 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). O dever previsto neste subtópico implica na obrigação de, a critério do Contratante, substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, nos prazos definidos neste Instrumento, o equipamento/mobiliário com avaria ou defeito;
- 7.32.** Submeter ao Contratante os equipamentos/mobiliários fornecidos, à qual caberá o direito de recusa, caso não estejam de acordo com o especificado neste Termo e na Proposta de Preços da Contratada, sendo que a inobservância destas condições implicará em recusa formal, estando sujeita

às penalidades previstas neste Termo de Referência e na legislação pertinente em vigor, sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente;

7.33. Fornecer, às suas expensas, os equipamentos/mobiliários/eletrônicos que vierem a ser recusados, sendo que o ato de seu recebimento não importará a sua aceitação, que conforme sua natureza, somente se consumará com o aceite do Contratante. A Contratada terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas para o novo fornecimento dos equipamentos/mobiliários/eletrônicos que vierem a ser recusados. Caso esse prazo revele-se insuficiente, por razões diversas, caberá à Contratada solicitar um prazo maior, justificando formalmente o motivo da dilação de prazo;

8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REGRAMENTO PARA O REAJUSTE

8.1. O pagamento será efetuado pela Administração/contratante no prazo de 10 dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal.

8.2. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais

8.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Administração/Contratante;

8.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.5. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

8.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Administração/Contratante.

8.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração/Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.8. Persistindo a irregularidade, a Administração/Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

8.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

8.10. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

8.11. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

8.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

8.13. É vedado o pagamento, a qualquer título, por fornecimento realizado, à empresa privada que

tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

8.14. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em nome do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO**, CNPJ nº **03.532.661/0001-56**, com sede administrativa às margens da BR-050, Km 278 (prédio do antigo DNIT) – Setor São Francisco, Catalão-GO, CEP. 75.707-270.

8.15. Os preços inicialmente contratados são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

8.16. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da contratada, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela Administração/contratante, do índice IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IBGE), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994) – definida como referência, eis:

$R = V (I - I^0) / I^0$, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I⁰ = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;

I = Índice relativo ao mês do reajustamento;

8.17. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.18. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o contratante pagará à Administração/contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

8.19. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

8.20. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

8.21. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.22. O reajuste será realizado por apostilamento.

9. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei n.º 14.133/2021 e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralização ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

9.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

9.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da contratada para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

9.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

9.6. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade do fornecimento do objeto, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da contratante.

9.7. Serão designados fiscais, em cada um dos setores, para acompanhamento da execução contratual.

9.8. O representante da Administração/contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.

9.9. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto no artigo 137, inciso I e demais normas contidas no Capítulo VIII – Das Hipóteses de Extinção dos Contratos, no que couber, da Lei nº 14.133/21.

9.10. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

9.11. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade referente ao fornecimento do objeto, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à contratada de acordo com as regras previstas neste Termo de Referência.

9.12. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Administração/contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais.

9.13. Os fiscais deverão informar ao gestor do contrato qualquer ocorrência de descumprimento das obrigações da contratada, especificadas neste documento e seus anexos, para fins de registro em processo centralizado.

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Critério de Julgamento das Propostas, Forma de Adjudicação e Custo Estimado

10.1. O critério de julgamento das propostas será o de **Menor Preço por Item** e a adjudicação será realizada **por Item**.

10.3. O orçamento estimado para a contratação não será tornado público antes de definido o resultado do julgamento das propostas, de acordo com o regramento posto pelo art. 24 da Lei n.º 14.133/21 e art. 12, parágrafo 1º da Instrução Normativa Seges/Me n.º 73/2022 e devidamente justificado no Estudo Técnico Preliminar.

10.4. O custo estimado foi apurado considerando a média aritmética de preços de cada item em consulta ao Banco de Preços, ferramenta informatizada, cuja pesquisa baseia-se em compras públicas similares homologadas realizados por outros entes públicos, sites de domínio amplo e em pesquisa prévia de preços de mercado junto a empresas especializadas do ramo, fundamentado em relatório e orçamentos acostados aos autos.

Exigências de Habilitação

Habilitação Jurídica:

- a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
- b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada a verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br.
- c) No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.
- d) No caso de sucursal, filial ou agência: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde por, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.
- e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.
- f) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n.º 5.764/1971.
- g) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização.
- h) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações relevantes ao objeto desta Licitação e à composição societária atual da empresa ou da última consolidação.

Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso.
- b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
- c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;
- d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;
- g) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
- h) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.

Qualificação Técnica:

- a) Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
- b) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) emitido pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Autorização de Funcionamento Comum (AFE) expedida pela ANVISA abrange matriz e filiais. Tal exigência é aplicável apenas às empresas licitantes que por força de

disposição legal, devem possuir a “Autorização de Funcionamento expedida pela ANVISA/Ministério da Saúde”. As empresas licitantes legalmente dispensadas da referida “Autorização de Funcionamento” deverão comprovar tal condição mediante apresentação de documento probatório específico e idôneo a tal comprovação ou mediante declaração formal equivalente, firmada pela própria empresa licitante, e prestada sob compromisso e sob as penas da lei, em especial do disposto no art. 299 do Código Penal Brasileiro.

c) Licença ou Alvará de Funcionamento (LF) dentro do prazo de validade, emitida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal. Tal exigência é aplicável apenas às empresas licitantes que por força de disposição legal, devem possuir a referida “Licença ou Alvará Sanitário emitida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal”. As empresas licitantes legalmente dispensadas da referida “Licença ou Alvará de Funcionamento” deverão comprovar tal condição mediante apresentação de documento probatório específico e idôneo a tal comprovação ou mediante declaração formal equivalente, firmada pela própria empresa licitante, e prestada sob compromisso e sob as penas da lei, em especial do disposto no art. 299 do Código Penal Brasileiro.

10.5. Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação complementar:

10.5.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperative, respeitando o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, parágrafo 2º ao 6º da Lei n.º 5.764/1971.

10.5.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados.

10.6. O registro previsto no art. 107 da Lei n.º 5.764/1971. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato.

10.6.1. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:

a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembléia que o aprovou; c) regimento dos fundos constituídos pelos cooperados, com a ata da assembléia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperative a contratar o objeto da licitação;

10.6.2. A última auditoria contábil-financeira da cooperative, conforme dispõe o art. 112 da Lei n.º 5.764/1971 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

Da Aplicação de Cotas – Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações

Cota - Exclusiva Participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparadas

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE
1	608476	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - MATERIAL: AÇO INOX 304; ACABAMENTO SUPERFICIAL: ESCOVADO; QUANTIDADE PORTAS: 2 UN; QUANTIDADE PRATELEIRAS: 4 UN; ALTURA APROXIMADA : 1,98M; LARGURA: 90 M; PROFUNDIDADE: 0,40 M; COR: CINZA; APLICAÇÃO: ARMARIO MULTIUSO.	18	UND.
2	378734	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - TIPO: COMPACTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1 TORNEIRA ÁGUA GELADA, 1 TORNEIRA ÁGUA NATURAL, VOLTAGEM: 220 V, MATERIAL GABINETE: TERMOPLÁSTICO, CAPACIDADE ÁGUA: 2 L, VAZÃO: 4.4 L/H, COR: BRANCA; LIGADO DIRETAMENTE NA REDE HIDRAULICA	3	UND.

3	459719	CAMA CONJUGADA COM COLCHÃO TIPO BELICHE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - MATERIAL: AÇO; QUANTIDADE LEITOS: 2 UM; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA; COMPRIMENTO: 197 CM; LARGURA: 86 CM; ALTURA: 180 CM; COR: BRANCO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESCADA, PROTEÇÃO LATERAL; COLCHÃO REVESTIDO EM CAPA IMPERMEÁVEL AZUL EM NAPA, POSSUIR ZÍPER; PLACA DE ESPUMA DE POLIURETANO D28, ANTI ALÉRGICO; ANTI-ÁCARO E ANTI-FUNGO	2	UND.
4	462003	MÁQUINA LAVAR ROUPA – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS -LAVADORA E SECADORA; CAPACIDADE: 15 KG; ABERTURA: FRONTAL; MATERIAL CESTO: AÇO INOXIDÁVEL; COR: BRANCA; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A; VOLTAGEM: 220 V.	2	UND.
5	338551	MESA ESCRITÓRIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - MATERIAL TAMPO: AGLOMERADO; REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO; LARGURA: 0,75 M; COMPRIMENTO: 1,20 M; ESPESSURA: 25 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 GAVETAS E SAPATAS REGULADORA DE NÍVEL; ALTURA: 0,74 M, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO; FORMATO: RETANGULAR; TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTURA EM EPÓXI-PÓ NA COR CINZA - ENTREGAR MONTADAS	54	UND.
6	302916	BALCÃO SELF SERVICE REFRIGERADO – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BALCÃO TÉRMICO FABRICADO EM AÇO INOX LIGA 304 18/8, COM CAPACIDADE PARA 04 CUBAS GASTRONÔMICA (PADRÃO GASTRONORM) INCLUSAS; 1/1 PROFUNDIDADE 100 MILÍMETROS. DIMENSÕES 760 MILÍMETROS LARGURA, 910 MILÍMETROS DE ALTURA, 1550 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. REFRIGERAÇÃO COM TEMPERATURA ENTRA +2 E +7, COM CONTROLADOR DIGITAL E ISOLAMENTO TÉRMICO PU EXPANDIDO. TANQUE COM REFRIGERAÇÃO COM SERPENTINA. PROTETOR SALIVAR COM VIDRO CURVO DOS DOIS LADOS DIMENSÕES: 1550 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO, 600 MILÍMETROS ALTURA, 467 DE LARGURA. VOLTAGEM 220V. EQUIPADO COM RODÍZIOS DE 3´ COM TRAVA. CORREDIÇA PARA APOIO DE BANDEIAS EM AÇO INOX AISI 304 18/8 EM AMBOS OS LADOS QUE DO BALCÃO, 1550 MILÍMETROS COMPRIMENTO, 310 MILÍMETROS LARGURA, 105 MILÍMETROS ALTURA. MÓDULO REVESTIDO POR CHAPAS DE AÇO INOX 304 ATÉ A ALTURA DOS RODÍZIOS	2	UND.
7	307130	ESTANTE CAIXA BOX ORGANIZADORA COM GAVETAS BIN Nº 5 COM 60 GAVETAS INCLUSAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, A PINTURA DAS CHAPAS SÃO FEITAS COM TINTA ELETROSTÁTICA EM PÓ EPÓXI ANTIBACTERIANA, NA COR CINZA DIMENSÕES (AXLXP): 150 X 60 X 18 CM, CAIXAS ORGANIZADORAS EM POLIPROPILENO, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL	6	UND.

10.7. DOS ITENS DA COTA EXCLUSIVA: Em atenção ao disposto nos arts. 47 e 48, I, ambos da Lei Complementar nº 123/06 c/c art. 7º da Instrução Normativa nº 008/2016 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, bem como considerando que: a) os itens desta cota possuem total estimado em **valor igual ou inferior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)** cada; b) a existência de ao menos 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e/ou equiparados, sediados no âmbito local ou regional; e que c) o tratamento diferenciado ou favorecido não representa prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto, fica assegurado no certame, para os itens desta cota, à **PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA** de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e/ou equiparadas, sem prejuízo de sua participação na Cota Principal.

Cota - Ampla Participação

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE
8	418925	CENTRIFUGA PARA TUBOS, AJUSTE DIGITAL, COM PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, ATE 15ML, CAPACIDADE MÍNIMA DE 24 TUBOS, ATE 5.000 RPM, TEMPORIZADOR ATE 99 MIN, SEGURANÇA TAMPA ABERTA, ALARME DESBALANCEAMENTO. 220 V	4	UND.
9	429502	ANALISADOR DE GASES E ELETROLITOS NO SANGUE, ELETRÓLITOS, HT, HB, SO2, AJUSTE DIGITAL COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE. MÍNIMO DE 30 TESTES/HORA, ACESSÓRIOS COM IMPRESSORA, ACARACTERÍSTICA ADICIONAL 10 PARAMETROS. 220V	1	UND.
10	601089	MICROSCOPIO BINOCULAR, TUBO OCULAR DE 30 OU 45°, ROTATIVO DE 360°, AUMENTO DE 40 A 1000 X, OBJETIVAS ACROMÁTICAS DE 4X-10X-40X-100X, CONTROLE DE LUMINOSIDADE, FOCALIZAÇÃO MACROMÉTRICA E MICROMÉTRICA, 220V	4	UND.
11	446550	EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA EXAMES BIOQUÍMICOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 TESTES/HORA, BANDEJA DE REAGENTES REFRIGERADA, LAVAGEM DE CUBETAS, CAPACIDADE PARA CARREGAMENTO MÍNIMO DE 40 POSIÇÕES PARA AMOSTRAS E 40 POSIÇÕES PARA REAGENTES, LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS. 220 V. SISTEMA ABERTO PARA REAGENTES. COM ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS INCLUSOS (COMPUTADOR, IMPRESSORA, NOBREAK)	3	UND.

12	439005	EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA HEMOGRAMA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 TESTES/HORA E AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS: WBC, RBC, HGB, HCT, VCM, HCM, CHCM, RDW, PLT, %NEUT, %LINF, % MON, %EOS, %BASO, NEUT, LINF, MON, EOS, BASO, MPV, PCT, LEUCOMETRIA COM DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. IDENTIFICAÇÃO DE LINHAGEM IMATURA DE LEUCÓCITOS, LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, SAMPLER PARA MÍNIMO DE 20 TUBOS FECHADOS E ABERTOS. 220 V. COM ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS INCLUSOS.	3	UND.
13	453212	APARELHO SEMI-AUTOMÁTICO PARA TESTES COAGULOMÉTRICOS QUE PERMITA DETERMINAR TEMPO DE PROTROMBINA, TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA, DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FIBRINOGENIO NO PLASMA, TEMPO DE PROTROMBINA. INCUBADOR INCORPORADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 AMOSTRAS. 220 V	2	UND.
14	412292	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUINEAS, AJUSTE MECÂNICO, VISOR ANALÓGICO, MEMÓRIA ATÉ 100 CONTAGENS, CAPACIDADE ATÉ 10 TIPOS. 220V	4	UND.
15	439244	HOMOGENEIZADOR DE SANGUE CAPACIDADE MININMA 18 TUBOS 220V.	2	UND.
16	414629	ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL: GABINETE AÇO INOX, AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE 150 L, TEMPERATURA ATÉ 200°C, COMPONENTES COM 2 BANEJAS, COM VEDAÇÃO. 220V	2	UND.
17	434772	AUTOCLAVE HOSPITALAR 100 LTS - O EQUIPAMENTO DESCRITO CONSISTE EM UMA AUTOCLAVE HORIZONTAL A SER UTILIZADA EM HOSPITAIS PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS, A QUAL ESTEJA DENTRO DE TAIS CARACTERÍSTICAS: POSSUIR FORMATO DA CÂMARA RETANGULAR DE ESTERILIZAÇÃO; O EQUIPAMENTO SER DOTADO DE UMA PORTA COM FORMATO RETANGULAR; POSSUIR CARRO EXTERNO PARA TRANSPORTE DO CESTO; POSSUIR CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DO CESTO; POSSUIR CESTO ARAMADO EM AÇO INOX AISI 304; POSSUIR VOLANTE CENTRAL COM ACIONAMENTO MANUAL; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER OPERADO COM VAPOR ORIUNDO DE GERAÇÃO PRÓPRIA ATRAVÉS DO GERADOR DE VAPOR INCORPORADO AO EQUIPAMENTO (VAPOR SATURADO COMO AGENTE ESTERILIZANTE); O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER OPERADO COM O SEGUINTE TIPO DE COMANDO: CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP) COM INTERFACE HOMEM MAQUINA (IHM) GRÁFICA ALFA NUMÉRICA TIPO TEXTO. ESSE CONTROLADOR DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 15 PROGRAMAS ENTRE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO E TESTES (TESTE DE ESTANQUEIDADE E TESTE DE BOWIEDICK); POSSUIR 01 MANÔMETRO DO GERADOR DE VAPOR DA CÂMARA EXTERNA; POSSUIR 01 BOTÃO DE LIGA/DESLIGA, COM ILUMINAÇÃO INDICANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ ENERGIZADO; POSSUIR 01 IMPRESSORA MATRIXIAL PARA REGISTRO DOS DADOS DOS CICLOS REALIZADOS, TAIS COMO TEMPERATURA, PRESSÃO, TEMPOS E LOTES; POSSUIR 01 MANOVACUÔMETRO DA CÂMARA INTERNA; POSSUIR 01 BOTÃO DE EMERGÊNCIA; POSSUIR 01 INDICADOR SONORO DE FINALIZAÇÃO DE CICLO; POSSUIR SISTEMA DE INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTO ENERGIZADO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER AOS DIVERSOS TIPOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO POROSO, EMPACOTADO, MATERIAL POROSO DESEMPACOTADO OU OCO E MATERIAIS SÓLIDOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, VIDROS, LÍQUIDOS EM GARRAFAS OU BOLSAS FECHADAS OU NÃO, E OUTROS MATERIAIS CONTAMINADOS DESDE QUE SUPORTE CONDIÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, MATERIAIS INVASIVOS E NÃO INVASIVOS, DENTRE OUTROS; COM SISTEMA DE SECAGEM DE DIFERENTES MATERIAIS E INSTRUMENTOS; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 (3~) OU 380 (3~); FREQUENCIA 60HZ; POTENCIA MÍNIMA 7000W; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE COMANDO 220V; ALIMENTAÇÃO DE AGUA UNIÃO ROSCADA DE ½~; FAIXA DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO 90 A 135°; PRESSÃO DE OPERAÇÃO 1,2 A 2,30 BAR; FAIXA DE TEMPERATURA DE ESTERILIZAÇÃO 121 A 135°; PROFUNDIDADE DO VÁCUO - 0,70BAR; TEMPERATURA DE SAÍDA DE EXPURGO DE 50 A 80°; VAZAMENTO ADMISSÍVEL ≤ 1,30 MBAR/MIN; DIMENSÕES DA CÂMARA RETANGULAR DE ESTERILIZAÇÃO DE 100 LITROS DEVERA POSSUIR NO MÍNIMO AS SEGUINTE MEDIDAS: 41X41X60CM; O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR SISTEMA DE DUPLA CÂMARA (INTERNA E EXTERNA) PARA ACOMODAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DOS MATERIAIS; A CÂMARA INTERNA PODERÁ SER FABRICADA EM ALGUNS TIPOS DE CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL TAIS COMO: AISI 316TI, AISI 316L, AISI 316 OU AISI 304. COM ESPESSURA VARIANDO DE 3,00MM A 10,00MM; A CÂMARA INTERNA DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO INTERNO POLIDO COM PADRÃO SANITÁRIO OU ELETROPOLIMENTO; A CÂMARA EXTERNA PODERÁ SER FABRICADA EM CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL: AISI 316TI, AISI 316L, AISI 316 OU AISI 304. COM ESPESSURA VARIANDO DE 3,00MM A 10,00MM; AS CAMARAS DEVERÃO SER SOLDADAS ENTRE SI PELO PROCESSO DE SOLDA MIG E TIG, AS QUAIS DEVEM TER PASSADO PELO TESTE DE PRESSÃO HIDROSTÁTICA, NO PERÍODO DE FABRICAÇÃO, CONFORME NORMAS DA ASME E NORMAS DA ABNT, NBR 11 816 E NORMA REGULAMENTADORA Nº13 (NR13); BATENTES DE AÇO INOXIDÁVEIS SOLDADOS NO CONJUNTO DAS CÂMARAS INTERNA E EXTERNA; A ISOLAÇÃO TÉRMICA DAS CÂMARAS POR MEIOS DE MANTAS DE FIBRAS MINERAIS ISENTAS DE CLORETOS E FIXADAS COM LAMINAS DE AÇO OU ALUMÍNIO E REVESTIDAS COM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO; A FLANGE DA PORTA VOLANTE CENTRAL PODEM SER FABRICADAS EM CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI316TI, AISI316L AISI316 OU AISI304 COM ACABAMENTO POLIDO; A PORTA DEVERÁ TER TRAVA DE SEGURANÇA MECÂNICA, NO EIXO CENTRAL, FECHAMENTO HERMÉTICO E ABERTURA POR MEIO DE VOLANTE CENTRAL COM ASTES DE AÇO INOXIDÁVEL NO FLANGE; O GABINETE DEVE SER MONTADO EM ARMAÇÕES DE CANTONEIRAS EM AÇO COM PROTEÇÃO ANTI CORROSIVA E ANTI OXIDANTE E PINTURA DE EPÓXI; PÉS REGULÁVEIS QUE PERMITE NIVELAMENTO COMPLETO DO EQUIPAMENTO; O REVESTIMENTO EXTERNO DO EQUIPAMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 316TI, AISI 316L, AISI 316 OU AISI 304 OU AISI 430 COM ACABAMENTO ESCOVADO; NO SISTEMA DE GERADOR DE VAPOR	2	UND.

		O NÍVEL DE AGUA É CONTROLADO POR SISTEMA DE ELETRODOS OU BOIA DE NÍVEL; POTENCIA MÍNIMA DO MOTOR DE BOMBA DE VÁCUO DE ANEL LIQUIDO 3/4CV; O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR BOMBA DE AGUA COM ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO DO GERADOR DE VAPOR ANTES E/OU DURANTE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO COM POTÊNCIA CAPAZ DE ABASTECER O GERADOR MESMO QUANDO PRESSURIZADO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DOTADO DE CESTO ARAMADO FABRICADO EM AÇO INOX AISI 304 PARA ACOMODAR MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA ESTERILIZAÇÃO; O EQUIPAMENTO FABRICADO (A AUTOCLAVE) TERÁ QUE ESTAR DE ACORDO COM AS SEGUINTE FORMAS ABNT NBR ISO11 816, ABNT NBR ISO 17665, ABNT NBR ISO 14971, ABNT NBR ISO 5410, EN285, IEC 61010-1, IEC 61010-2-040, ABNT NBR IEC 62366, ABNT NBR IEC 62304, E A NORMA REGULADORA N13(NR13); POSSUIR CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA; A EMPRESA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CERTIFICADA COM BASE NAS NORMAS ABNT NBR ISO 9001, ABNT NBR ISO 13485, ERDC16. GARANTIA DE 2 ANOS; INSTALAÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA; TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA; CONSULTORIA DA PRÉ INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA		
18	389394	AUTOCLAVE HOSPITALAR 200 LTS - O EQUIPAMENTO DESCRITO CONSISTE EM UMA AUTOCLAVE HORIZONTAL A SER UTILIZADA EM HOSPITAIS PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS, A QUAL ESTEJA DENTRO DE TAIS CARACTERÍSTICAS: POSSUIR FORMATO DA CÂMARA RETANGULAR DE ESTERILIZAÇÃO; O EQUIPAMENTO SER DOTADO DE UMA PORTA COM FORMATO RETANGULAR; POSSUIR VOLANTE CENTRAL COM ACIONAMENTO MANUAL; POSSUIR CARRO EXTERNO PARA ACOMODAÇÃO TRANSPORTE DE CESTO; POSSUIR CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DO CESTO; POSSUIR CESTO ARAMADO EM AÇO INOX AISI304; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER OPERADO COM VAPOR ORIUNDO DE GERAÇÃO PRÓPRIA ATRAVÉS DO GERADOR DE VAPOR INCORPORADO AO EQUIPAMENTO (VAPOR SATURADO COMO AGENTE ESTERILIZANTE); O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER OPERADO COM O SEGUINTE TIPO DE COMANDO: CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP) COM INTERFACE HOMEM MAQUINA (IHM) GRÁFICA ALFA NUMÉRICA TIPO TEXTO. ESSE CONTROLADOR DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 15 PROGRAMAS ENTRE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO E TESTES (TESTE DE ESTANQUEIDADE E TESTE DE BOWIEDICK); POSSUIR 01 MANÔMETRO DO GERADOR DE VAPOR DA CÂMARA EXTERNA; POSSUIR 01 BOTÃO DE LIGA/DESLIGA, COM ILUMINAÇÃO INDICANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ ENERGIZADO; POSSUIR 01 IMPRESSORA MATRIXIAL PARA REGISTRO DOS DADOS DOS CICLOS REALIZADOS, TAIS COMO TEMPERATURA, PRESSÃO, TEMPOS E LOTES; POSSUIR 01 MANOVACUÔMETRO DA CÂMARA INTERNA; POSSUIR 01 BOTÃO DE EMERGÊNCIA; POSSUIR 01 INDICADOR SONORO DE FINALIZAÇÃO DE CICLO; POSSUIR SISTEMA DE INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTO ENERGIZADO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER AOS DIVERSOS TIPOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO POROSO, EMPACOTADO, MATERIAL POROSO DESEMPACOTADO OU OCO E MATERIAIS SÓLIDOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, VIDROS, LÍQUIDOS EM GARRAFAS OU BOLSAS FECHADAS OU NÃO, E OUTROS MATERIAIS CONTAMINADOS DESDE QUE SUPORTE CONDIÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, MATERIAIS INVASIVOS E NÃO INVASIVOS, DENTRE OUTROS; COM SISTEMA DE SECAGEM DE DIFERENTES MATERIAIS E INSTRUMENTOS; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 (3~) OU 380 (3~); FREQUENCIA 60HZ; POTENCIA MÍNIMA 7000W; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE COMANDO 220V; ALIMENTAÇÃO DE AGUA UNIAO ROSCADA DE ½~; FAIXA DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO 90 A 135°; PRESSÃO DE OPERAÇÃO 1,2 A 2,30 BAR; FAIXA DE TEMPERATURA DE ESTERILIZAÇÃO 121 A 135°; PROFUNDIDADE DO VÁCUO - 0,70BAR; TEMPERATURA DE SAÍDA DE EXPURGO DE 50 A 80°; VAZAMENTO ADMISSÍVEL ≤ 1,30 MBAR/MIN; DIMENSÕES DA CÂMARA RETANGULAR DE ESTERILIZAÇÃO DE 200 LITROS DEVERA POSSUIR NO MÍNIMO AS SEGUINTE MEDIDAS: 41X41X120CM; O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR SISTEMA DE DUPLA CÂMARA (INTERNA E EXTERNA) PARA ACOMODAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DOS MATERIAIS; A CÂMARA INTERNA PODERÁ SER FABRICADA EM ALGUNS TIPOS DE CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL TAIS COMO: AISI 316TI, AISI 316L, AISI 316 OU AISI 304. COM ESPESSURA VARIANDO DE 3,00MM A 10,00MM; A CÂMARA INTERNA DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO INTERNO POLIDO COM PADRÃO SANITÁRIO OU ELETROPOLIMENTO; A CÂMARA EXTERNA PODERÁ SER FABRICADA EM CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL: AISI 316TI, AISI 316L, AISI 316 OU AISI 304. COM ESPESSURA VARIANDO DE 3,00MM A 10,00MM; AS CAMARAS DEVERÃO SER SOLDADAS ENTRE SI PELO PROCESSO DE SOLDA MIG E TIG, AS QUAIS DEVEM TER PASSADO PELO TESTE DE PRESSÃO HIDROSTÁTICA, NO PERÍODO DE FABRICAÇÃO, CONFORME NORMAS DA ASME E NORMAS DA ABNT, NBR 11 816 E NORMA REGULAMENTADORA N°13 (NR13); BATENTES DE AÇO INOXIDÁVEIS SOLDADOS NO CONJUNTO DAS CÂMARAS INTERNA E EXTERNA; A ISOLAÇÃO TÉRMICA DAS CÂMARAS POR MEIOS DE MANTAS DE FIBRAS MINERAIS ISENTAS DE CLORETOS E FIXADAS COM LAMINAS DE AÇO OU ALUMÍNIO E REVESTIDAS COM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO; A FLANGE DA PORTA VOLANTE CENTRAL PODEM SER FABRICADAS EM CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI316TI, AISI316L AISI316 OU AISI304 COM ACABAMENTO POLIDO; A PORTA DEVERÁ TER TRAVA DE SEGURANÇA MECÂNICA, NO EIXO CENTRAL, FECHAMENTO HERMÉTICO E ABERTURA POR MEIO DE VOLANTE CENTRAL COM ASTES DE AÇO INOXIDÁVEL NO FLANGE; O GABINETE DEVE SER MONTADO EM ARMAÇÕES DE CANTONEIRAS EM AÇO COM PROTEÇÃO ANTI CORROSIVA E ANTI OXIDANTE E PINTURA DE EPÓXI; PÉS REGULÁVEIS QUE PERMITE NIVELAMENTO COMPLETO DO EQUIPAMENTO; O REVESTIMENTO EXTERNO DO EQUIPAMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 316TI, AISI 316L, AISI 316 OU AISI 304 OU AISI 430 COM ACABAMENTO ESCOVADO; NO SISTEMA DE GERADOR DE VAPOR O NÍVEL DE AGUA É CONTROLADO POR SISTEMA DE ELETRODOS OU BOIA DE NÍVEL; POTENCIA MÍNIMA DO MOTOR DE BOMBA DE VÁCUO DE ANEL LIQUIDO 1,50CV; O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR BOMBA DE AGUA COM ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO DO GERADOR DE VAPOR ANTES E/OU DURANTE O CICLO DE	2	UND.

		ESTERILIZAÇÃO COM POTÊNCIA CAPAZ DE ABASTECER O GERADOR MESMO QUANDO PRESSURIZADO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DOTADO DE CESTO ARAMADO FABRICADO EM AÇO INOX AISI 304 PARA ACOMODAR MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA ESTERILIZAÇÃO; O EQUIPAMENTO FABRICADO (A AUTOCLAVE) TERÁ QUE ESTAR DE ACORDO COM AS SEGUINTE FORMAS ABNT NBR ISO11 816, ABNT NBR ISO 17665, ABNT NBR ISO 14971, ABNT NBR ISO 5410, EN285, IEC 61010-1, IEC 61010-2-040, ABNT NBR IEC 62366, ABNT NBR IEC 62304, E A NORMA REGULADORA N13(NR13); POSSUIR CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA; A EMPRESA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CERTIFICADA COM BASE NAS NORMAS ABNT NBR ISO 9001, ABNT NBR ISO 13485, ERDC16. GARANTIA DE 2 ANOS; INSTALAÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA; TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA; CONSULTORIA DA PRÉ INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA		
19	413267	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS. POSSUIR OS SEGUINTE MODOS DE VENTILAÇÃO OU MODOS VENTILATÓRIOS COMPATÍVEIS: VENTILAÇÃO COM VOLUME CONTROLADO; VENTILAÇÃO COM PRESSÃO CONTROLADA; VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA; VENTILAÇÃO COM SUPORTE DE PRESSÃO; VENTILAÇÃO COM SUPORTE À VOLUME; VENTILAÇÃO COM FLUXO CONTÍNUO, CICLADO A TEMPO E COM PRESSÃO LIMITADA, INCLUSIVE EM SIMV OU MODO VOLUME GARANTIDO PARA PACIENTES NEONATAIS; TERAPIA DE OXIGÊNIO DE ALTO FLUXO; VENTILAÇÃO EM DOIS NÍVEIS, VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA, INCLUSIVE EM NEONATAL; PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS - CPAP; VENTILAÇÃO DE BACK UP NO MÍNIMO NOS MODOS ESPONTÂNEOS;COM POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE MODO DE VENTILAÇÃO PROPORCIONAL COM SINCRONISMO/ ADAPTAÇÃO DO PACIENTE-VENTILADOR PARA UMA MELHOR MECÂNICA RESPIRATÓRIA (NAVA, , SMARTCARE, PAV, ASV, AVA OU SIMILAR) AO MENOS PARA PACIENTES ADULTOS/PEDIÁTRICOS. SISTEMA DE CONTROLES: POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS COM AS FAIXAS: PRESSÃO CONTROLADA E PRESSÃO DE SUPORTE DE NO MÍNIMO ATÉ 60CMH20; VOLUME CORRENTE DE NO MÍNIMO ENTRE 5 A 2000 ML; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE NO MÍNIMO ATÉ 100 RPM; TEMPO INSPIRATÓRIO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,3 A 5,0 SEGUNDOS; PEEP DE NO MÍNIMO ATÉ 40 CMH20; SENSIBILIDADE INSPIRATÓRIA POR FLUXO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,5 A 2,0 LPM; AJUSTE DO FLUXO PARA TERAPIA DE OXIGÊNIO DE ALTO FLUXO DE 2 A NO MÍNIMO 50 L/MIN; FIO2 DE NO MÍNIMO 21 A 100%. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO: TELA COLORIDA DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS TOUCH-SCREEN, BOTÃO ROTACIONAL PARA AJUSTE DE PTROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS: MONITORAÇÃO DE VOLUME POR SENSOR PROXIMAL OU DISTAL PARA PACIENTES NEONATAIS E DISTAL PARA PACIENTES ADULTOS; PRINCIPAIS PARÂMETROS MONITORADOS: VOLUME CORRENTE EXALADO, VOLUME CORRENTE INSPIRADO, PRESSÃO DE PICO, PRESSÃO DE PLATÔ, PEEP, PEEP TOTAL, PRESSÃO MÉDIA DE VIAS AÉREAS, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA TOTAL E ESPONTÂNEA, TEMPO INSPIRATÓRIO, TEMPO EXPIRATÓRIO, FIO2 COM MONITORAÇÃO POR SENSOR PARAMAGNÉTICO OU ULTRASSÔNICO OU GALVÂNICO, RELAÇÃO I:E.PICO DE FLUXO INSPIRATÓRIO, VOLUME MINUTO EXPIRADO, CONSTANTE DE TEMPO EXPIRATÓRIO, ÍNDICE DE STRESS E VOLUME EXPIRATÓRIO. CÁLCULOS AUTOMÁTICOS DE MECÂNICA: RESISTÊNCIA, COMPLACÊNCIA, PRESSÃO DE OCLUSÃO E AUTO PEEP. APRESENTAÇÃO DE CURVAS PRESSÃO X TEMPO, FLUXO X TEMPO, VOLUME X TEMPO, LOOPS PRESSÃO X VOLUME, FLUXO X VOLUME E FLUXO/PRESSÃO; APRESENTAÇÃO DE GRÁFICOS COM AS TENDÊNCIAS. SISTEMA DE ALARMES COM PELO MENOS: ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO INSPIRATÓRIA, ALTO E BAIXO VOLUME MINUTO, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, ALTA/BAIXA FIO2, APNEIA, PRESSÃO DE O2 BAIXA, PRESSÃO DE AR BAIXA, FALHA NO FORNECIMENTO DE GÁS, FALTA DE ENERGIA, BAIXA CARGA DA BATERIA E PARA VENTILADOR SEM CONDIÇÃO PARA FUNCIONAR, OU SIMILAR. RECURSO DE NEBULIZAÇÃO INCORPORADO AO EQUIPAMENTO SEM ALTERAÇÃO DA FIO2 AJUSTADA; TECLA PARA PAUSA MANUAL INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA. ARMAZENAR NA MEMÓRIA OS ÚLTIMOS PARÂMETROS AJUSTADOS; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS. O VENTILADOR DEVERÁ CONTINUAR VENTILANDO O PACIENTE MESMO COM A FALTA DE UM DOS GASES EM CASO DE EMERGÊNCIA E ALARMAR INDICANDO O GÁS FALTANTE. ACOMPANHAR NO MÍNIMO OS ACESSÓRIOS: BRAÇO ARTICULADO, PEDESTAL COM RODÍZIOS, CIRCUITO PACIENTE PEDIÁTRICO/ADULTO, CIRCUITO PACIENTE NEONATAL/PEDIÁTRICO, VÁLVULA DE EXALAÇÃO, MANGUEIRAS PARA CONEXÃO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO. COMPATÍVEL COM PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO HL7. SOFTWARE EM LÍNGUA PORTUGUESA.. ATENDIMENTO ÀS NORMAS: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; GRAU DE PROTEÇÃO IP21. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 v.	8	UND.
20	422533	CAMA HOSPITALAR FAWLER ADULTO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS PARA PACIENTES DE 150KG. MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO DORSAL, FOWLER, SEMI FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS, CARDÍACO E SENTADO; SISTEMA DE ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS POR MEIO DE MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS CROMADAS. ESTRUTURA: EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. GRADES: GRADES LATERAIS, CONSTRUÍDAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO. CABECEIRA E PESEIRA: REMOVÍVEIS, CONSTRUÍDAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. RODAS: GIRATÓRIAS COM APROXIMADAMENTE 60MM DE DIÂMETRO, REVESTIDAS EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA, SENDO NO MÍNIMO DUAS COM FREIOS. DIMENSÕES EXTERNAS MÁXIMAS: COMPRIMENTO 1,90M X LARGURA 0,80M. ACOMPANHA: SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX COM ALTURA REGULÁVEL (INCORPORADO À ESTRUTURA DA CAMA) E COLCHÃO. COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR REVESTIDO EM CURVIM COR AZUL , ESTRUTURA INTERNA EM ESPUMA 100% POLIURETANO, DENSIDADE MÍNIMA 33, REVESTIMENTO EM MATERIAL LAVÁVEL, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A USO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA DESINFECÇÃO, NA COR AZUL ROYAL, COM SELAGEM VULCANIZADA, FECHAMENTO EM ZIPER, PRESENÇA DE DISPOSITIVO DE VENTILACAO NA LATERAL QUE IMPECA A CONTAMINACAO	3	UND.

		INTERNA. DIMENSAO TOTAL: COMPRIMENTO 1,90CM, LARGURA 80CM, ALTURA BASE 14CM, TRATAMENTO ANTI-ACARO E ANTIFUNGICO. APRESENTAR REGISTRO DO EQUIPAMENTO JUNTO À ANVISA/MS. APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO ORIGINAL COM TODAS AS INFORMAÇÕES DETALHADAS DA MARCA/MODELO DO EQUIPAMENTO COTADO. SERVIÇOS: ENTREGA, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO OPERACIONAL, MANUAL TÉCNICO E DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO		
21	375168	SELADORA - SELADORA 30 CM, BIVOLT, SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIREÇÕES; ACIONAMENTO POR MEIO DE ALAVANCA COM TRAVA; SISTEMA MICROCONTROLADO; SISTEMA DE AVISOS COM LED'S INDICATIVOS E BIPS SONOROS, NO TECLADO DE MEMBRANA; RESISTÊNCIA PTC BLINDADA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 30 MINUTOS; FAZER A ENTREGA E INSTALAÇÃO GARANTIA DE 2 ANOS	2	UND.

10.9. DOS ITENS DA COTA PRINCIPAL: Em atenção ao disposto nos arts. 47 e 48, III, ambos da Lei Complementar nº 123/06 c/c art. 9º da Instrução Normativa nº (008/2016 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, considerando que: a) os itens desta cota possuem total estimado em **valor individual superior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)**; b) a inexistência de ao menos 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) e/ou Equiparadas sediada no âmbito local ou regional; e que c) o tratamento diferenciado ou favorecido representa prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto, fica assegurado no certame, para os itens desta cota, no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) do quantitativo estimado, a **AMPLA PARTICIPAÇÃO** de interessados.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município.

11.2. No presente exercício, a contratação será atendida pela seguinte dotação: 04.0401.10.122.4029.1132-449052 – Obras, Instal. Equip. para Saúde em Geral.

Catalão-GO, 11 de Abril de 2024.

Bruna Ramos Pontes

Membro da Equipe de Planejamento de Compras e Contratações
Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde
Município de Catalão - Goiás

Márcia Elias Rosa – Coordenadora de Manutenção e Patrimônio
Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde
Município de Catalão - Goiás

***Este Termo de Referência foi elaborado por Bruna Ramos Pontes por solicitação, acompanhamento e aprovação de Márcia Elias Rosa.**